



PARECER TÉCNICO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2024.

Em atenção ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2024 - SESACRE**, cujo objeto é a “**Aquisição de equipamentos e materiais permanentes** para atender as necessidades do Serviços de Fisioterapia da FUNDHACRE, contemplado com a **Portaria Nº 1354/2020**, tem-se o seguinte parecer técnico, referente as propostas das empresas HAND LIFE Suprimentos Médicos e Fisioterápicos EIRELI, CARCI Indústria e Comércio de Aparelhos Cirúrgicos e Ortopédicos LTDA e UNI LIFE Comercio e Distribuição LTDA, participantes do Pregão eletrônico Nº 139/2024.

Item 02. APARELHO DE TERAPIA A LASER

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS EIRELI

Marca/Fabricante: IBRAMED

Modelo: LASERPULSE

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o produto apregoado está em acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência. **Logo, é sugerida a classificação.**

Item 03. BALANÇO DE PROPRIOCEPÇÃO PARA TREINO DE EQUILÍBRIO E FISIOTERAPIA

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS EIRELI

Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA

Modelo: -

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o produto apregoado está em acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência. **Logo, é sugerida a classificação.**

Item 05. CADEIRA PARA TURBILHÃO

Empresa: CARCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS
CIRÚRGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA

Marca/Fabricante: CARCI



Modelo: 2050

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o produto apregoado está em acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência. **Logo, é sugerida a classificação.**

Item 06. CICLOERGOMETRO

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS EIRELI

Marca/Fabricante: DREAM

Modelo: MAG 5000H

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o produto apregoado está em acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência. **Logo, é sugerida a classificação.**

Item 08. ESCADA

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS EIRELI

Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA

Modelo: -

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o produto apregoado está em acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência. **Logo, é sugerida a classificação.**

Item 12. ANDADOR FIXO

Empresa: UNI LIFE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Marca/Fabricante: CARCI

Modelo: 4060 CPM

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o produto apregoado está em acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência. **Logo, é sugerida a classificação.**



Item 13. APARELHO DE MOVIMENTO PASSIVO CONTÍNUO (CPM)

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS EIRELI

Marca/Fabricante: CARCI

Modelo: 4060 CPM

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o produto apregoado está em acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência. **Logo, é sugerida a classificação.**

Item 14. NEGATOSCÓPIO

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS EIRELI

Marca/Fabricante: FORÇAMEDICA

Modelo: FM0066

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o produto apregoado está em acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência. **Logo, é sugerida a classificação.**

Item 15. TURBILHÃO

Empresa: CARCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS
CIRÚRGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA

Marca/Fabricante: CARCI

Modelo: 2009

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o produto apregoado está em acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência. **Logo, é sugerida a classificação.**

Item 16. TABLADO

Empresa: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS EIRELI

Marca/Fabricante: FORÇAMEDICA

Modelo: FM0066

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o produto apregoado **não** está em acordo com as especificações



GOVERNO DO
ESTADO DO ACRE

FUNDAÇÃO HOSPITALAR ESTADUAL DO ACRE
FUNDHACRE

técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência, uma vez que não possui altura regulável nem pés providos de rodízios. Logo, é sugerida a desclassificação.

Rio Branco, 25 de setembro de 2024.


Valmor Zimmermann

**Parecerista de Equipamentos e Material
Permanente/FUNDHACRE**