



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Rua Benjamin Constant, 830, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-064
- <http://saude.ac.gov.br>

PARECER Nº 169/2024/SESACRE-NUCAE/SESACRE-DIVAIN/SESACRE-DEPIS/SESACRE-
DEPEP/SESACRE-DIGSUS
PROCESSO Nº 0019.015125.00307/2023-40

PARECER TÉCNICO

Pregão Eletrônico Nº 201/2024

Processo Administrativo: 0019.015125.00307/2023-40

Objeto: Hospital Maternidade Bárbara Heliodora, Hospital do Idoso, Unidade Mista Ana Nery, Unidade Mista de Assis Brasil, Unidade Pronto Atendimento Francisco Silva e Fundação Hospitalar do Acre

Data da análise: 20 de setembro de 2024

Parecerista: Greicywanny Lourenço Maia

Considerando as atribuições e responsabilidades estabelecidas pela Portaria Nº 332, de 18 de julho de 2023, no Diário Oficial Nº 13.577 de 20/07/2023- Caderno Único, no qual institui a Comissão de Pareceristas Técnicos e define a Área Técnica de Equipamentos Médicos e Hospitalares no Inciso I do Artigo 2º e mediante o exposto no processo virtual e documentos digitalizados, disponível no Sistema Eletrônico de Informação, no **Processo Administrativo: 0019.015125.00307/2023-40 - Pregão Eletrônico SRP nº. 195/2024 com pedido para análise e emissão de Parecer Técnico; informa-se quanto às propostas apresentadas:**

BOMBA ELÉTRICA PARA SUCCÃO DE LEITE - (AC EMPREENDIMENTO NEGOCIO LTDA: Análise e Parecer quanto a proposta apresentada pela empresa AC EMPREENDIMENTO NEGOCIO LTDA, do item 06 – BOMBA ELÉTRICA PARA SUCCÃO DE LEITE , da marca G-TECH, modelo F7898301055835.001. Anvisa: 80275319004. Feito análise em cima do manual do produto no site ANVISA. <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/q/?numeroRegistro=80275319004>. Acesso: 20.09.2024.

Ao analisarmos o manual do usuário no site da ANVISA, verificamos que a empresa apresentou a **BOMBA ELÉTRICA PARA SUCCÃO DE LEITE , marca G-TECH, modelo COMPACT**, o que difere da proposta apresentada, que indica a **BOMBA ELÉTRICA PARA SUCCÃO DE LEITE , marca G-TECH, modelo F7898301055835.001**. Portanto, não é possível analisar a proposta da empresa, pois trata-se de modelos diferentes entre o catálogo e o manual do usuário disponível. Dado o exposto, informamos que o licitante não está apto a concorrer ao certame.

CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA OBESO - (AC EMPREENDIMENTO NEGOCIO LTDA: Análise e Parecer quanto a proposta apresentada pela empresa AC EMPREENDIMENTO NEGOCIO

LTDA, do **item 48** – CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA OBESO, da *marca DELLAMED, modelo D-40*. Anvisa: **80795950009**. Feito análise em cima do manual do produto no site ANVISA. <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/q/?numeroRegistro=80795950009>. Acesso: 20.09.2024.

Informamos que o mesmo está em desacordo com as especificações do Termo de Referência. **Manual apresenta** – Estrutura desenvolvida em aço carbono com pintura epóxi, instalar apoio para os pés, instalar o encosto. Diferente do Termo Editalício, que solicita - Confeccionada em aço inoxidável, Apoio para os braços articulável, Apoio para os pés escamoteáveis, Rodas Traseiras aro 24 com pneus maciços. Equipamento descrito pelo licitante não atende o descritivo do *Edital*. Logo, sugerimos que o referido licitante não está apto a concorrer ao certame.

BANQUETA DE AÇO INOXIDÁVEL - (**ALP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**): Análise e parecer quanto à proposta apresentada pela empresa ALP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, referente ao **item 4** – BANQUETA DE AÇO INOXIDÁVEL. Não foi realizada a análise, pois não foram anexados o catálogo e o manual do objeto ofertado, o que impossibilitou a verificação das especificações editalícias.

OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL- (**AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**): Análise e Parecer quanto a proposta apresentada pela empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, do **item 40** – OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, da *marca GENERAL MEDITECH, modelo G1B*. Anvisa: **80393910018**. Feito análise em cima do manual do produto no site ANVISA. Feito análise em cima do manual do produto no site ANVISA:: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351513210201569/?numeroRegistro=80393910018>. Acesso: 20.09.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está em desacordo com as especificações do Termo de Referência. **Catálogo apresenta** – De mesa (quando alojado na base). **Diferente do Termo Editalício**, que solicita Oxímetro Portátil de MESA TELA MISTA Desenvolvida em Led, COM ALÇA de Transporte. Equipamento descrito pelo licitante não atende o descritivo do *Edital*. Assim, sugerimos que o referido licitante não está apto a concorrer ao certame.

OTOSCÓPIO- (**ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**): Análise e Parecer quanto a proposta apresentada pela empresa **ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, do **item 13** – OTOSCÓPIO, da *marca DOCTOR DEVICES, modelo BR200-104*. Anvisa: **80901110037**. Feito análise em cima do manual do produto no site ANVISA. <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/q/?numeroRegistro=80901110037>. Acesso: 23.09.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está em desacordo com as especificações do Termo de Referência. **Manual do usuário** – Contém 5 espéculos reutilizáveis de tamanhos variáveis. **Diferente do Termo Editalício**, que solicita: 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS TIPO CABO C/REGULADOR CONTÍNUO DE LUMINOSIDADE, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO. Equipamento descrito pelo licitante não atende o descritivo do *Edital*. Assim, sugerimos que o referido licitante não está apto a concorrer ao certame.

ESTETOSCÓPIO ADULTO - (**ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**) : Análise e Parecer quanto a proposta apresentada pela empresa **ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, do **item 14** – ESTETOSCÓPIO ADULTO, da *marca KINDCARE, modelo KT 107*. Anvisa: **80901110021**. <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/q/?numeroRegistro=80901110021>. Feito análise através do catálogo do produto. Acesso: 23.09.2024.

Dado o exposto, informamos que o licitante está de acordo com as especificações do Termo de Referência. Assim, sugerimos que o referido licitante encontra-se apto a concorrer ao certame. Contudo, o

estetoscópio deve acompanhar os acessórios: 02 pares de olivas de silicone de reserva e 01 membrana para a campânula de reserva.

OFTALMOSCÓPIO - (ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA): Análise e Parecer quanto a proposta apresentada pela empresa ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, do **item 35** – ESTETOSCÓPIO ADULTO, da **marca DOCTOR DEVICES, modelo BR400-103**. Anvisa: **80901110034**. Feito análise através do catálogo do produto. <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351921637202468/?numeroRegistro=80901110034>. Acesso: 23.09.2024.

Informamos que o mesmo está em desacordo com as especificações do Termo de Referência. **Manual do usuário** – Xênon halógena ou LED. **Diferente do Termo Editalício**, que solicita: **LÂMPADA XENON HALÓGENA COM ILUMINAÇÃO BRANCA E BRILHANTE; 18 LENTES CORRETIVAS PARA AJUSTE DE FOCO -20 D ATÉ + 20 D; ABERTURA DE FENDA COM 05 (CINCO) TIPOS; CÍRCULO GRANDE, SEMICÍRCULO**. Equipamento descrito pelo licitante não atende o descritivo do *Edital*. Assim, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO BI-AURICULAR - (ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA): Análise e Parecer quanto a proposta apresentada pela empresa ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, do **item 44** – ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO BI-AURICULAR, da **marca KINDCARE, modelo KT-108**. Anvisa: 80901110021. Feito análise através do catálogo do produto. <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351921637202468/?numeroRegistro=80901110034>. Acesso: 23.09.2024.

Dado o exposto, informamos que o licitante está de acordo com as especificações do Termo de Referência. Assim, sugerimos que o referido licitante encontra-se apto a concorrer ao certame. Contudo, o estetoscópio deve acompanhar os acessórios: 02 pares de olivas de silicone de reserva e 01 membrana para a campânula de reserva.

SUPORTE DE HAMPER (CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA) . Análise e Parecer quanto a proposta apresentada pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, do **item 19** - SUPORTE DE HAMPER, marca: **INALATEX, modelo RB-5050-I**. A dita empresa não apresentou catálogo e o manual do usuário, portanto não foi possível realizar a análise do objeto ofertado por insuficiência de informações.

RESFRIADOR RÁPIDO PARA LACTÁRIO - (FC NICOLAU) – Análise e Parecer quanto a proposta apresentada pela empresa FC NICOLAU, do **item 08** – Resfriador Rápido para Lactário, da – Fabricação Matoli Equipamentos para Laboratório, **modelo 170M017**. Dado o exposto, informamos que o mesmo está em desacordo com as especificações do Termo de Referência. **Catálogo** – Controlador de temperatura digital microprocessado com tecnologia PID; Dimensões externas (LxPxA): 900 x 540 x 370mm. **Diferente do Termo Editalício** que solicita: AUTOMÁTICA, PROGRAMÁVEL; LARGURA: 125 CM. COMPRIMENTO: 190 CM, ALTURA: 90 CM. Equipamento descrito pelo licitante não atende o descritivo do *Edital*. Logo, sugerimos que o referido licitante não está apto a concorrer ao certame.

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - (ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA): Análise e parecer referente a proposta para o **item 18** - Foco Refletor Ambulatorial. A dita empresa não anexou Catálogo e o manual do usuário para a avaliação do objeto, por tanto, não foi

possível realizada a análise do objeto ofertado por insuficiência de informações.

BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - (KND PRODUTOS HOPS) – Análise e parecer referente a proposta para o **item 37** - Braçadeira para Injeção. A dita empresa não anexou Catálogo e o manual do usuário para a avaliação do objeto, por tanto, não foi possível realizada a análise do objeto ofertado por insuficiência de informações.

BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - (KND PRODUTOS HOPS) – Análise e parecer referente a proposta para o **item 46**- Balança portátil. A dita empresa não anexou Catálogo e o manual do usuário para a avaliação do objeto, por tanto, não foi possível realizada a análise do objeto ofertado por insuficiência de informações.

BERÇO PEDIÁTRICO HOSPITALAR - (METALURGICA RENOVAR LTDA) : Análise e Parecer quanto a proposta apresentada pela empresa METALURGICA RENOVAR LTDA , do **item 25**, marca e modelo **PRÓPRIA** – ANVISA: 80872350001. Feito análise através do site da marca do produto: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351191927201828/?numeroRegistro=80872350001>. Acesso: 23.09.2024.

No que se refere às especificações técnicas, a empresa apresenta: CAMA FAWLER, MODELO: CAMA COM 02 MANIVELAS. Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em desacordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência**, que solicita: BERÇO HOSPITALAR COM GRADES CABECEIRA E REMOVÍVEIS EM POLIURETANO INJETADO; ACOMPANHA: 1 (UM) COLCHÃO HOSPITALAR EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE D33, SELAGEM VULCANIZADA, TRATAMENTO ANTIÁCARO E ANTIFUNGO. Equipamento descrito pelo licitante não atende o descritivo do *Edital*. Assim, sugerimos que o referido licitante não está apto a concorrer ao certame.

CAMA PPP, PRÉ-PARTO / PARTO / PÓS PARTO - (METALURGICA RENOVAR LTDA) : Análise e Parecer quanto a proposta apresentada pela empresa METALURGICA RENOVAR LTDA, **item 29** - CAMA PPP, PRÉ-PARTO / PARTO / PÓS PARTO, marca e modelo **PRÓPRIA**. Certificação ANVISA **80872350001**.

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise através do site da marca do produto: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351191927201828/?numeroRegistro=80872350001>. Acesso: 23.09.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está em desacordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência, apresenta diferenças em relações Encosto basculante móvel com acionamento suave elétrico, com cpr, permite o movimento elevatório superior; sistema elétrico para inclinação suave em Trendelenburg e Reverso; Assento em plástico de alta resistência; suporte móvel para apoio dos pés, ajustável aproximadamente em 08 (Oito) posições inclinadas, além de movimento giratório (30°) no plano horizontal e giratórios e com sistema de freio impedindo movimento da cama; tanque de placenta, em aço inoxidável, facilmente removível, com tampa deslizante para proteção contra acidentes. Equipamento descrito pelo licitante não atende o descritivo do *Edital*. Logo, sugerimos que o referido licitante não está apto a concorrer ao certame.

INCUBADORA DE TRANSPORTE - (OLIDEF MEDICAL): Análise e Parecer quanto a proposta apresentada pela empresa OLIDEF MEDICAL, do **item 21** – INCUBADORA DE TRANSPORTE, da marca **OLIDEF**, modelo **RWT PLUS**. Anvisa: **10227180031**. Feito análise em cima do manual do produto no site ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/q/?numeroRegistro=10227180031>. Acesso: 24.09.2024.

Ao analisarmos a proposta foi evidenciado que o produto apresentado, não atende, conforme o descritivo editalício:

1) SUPORTE DE MONITOR MENOR (página 16 do manual do usuário) e SUPORTE DE MONITOR MAIOR (página 17 do manual do usuário) o que difere do texto editalício que solicita AMPLA PRATELEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ACOPLAR PERIFÉRICOS COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA 10 KG, portanto não atende ao texto editalício.

2) POSSUI UMA BATERIA RECARREGÁVEL TIPO GELATINOSA DE 12 VCC (Consta na página 08 do manual do usuário) o que difere do texto editalício que solicita COMPARTIMENTO INTERNO COM DUAS BATERIAS DE 12 V. Equipamento descrito pelo licitante não atende o descritivo do *Edital*. Assim, sugerimos que o referido licitante não está apto a concorrer ao certame.

CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - (SAFRA INDUSTRIAL E CATALOGO): Análise e Parecer quanto a proposta apresentada pela empresa SAFRA INDUSTRIAL E CATALOGO, do *item 16* – CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, da *marca INALOCLIN*, *modelo SAM-5004*. Anvisa: **10227180031**. Feito análise em cima do manual do produto no site ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/q/?numeroRegistro=10227180031>. Acesso: 24.09.2024.

Ao analisarmos a proposta foi evidenciado que o produto apresentado, não atende, conforme o descritivo editalício: COMPRESSOR COM 4 SAÍDAS.

O evidenciado no Manual do usuário: **item 4. Régua para distribuição de ar**. A régua de distribuição de ar, evidencia que o compressor não possui as 4 saídas. O manual do usuário demonstra que existe uma saída que faz conexão com a régua de distribuição o que difere do texto editalício que solicita compressor com 4 saídas. Equipamento descrito pelo licitante não atende o descritivo do *Edital*. Logo, sugerimos que o referido licitante não está apto a concorrer ao certame.

ASPIRADOR DE SECREÇÃO MÓVEL - (SAFRA INDUSTRIAL E CATALOGO): Análise e Parecer quanto a proposta apresentada pela empresa SAFRA INDUSTRIAL E CATALOGO, do *item 17* – ASPIRADOR DE SECREÇÃO MÓVEL, da *marca ASPIRATEX*, *modelo SAM-6005-C2*. Anvisa: **82354539001**. Feito análise em cima do manual do produto no site ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/q/?numeroRegistro=82354539001>. Acesso: 24.09.2024.

Ao analisarmos a proposta foi evidenciado que o produto apresentado, não atende, conforme o descritivo editalício, quando o edital solicita: REGISTRO AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL DE PASSO FINO, AJUSTE DE VÁCUO E REGULAGEM DE SUCCÃO, SISTEMA DE PROTEÇÃO, COM REARME AUTOMÁTICO PARA SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR, ABERTURA PARA SAÍDA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO FORÇADA DO AR. O manual do usuário não evidencia os pontos citados. Equipamento descrito pelo licitante não atende o descritivo do *Edital*. Assim, sugerimos que o referido licitante não está apto a concorrer ao certame.

DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - (TEKMARKET IND COMERCIO): Análise e Parecer quanto a proposta apresentada pela empresa TEKMARKET IND COMERCIO, do *item 12* – DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, da *marca TOTH LIFECARE*, *modelo EASYSHOCK VERSÃO: 5800*. Anvisa: **81658400005**. Feito análise em cima do manual do produto no site ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351224663201987/?numeroRegistro=81658400005>. Acesso: 25.09.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está em desacordo com as especificações do Termo de Referência que solicita: COM PROGRAMA QUE ANALISE A PRESENÇA DO RITMO FIBRILAÇÃO VENTRICULAR (FV) QUE INDICA A TERAPIA MAIS ADEQUADA, DEFINIÇÕES PRÉ-CONFIGURADAS, CHAVE PEDIÁTRICA E ADULTA. **Manual do usuário** – Apresenta configuração de ECG, Oximetria, RCP, modo avançado, data e hora. Equipamento descrito pelo licitante não atende o descritivo

do *Edital*. Logo, sugerimos que o referido licitante não está apto a concorrer ao certame.

AUTOCLAVE VERTICAL 75 LITROS - (**VERSA COMERCIAL**): Análise e Parecer quanto a proposta apresentada pela empresa **VERSA COMERCIAL**, do *item 39* – AUTOCLAVE VERTICAL 75 LITROS, da fabricante **Bs Equipamentos**. Anvisa: 80360560002. <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351627823200999/?numeroRegistro=80360560002>. Feito análise em cima do manual do produto no site ANVISA. Acesso: 24.09.2024.

A Proposta da empresa não atende ao texto editalício, já que o descritivo do objeto ofertado pela empresa apresenta prospecto diferente do manual do usuário no site consulta equipamento Anvisa. A Autoclave vertical de 75 litros deve ter abertura frontal e não abertura na parte superior da autoclave, câmara de esterilização com 02 bandejas em aço inoxidável. Equipamento descrito pelo licitante não atende o descritivo do *Edital*. Logo, sugerimos que o referido licitante não está apto a concorrer ao certame.

CARRO DE CURATIVOS - (**VICENTE XISTO**): Análise e Parecer quanto a proposta apresentada pela empresa **VICENTE XISTO**, do *item 15* – CARRO DE CURATIVOS, da *marca REVITEC*, modelo **RVCCI-ESP**. A empresa não anexou o catálogo ou o manual do usuário para a avaliação do objeto. Portanto, não foi possível realizar a análise do item ofertado.

MESA MAYO - (**VICENTE XISTO**): Análise e Parecer quanto a proposta apresentada pela empresa **VICENTE XISTO**, do *item 23* – CARRO DE CURATIVOS, da *marca REVITEC*, modelo **RVMMI-ESP**. A empresa não anexou o catálogo ou o manual do usuário para a avaliação do objeto. Portanto, não foi possível realizar a análise do item ofertado.

CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS - (**VICENTE XISTO**): Análise e parecer referente à proposta para o *item 42* - CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, da *marca REVITEC*, modelo **RVCTI-ESP**. A empresa não anexou o catálogo ou o manual do usuário para a avaliação do objeto. Portanto, não foi possível realizar a análise do item ofertado.

Greicywanny Lourenço Maia
Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos/NUCAE
Portaria Nº 332 de 18 /7/2023
Parecerista Técnica



Documento assinado eletronicamente por **GREICYWANNY LOURENÇO MAIA, Enfermeiro Parecerista**, em 27/09/2024, às 13:04, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0012628617** e o código CRC **C3A3F0C7**.



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Rua Benjamin Constant, 830, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-064
- <http://saude.ac.gov.br>

PARECER Nº 3/2024/SESACRE-DIVOAD/SESACRE-DEPAAEH/SESACRE-
DRAS/SESACRE-SAASS
PROCESSO Nº 0019.015125.00307/2023-40
ASSUNTO: Parecer técnico das Propostas de Preço – Pregão Eletrônico SRP nº. 195/2024
PARECER TÉCNICO

Senhora **Tayane Sandra de Alencar**

Prezado,

Considerando as atribuições e responsabilidades estabelecidas pela Portaria Nº 779, de 22 de julho de 2020, retificada no Diário Oficial Nº 13.050 de 24/05/2021- Caderno Único, no qual institui a Comissão de Pareceristas Técnicos e define a Área Técnica de Equipamentos Médicos e Hospitalares no Inciso I do Artigo 2º.

Em atenção ao Despacho 389 (SEI nº 0012539551) referente ao **Pregão Eletrônico SRP nº. 195/2024**, cujo objeto é a *Aquisição de material de consumo laboratorial*, para atender as necessidades, para análise e emissão de parecer técnico das propostas, conforme especificado no **PARECER 3 (0012623691)**, **ENCAMINHO PARECER TÉCNICO**.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QUANTIDADE	Valor por Unidade	EMPRESA FORNECEDORA	PAI TÉ
	Microscópio binocular • Ajuste de distância interpupilar de 47 a 75 mm. Rotação de 360°, com trava de parafuso. Tubo binocular com livre articulação, tipo Siedentopf, inclinado a 30°. Sistema óptico infinito. Platina, Capacidade para leitura de 1 lâmina. Sistema de operação mecânica coaxial – movimento x/y. Charriot (graduado, com área de trabalho de 54 mm x 78 mm e 0,1 de escala de Vernier). Trava mecânica do tipo alavanca, que previne quebra de lâminas. Largura de 132 mm; Compromimento de 142 mm. Sistema de Iluminação, Ajuste contínuo da intensidade de luz. Lâmpada de LED 3W, para melhor visualização (não acompanha filtro). Mecanismo de					

38	<p>Focalização, Macrométrico e micrométrico conjugados e com ajuste de tensão. Sistema de focalização 0,2 mm por rotação, com graduação de incrementos de 0,002 mm. Revólver Giratório, Revolver para 4 objetivas 4 x (0,10), 10 x (0,25), 40 x (0,65 – retrátil) 100 x (1,25 – retrátil de imersão). Movimento giratório através de esferas com “click” de parada. Objetivas planacromáticas, fabricadas em cristal óptico e com tratamento antifúngico. Condensador, Condensador de campo claro, tipo ABBE, com abertura numérica de 1,25 N.A. Dispositivo de Koehler, ajustável, para centralização do diafragma de íris. Fonte/Alimentação ,Ajuste contínuo de intensidade de luz Transformador, com baixa voltagem e reostato de variação, que permite fácil ajuste de intensidade de luz. Comutação automática 100-240V 50/60Hz (bivolt).Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação. Composição • 1 estativa e base compensada (corpo) MICROSCÓPIO BIOLÓGICO COM OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS - L2000 *Imagem meramente ilustrativa • 1 tubo binocular inclinado 30° • 2 oculares WF 10x (Ø 20 mm) e 2 oculares WF 16x (Ø 11 mm) - L2000 binocular • 1 objetiva PL 4x (0,10) • 1 objetiva PL 10x (0,25) • 1 objetiva PL 40x (0,65) - retrátil • 1 objetiva PL 100x (1,25) - retrátil de imersão • 1 lâmpada de LED 3W • 1 condensador tipo ABBEMarca Laborcare modlo L2000B-PL</p>	UN	10	2.912,00	ESSENCIAL COMERCIO	APR
	<p>Microscópio binocular • Ajuste de distância interpupilar de 47 a 75 mm. Rotação de 360°, com trava de parafuso.Tubo binocular com livre articulação, tipo Siedentopf, inclinado a 30°. Sistema óptico infinito.Platina, Capacidade para leitura de 1 lâmina. Sistema de operação mecânica coaxial – movimento x/y. Charriot (graduado, com área de trabalho de 54 mm x 78 mm e 0,1 de escala de Vernier). Trava mecânica do tipo alavanca, que previne quebra de</p>					

05	<p>lâminas. Largura de 132 mm; Compromimento de 142 mm. Sistema de Iluminação, Ajuste contínuo da intensidade de luz. Lâmpada de LED 3W, para melhor visualização (não acompanha filtro). Mecanismo de Focalização, Macrométrico e micrométrico conjugados e com ajuste de tensão. Sistema de focalização 0,2 mm por rotação, com graduação de incrementos de 0,002 mm. Revólver Giratório, Revolver para 4 objetivas 4 x (0,10), 10 x (0,25), 40 x (0,65 – retrátil) 100 x (1,25 – retrátil de imersão). Movimento giratório através de esferas com “click” de parada. Objetivas planacromáticas, fabricadas em cristal óptico e com tratamento antifúngico. Condensador, Condensador de campo claro, tipo ABBE, com abertura numérica de 1,25 N.A. Dispositivo de Koehler, ajustável, para centralização do diafragma de íris. Fonte/Alimentação ,Ajuste contínuo de intensidade de luz Transformador, com baixa voltagem e reostato de variação, que permite fácil ajuste de intensidade de luz. Comutação automática 100-240V 50/60Hz (bivolt). Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação. Composição • 1 estativa e base compensada (corpo) MICROSCÓPIO BIOLÓGICO COM OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS - L2000 *Imagem meramente ilustrativa • 1 tubo binocular inclinado 30° • 2 oculares WF 10x (Ø 20 mm) e 2 oculares WF 16x (Ø 11 mm) - L2000 binocular • 1 objetiva PL 4x (0,10) • 1 objetiva PL 10x (0,25) • 1 objetiva PL 40x (0,65) - retrátil • 1 objetiva PL 100x (1,25) - retrátil de imersão • 1 lâmpada de LED 3W • 1 condensador tipo ABBE Marca Laborcare modelo L2000B-PL 100009815 - POLTRONA .</p>	UN	05	3.599,99	EVEN COMERCIAL	APR
	<p>POLTRONA DECOLETA POLTRONA ARTICULÁVEL COM BRAÇADEIRA PARA COLETA DESANGUE PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS, ESTRUTURA EMAÇO CARBONO COM</p>					

41	<p>TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXI, POR MEIO DO PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ, PÉS DA CADEIRA COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA A PROTEÇÃO.</p> <p>POLTRONA RECLINÁVEL ATRÁVES DE MOLA, COM MOVIMENTO TIPO CONJUGADO, COM NO MÍNIMO DE 4 POSICIONAMENTOS E ACIONAMENTO POR ALAVANCA NA LATERAL E ALAVANCA COM PROTEÇÃO DE PONTEIRA PLÁSTICA. O APOIO DOS BRAÇOS NA POLTRONA, ENCOSTO, ASSENTO E PERNAS COM ESTOFAMENTO ANATÔMICO REVESTIDO EM COURVIM, ESPUMA D28, COR DA POLTRONA AZUL CLARO. DEVE POSSUIR BRAÇADEIRAS EM CHAPA DE AÇO INOX, ACOCHOADO, REVESTIMENTO EM COURVIM E HASTES REMOVÍVEL EM AÇO INOX REGULÁVEIS POR MEIO DE MANOPLA PLÁSTICA TERMORESTISTENTE. A BASE DE APOIO DA CADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG E DEVE SER CONSTITUÍDA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXI, POR MEIO DO PROCESSO ELETROSTÁTICO A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,65CM X 0,75CM X 0,55 CM (C x L x A). A MONTAGEM DA CADEIRA É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ACOMPANHA O PRODUTO: MANUAL DE USO; CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO EMITIDO PELO INMETRO OU ABNT</p>	UN	14	1.250,00	MRV HOSPITALAR	APR
----	--	----	----	----------	----------------	-----

01	<p>Microscópio biológico binocular de óptica infinita - para análise em campoclaro; sistema de óptica infinita com 200mm de distância focal, 60mm dedistância parafocal; proteção contra fungos em todos os trajetos ópticos(ocular, tubo ocular e objetivas); tubo binocular com inclinação de 30° rotaçãode 360° e distância interpupilar de 47 a 75 m e ajuste de dioptria em ambas asoculares, com sistema giratório para baixa e alta distância do nível de estaturado operador; par de oculares: 10x de magnificação com campo de visão de 20 mm(e passível de inserção adicional/ opcional de retículo, seta e outros acessórios)e com ajuste de dioptria de ± 5; revolver giratório para 4 objetivas; através demecanismo giratório quádruplo de parada por clique com rolamento esféricomúltiplo e anel elástico para fixação do revólver. Jogo de objetivasplanacromáticas cfi e 60, corrigidas ao infinito: o 4x (n.a. 0,10/ w.d. 0,30 mm), o 10x (n.a. 0,25/ w.d. 0,7 mm), o 40x retrátil (n.a. 0,65/ w.d. 0,65 mm), o 100x retrátil deimersão a óleo (n.a.1.25/ w.d. 0,23 mm); platina mecânica com área de 222 x 144mm, contendo suporte de duplo espécime (clip para suporte de 2 lâminas);focalização por macrométrico com movimento 37,7 mm/rotação (ao ladoesquerdo do instrumento); micrométrico com curso de 0,2 mm/ rotação(bilateral); sendo os knobs macro e micrométricos conjugados em botõeslaterais à esquerda da estativa, sendo o micrométrico coaxial bilateral</p>	UN	1	14.680,00	<p style="text-align: center;">PHOENIX OPTICS & IMAGE SYSTEMS</p>	APR
----	--	----	---	-----------	---	-----

Atenciosamente,

[assinatura eletrônica]

Aglanair Maria Ferreira Pascoal Nogueira
 Chefe da Divisão de Organização de Apoio Diagnóstico
 Portaria N° 181 de 09/02/2023



Documento assinado eletronicamente por **AGLANAIR MARIA FERREIRA PASCOAL NOGUEIRA, Chefe de Divisão**, em 27/09/2024, às 11:26, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0012623691** e o código CRC **751C223C**.

Referência: Processo nº 0019.015125.00307/2023-40

SEI nº 0012623691