



ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE

BR 364, KM 02, - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, Rio Branco/AC, CEP 69914-220
- <http://fundhacre.acre.gov.br/>

PARECER Nº 11/2025/FUNDHACRE - CENTCIR/FUNDHACRE - DIVIENF/FUNDHACRE -
APTEC/FUNDHACRE - DIRASS
PROCESSO Nº 0039.007053.00133/2024-49
INTERESSADO: DIRETORIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, COMPRAS
ASSUNTO: PARECER TÉCNICO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 166/2024

PARECER TÉCNICO

A Sua Senhoria a Senhora
Janaína Alves da Silva
Chefe do Departamento de Compras - FUNDHACRE

Prezada,

Com cordiais cumprimentos, em atenção ao **MEMORANDO Nº 2755/2025/SEAD - SELIC-DIPREG (0017561567)**, referente ao processo licitatório **SEI Nº 0039.007053.00133/2024-49, Pregão Eletrônico SRP Nº 166/2024 - COMPRASGOV Nº 90166/2024 - FUNDHACRE**, cujo objeto é aquisição de material médico hospitalar, para atender as necessidades da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo - FUNDHACRE, do qual solicita análise e emissão de parecer técnico das propostas das empresas **Laboratórios B Braun SA** e **Labnorte Cirúrgica e Diagnóstica Imp. e Exp. LTDA**.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QUANTIDADE	PEDIDO MINIMO	EMPRESA FORNECEDORA	PARECER TÉCNICO

01	TELA CIRURGICA - TAMANHO 15X15 CM, CONFECIONADA 100% POLIPROPILENO, MACROPOROSA, MONOFILAMENTAR. INDICADA PARA CIRURGIA DE REPARO DE ASSOAHO PELVICO COM GRAMATURA ENTRE 28 E 40G/CM³. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	UND	288	20	Laboratórios B Braun SA	DESCCLASSIFICADO A tela cirúrgica proposta apresenta características estruturais e mecânicas compatíveis com telas utilizadas em procedimentos de reparo de hérnias, projetado para suportar tensões abdominais e minimizar aderências viscerais, possuindo maior rigidez e resposta inflamatória local mais intensa. O que não condiz com o material solicitado no edital, que exige uso específicos para correção cirúrgica de incontinência urinária de esforço no assoalho pélvico (Sling). Diante da análise técnica realizada, considera-se que a tela cirúrgica em questão não corresponde a necessidade do serviço.
----	---	-----	-----	----	--------------------------------	--

02	TELA CIRURGICA - TAMANHO 30X30CM, CONFECIONADA 100% POLIPROPILENO, MACROPOROSA, MONOFILAMENTAR. INDICADA PARA CIRURGIA DE REPARO DE ASSOAHO PELVICO COM GRAMATURA ENTRE 28 E 48G/CM³, POROSIDADE 1,5 MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	UND	288	20	Labnorte Cirúrgica e Diagnóstica Imp. e Exp. LTDA	DESCCLASSIFICADO A tela cirúrgica proposta apresenta características estruturais e mecânicas compatíveis com telas utilizadas em procedimentos de reparo de hérnias, projetado para suportar tensões abdominais e minimizar aderências viscerais, possuindo maior rigidez e resposta inflamatória local mais intensa. O que não condiz com o material solicitado no edital, que exige uso específicos para correção cirúrgica de incontinência urinária de esforço no assoalho pélvico (Sling). Diante da análise técnica realizada, considera-se que a tela cirúrgica em questão não corresponde a necessidade do serviço.
----	--	-----	-----	----	---	--

Considerando a análise das propostas apresentadas das empresas **Laboratórios B Braun S A** e **Labnorte Cirúrgica e Diagnóstica Imp. e Exp. LTDA (0017100202)**, que foram desclassificadas por apresentarem produtos que não atendem às especificações técnicas solicitadas no Edital, sugerimos a reclassificação de empresas cujas propostas apresentem materiais compatíveis com os requisitos técnicos exigidos.

Atenciosamente,

Luciano Laurentino de Araújo
 Enfermeiro Chefe do Centro Cirúrgico - FUNDHACRE
 Portaria Presidência nº 46, de 14 de março de 2025
 Matrícula SESACRE nº 9431845-1
 COREN-AC-000.346.693-ENF



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO LAURENTINO DE ARAÚJO, Chefe de Setor**, em 21/10/2025, às 10:33, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0017873468** e o código CRC **6BFBCA68**.

Referência: Processo nº 0039.007053.00133/2024-49

SEI nº 0017873468