



ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE

BR 364, KM 02, - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, Rio Branco/AC, CEP 69914-220
- <http://fundhacre.acre.gov.br/>

PARECER Nº 3/2025/FUNDHACRE - NEFRO/FUNDHACRE - SESP/FUNDHACRE - DIRASS
PROCESSO Nº 0039.007147.00266/2024-11
INTERESSADO: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA
ASSUNTO: PARECER TÉCNICO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 305/2024

PARECER TÉCNICO

A Sua Senhoria a Senhora
Janaína Alves da Silva
Chefe do Setor de Licitações, Compras e Contratos - FUNDHACRE

Prezada,

Com cordiais cumprimentos, em atenção ao **Despacho nº 232/2025/FUNDHACRE - LICOM (0015931678)**, referente ao **OFÍCIO Nº 5453/2025/SEAD (0015899165)**, do qual versa sobre o **Pregão Eletrônico SRP nº 305/2024 - COMPRASGOV nº 90305/2024**, cujo objeto é a *aquisição de material para Nefrologia (Dializador Capilar)*, para atender as necessidades da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE, para análise e emissão de parecer técnico, conforme especificado no **Memorando nº 1433/2025 (0015898489)**.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QTD REGISTRO	EMPRESA FORNECEDORA	PARECER TÉCNICO
1	ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL A 99%. FRASCO ÂMBAR COM CAPACIDADE DE 1.000ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº LOTE, REGISTRO NA ANVISA, E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	L	432	LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAÚDE E PESQUISAS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.
2	ÁCIDO PERACETICO DE USO HOSPITALAR COM CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDOS VARIADOS DE 3,5% A 5%. ACONDICIONADA EM FRASCOS COM 5 LITROS.	UN	900	SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.

3	AGULHA; DE FISTULA PARA HEMODIALISE CALIBRE 15G X 25MM, DESCARTÁVEL, TRILAMINADA, USADA PARA PUNÇÃO DE FISTULA ARTÉRIO-VENOSA E CONECÇÃO DA MESMA À LINHA DE SANGUE, COM EXTENSÃO EM SILICONE LISO E SUAVE, CONECTOR LUER-LOCK, COM DISPOSITIVO TIPO CLAMP QUE PERMITA A INTERRUPCAO DO FLUXO DURANTE A PUNCAO E GARANTA MAIOR SEGURANCA NA CONEXOES DAS LINHAS DE SANGUE. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO MAIS MODERNO DE HEMODIALISE; COM TAMPAS, ESTERIL; APIROGENICO; EMBALAGEM COM PELO MENOS UMA FACE TRANSPARENTE, DE MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO; PROCEDENCIA; LOTE; VALIDADE; REGISTRO NA ANVISA.	UN	12.000	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.
4	AGULHA; DE FISTULA PARA HEMODIALISE CALIBRE 16G X 25MM, DESCARTÁVEL, TRILAMINADA, USADA PARA PUNÇÃO DE FISTULA ARTÉRIO-VENOSA E CONECÇÃO DA MESMA À LINHA DE SANGUE, COM EXTENSÃO EM SILICONE LISO E SUAVE, CONECTOR LUER-LOCK, COM DISPOSITIVO TIPO CLAMP QUE PERMITA A INTERRUPCAO DO FLUXO DURANTE A PUNCAO E GARANTE MAIOR SEGURANCA NA CONEXOES DAS LINHAS DE SANGUE. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO MAIS MODERNO DE HEMODIALISE; COM TAMPAS, ESTERIL; APIROGENICO; EMBALAGEM COM PELO MENOS UMA FACE TRANSPARENTE, DE MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO; PROCEDENCIA; LOTE; VALIDADE; REGISTRO NA ANVISA.	UN	24.000	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.

5	AGULHA; DE FISTULA PARA HEMODIALISE CALIBRE 17G X 25MM, DESCARTÁVEL, TRILAMINADA, USADA PARA PUNÇÃO DE FISTULA ARTÉRIO-VENOSA E CONECÇÃO DA MESMA À LINHA DE SANGUE, COM EXTENSÃO EM SILICONE LISO E SUAVE, CONECTOR LUER-LOCK, COM DISPOSITIVO TIPO CLAMP QUE PERMITA A INTERRUPCAO DO FLUXO DURANTE A PUNCAO E GARANTE MAIOR SEGURANCA NA CONEXOES DAS LINHAS DE SANGUE. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO MAIS MODERNO DE HEMODIALISE; COM TAMPAS, ESTERIL; APIROGENICO; EMBALAGEM COM PELO MENOS UMA FACE TRANSPARENTE, DE MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO; PROCEDENCIA; LOTE; VALIDADE; REGISTRO NA ANVISA.	UN	12.000	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.
6	CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE DE USO ADULTO; KIT CONTENDO: CATETER DE DOIS LUMENS RADIOPACOS ; EXTENSÕES CURVA. COM CLAMP CORTA FLUXO E ADAPTADORES LUER LOCK; MEDINDO 11.5/12,5 FR X 19 A 20 CM DE COMPRIMENTO. COM IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS POR CORES, SENDO PARA LINHA ARTERIAL (COR VERMELHA), (LÚMEN PROXIMAL) E AZUL PARA LINHA VENOSA (LÚMEN DISTAL), FIO GUIA, AGULHA INTRODUTÓRIA DO FIO GUIA, SERINGA E DILATADOR DE VASO; FABRICADO EM POLIURETANO, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE QUE GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.	UN	900	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.

7	CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE DE USO ADULTO; KIT CONTENDO: CATETER DE DOIS LUMENS RADIOPACOS ; EXTENSÕES CURVA. COM CLAMP CORTA FLUXO E ADAPTADORES LUER LOCK; MEDINDO 11.5/12.5 FR X 15 A 16 CM DE COMPRIMENTO. COM IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS POR CORES, SENDO PARA LINHA ARTERIAL (COR VERMELHA), (LÚMEN PROXIMAL) E AZUL PARA LINHA VENOSA (LÚMEN DISTAL), FIO GUIA, AGULHA INTRODUTÓRIA DO FIO GUIA, SERINGA E DILATADOR DE VASO; FABRICADO EM POLIURETANO, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE QUE GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.	UN	600	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.
8	CONECTOR TEGO; CONECTOR DE SISTEMA FECHADO TEGO, PARA CATETERES VENOSOS CENTRAIS DE HEMODIÁLISE E EFÉSESE, CONECTOR DE SISTEMA FECHADO E PRESSÃO NEUTRA, CONFECCIONANDO EM POLICARBONATO E REVESTIMENTO DE SILICONE, COM CONECÇÃO LUER LOCK PARA CATETERES DE HEMODIÁLISE E AFÉRESE. PERMITE FLUXO DE SANGUE SUPERIOR A 600 ML/MIN E DESLOCAMENTO ZERO DE FLUÍDOS.	UN	12.000	MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> O produto apresenta qualidade insatisfatória, não demonstrou eficiência durante o teste, onde apresentou quebra do mesmo e da conexão do cateter de hemodiálise, portanto, reprovado para uso hospitalar.

9	CURATIVO; PARA CATETERES EM FILME TRANSPARENTE E ADESIVO; TAMANHO 8,5 X 11, 5 CM; FIXADOR DE CATETER INTRAVENOSO; PELICULA TRANSPARENTE ADESIVA DE POLIURETANO SEMI-PERMEAVEL COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA; CONTENDO ALMOFADA DE GEL TRANSPARENTE COM GLUCONATO CLOREXIDINA À 2%, AGENTE ATIVO ANTIMICROBIANO DE AMPLO ESPECTRO CONTRA GRAM NEGATIVO E POSITIVO, E FUNGOS, ABSORVE OITO VEZES SEU PESO EM FLUIDO E TRÊS VEZES SEU PESO EM SANGUE.,APRESENTANDO EFICÁCIA EM 15 CEPAS DE MICROORGANISMO PATOGÊNICOS, INCLUSIVE AS RESISTENTES À ANTIBIÓTICOS COMPOSTO POR DUAS FITAS ESTÉREIS PRÉ- CORTADAS, BORDAS DE TELA SUAVE EM TODA EXTENSÃO DO FILME. EMBALAGEM DEVERA CONSTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, DADOS DE PROCEDÊNCIA LOTE, VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E DEMAIS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	UN	12.000	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.
10	DESINFETANTE HIPOCLORITO DE SÓDIO À 13% DE CLORO ATIVO ; COM AÇÃO BACTERICIDA; BAIXA TOXIDADE;; AMPLO ESPECTRO; GALÃO COM 5 LITROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO; PROCEDENCIA; VALIDADE; COM REGISTRO DO MS; OBEDECER A LEGISÇÃO VIGENTE ATUAL.	UN	864	SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.

11	DIALIZADOR PRÓPRIO PARA REUSO , COM MEMBRANA SINTÉTICA DE ALTO FLUXO , DE POLISSULFONA OU POLIETERSULFONA, ESTÉRIL, COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,5 M2 ; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO ACIMA DE 55 ML/H/MMHG; COM TAMPAS LATERAIS REUTILIZÁVEIS E TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR ROSQUEÁVEIS OU FIXAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO DA ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.	UN	1.000	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.
12	DIALISADOR USO ÚNICO , COM MEMBRANA SINTÉTICA DE BAIXO, MÉDIO E ALTO FLUXO , DE POLISSULFONA OU POLIETERSULFONA, ESTÉRIL, COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,3 M2 A 2,5 M2 ; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO ACIMA DE 55 ML/H/MMHG; COM TAMPAS LATERAIS REUTILIZÁVEIS E TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR ROSQUEÁVEIS OU FIXAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO DA ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.	UN	1.000	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.
13	DIALISADOR PRÓPRIO PARA REUSO , COM MEMBRANA SINTÉTICA DE BAIXO, MÉDIO E ALTO FLUXO , DE POLISSULFONA OU POLIETERSULFONA, ESTÉRIL, COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,1 M2 A 2,2 M2 ; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO ACIMA DE 55 ML/H/MMHG; COM TAMPAS LATERAIS REUTILIZÁVEIS E TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR ROSQUEÁVEIS OU FIXAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO DA ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.	UN	2.880	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.

14	DIALISADOR USO ÚNICO , COM MEMBRANA SINTÉTICA DE BAIXO, MÉDIO E ALTO FLUXO , DE POLISSULFONA OU POLIETERSULFONA, ESTÉRIL, COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,1 M2 A 2,2M2 ; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO ACIMA DE 55 ML/H/MMHG; COM TAMPAS LATERAIS REUTILIZÁVEIS E TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR ROSQUEÁVEIS OU FIXAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO DA ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.	UN	2.880	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.
15	DIALISADOR CAPILAR USO UNICO ; FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA; DE MEMBRANA DE POLIETERSULFONA OU SIMILAR DE ALTO FLUXO ; COM 40M DE ESPESSURA; AREA DE SUPERFICIE 1,5M² OU 16M2 COEFICIENTE DE ULTRAFILTRACAO 16 ML/H/MMHG; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSER MACHO; E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CAMARRA EXTERNA DE POLIPROPILENO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR FIXAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGENICCA, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USOE DATA DE VALIDADE.	UN	1.000	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra.

16	DIALISADOR CAPILAR PRÓPRIO PARA REUSO; FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA; DE MEMBRANA DE POLIETERSULFONA OU SIMILAR DE ALTO FLUXO; COM 40M DE ESPESURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE 1,5M² OU 16M² COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 16 ML/H/MMHG; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSER MACHO; E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CAMARRA EXTERNA DE POLIPROPILENO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR FIXAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGENICCA, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.	UN	1.000		<u>Nenhuma empresa fornecedora apresentou proposta</u>
17	DIALIZADOR PRÓPRIO PARA REUSO, COM MEMBRANA SINTÉTICA DE ALTO FLUXO, DE POLISSULFONA OU POLIETERSULFONA, ESTÉRIL, COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,7 M²; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO ACIMA DE 40 ML/H/MMHG; COM TAMPAS LATERAIS REUTILIZÁVEIS E TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR ROSQUEÁVEIS OU FIXAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO DA ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.	UN	4.000	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.

18	DIALIZADOR USO ÚNICO , COM MEMBRANA SINTÉTICA DE ALTO FLUXO , DE POLISSULFONA OU POLIETERSULFONA, ESTÉRIL, COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,7 M2 ; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO ACIMA DE 40 ML/H/MMHG; COM TAMPAS LATERAIS REUTILIZÁVEIS E TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR ROSQUEÁVEIS OU FIXAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO DA ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.	UN	4.000	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.
19	DIALIZADOR USO ÚNICO , COM MEMBRANA SINTÉTICA DE ALTO FLUXO , DE POLISSULFONA OU POLIETERSULFONA, ESTÉRIL, COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,8 M2 ; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO ACIMA DE 50 ML/H/MMHG; COM TAMPAS LATERAIS REUTILIZÁVEIS E TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR ROSQUEÁVEIS OU FIXAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO DA ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.	UN	4.000	LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAÚDE E PESQUISAS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.
20	DIALIZADOR PRÓPRIO PARA REUSO , COM MEMBRANA SINTÉTICA DE ALTO FLUXO , DE POLISSULFONA OU POLIETERSULFONA, ESTÉRIL, COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,8 M2 ; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO ACIMA DE 50 ML/H/MMHG; COM TAMPAS LATERAIS REUTILIZÁVEIS E TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR ROSQUEÁVEIS OU FIXAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO DA ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.	UN	4.000	LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAÚDE E PESQUISAS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.

21	KIT CATETER DUPLO LUMEN; LONGA PERMANENCIA; TIPO PERMICATH; CALIBRE 12.5 A 14.0 FR; 36CM DE COMPRIMENTO TOTAL(PONTA A PONTA). COM IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS POR CORES, SENDO PARA LINHA ARTERIAL (COR VERMELHA), (LÚMEN PROXIMAL) E AZUL PARA LINHA VENOSA (LÚMEN DISTAL),CONTENDO, NO MINIMO: FIO GUIA RETO EM J, AGULHA INTRODUTÓRIA, SERINGA, 2 DILATADORES DE VASO, BAINHA/DILATADOR, TUNELIZADOR; ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE QUE GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.	KIT	96	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	DESCCLASSIFICADO Empresa não apresentou amostra.
22	KIT CATETER DUPLO LUMEN; LONGA PERMANENCIA; TIPO PERMICATH; CALIBRE 12.5 A 14.0 FR; 40CM DE COMPRIMENTO TOTAL(PONTA A PONTA). COM IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS POR CORES, SENDO PARA LINHA ARTERIAL (COR VERMELHA), (LÚMEN PROXIMAL) E AZUL PARA LINHA VENOSA (LÚMEN DISTAL),CONTENDO, NO MINIMO: FIO GUIA RETO EM J, AGULHA INTRODUTÓRIA, SERINGA, 2 DILATADORES DE VASO, BAINHA/DILATADOR, TUNELIZADOR; ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE QUE GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.	KIT	144	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	DESCCLASSIFICADO Empresa não apresentou amostra.

23	KIT CATETER DUPLO LUMEN; LONGA PERMANENCIA; TIPO PERMICATH; CALIBRE 13.5 A 14.5 FR; 50CM DE COMPRIMENTO TOTAL(PONTA A PONTA). COM IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS POR CORES, SENDO PARA LINHA ARTERIAL (COR VERMELHA), (LÚMEN PROXIMAL) E AZUL PARA LINHA VENOSA (LÚMEN DISTAL),CONTENDO, NO MINIMO: FIO GUIA RETO EM J, AGULHA INTRODUTÓRIA, SERINGA, 2 DILATADORES DE VASO, BAINHA/DILATADOR, TUNELIZADOR; ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE QUE GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.	KIT	96	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	DESCCLASSIFICADO Empresa não apresentou amostra.
24	KIT CATETER TRIPLO LUMEN PARA HEMODIALISE DE USO ADULTO, CONTENDO: CATETER DE DOIS LUMENS RADIOPACOS PRINCIPAIS, EXTENSÕES CURVAS, COM CLAMP CORTA FLUXO E ADAPTADORES LUER LOCK; MEDINDO 11.5 A 12.5 FR. COMPRIMENTO DE 15 A 16 CM). COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, SENDO PARA LINHA ARTERIAL (COR VERMELHA), (LÚMEN PROXIMAL) E AZUL PARA LINHA VENOSA (LÚMEN DISTAL) E UM LÚMEN PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES, RETIRADAS DE AMOSTRAS DE SANGUE E PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL(COR MARROM), FIO GUIA, AGULHA INTRODUTÓRIA DO FIO GUIA, SERINGA E DILATADOR DE VASO; FABRICADO EM POLIURETANO, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE QUE GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA	KIT	432	LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAÚDE E PESQUISAS LTDA	DESCCLASSIFICADO Empresa não apresentou amostra.

25	KIT CATETER TRIPLO LUMEN PARA HEMODIALISE DE USO ADULTO, CONTENDO: CATETER DE DOIS LUMENS RADIOPACOS PRINCIPAIS; COM CLAMP CORTA FLUXO E ADAPTADORES LUER LOCK; MEDINDO 11.5/12,5 FR; 19 A 20 CM DE COMPRIMENTO. COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, SENDO PARA LINHA ARTERIAL(COR VERMELHA), (LÚMEN PROXIMAL) E AZUL PARA LINHA VENOSA (LÚMEN DISTAL) E UM LÚMEN PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES, RETIRADAS DE AMOSTRAS DE SANGUE E PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL (COR MARROM), FIO GUIA, AGULHA INTRODUTÓRIA DO FIO GUIA, SERINGA E DILATADOR DE VASO; FABRICADO EM POLIURETANO, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE QUE GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA	KIT	432	LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAÚDE E PESQUISAS LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra.
26	LINHA DE SANGUE ARTERIAL ADULTO PARA HEMODIÁLISE DE PLÁSTICO FLEXIVEL, ATOXICA, COM SEGMENTO DA BOMBA DE SANGUE DE 8MM, ATÓXICO, INJETOR LATERAL E LARGO COM PROTECAO PARA OS DEDOS, CONECTOR LUER-LOCK PARA AS AGULHAS DE FÍSTULA OU CATETERES E NA OUTRA PONTA PARA O DIALISADOR, PINÇAS DE TRAVAMENTO DE FLUXO EM TODAS AS PONTAS. EXTENSÃO PARA SORO, HEPARINA, AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL.	UN	36.000	FORTECARE INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> O produto não atende aos requisitos de qualidade, segurança e funcionalidade exigidos para uso hospitalar durante o tratamento, pois o produto apresenta o tamanho curto dificultando a assistência durante o tratamento de hemodiálise, principalmente em uma intercorrência.

27	LINHA DE SANGUE VENOSA ADULTO PARA HEMODIÁLISE DE PLÁSTICO FLEXIVEL, ATOXICO, CONECTOR LUER-LOCK PARA AS AGULHAS DE FÍSTULA OU CATETERES E NA OUTRA PONTA PARA O DIALISADOR, PINÇAS DE TRAVAMENTO DE FLUXO EM TODAS AS PONTAS. EXTENSÃO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO VENOSA, CATABOLHA DE 9 A 14CM DE COMPRIMENTO E COM FILTRO DE COÁGULOS FIXO EM SEU INTERIOR.	UN	36.000	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.
28	PROTESE; VASCULAR DE PTFE; EM ENXERTO INORGANICO, TAMANHO 6MMX50CM PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS VASCULARES; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.	UN	72	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta
29	PROTESE; VASCULAR DE PTFE; EM ENXERTO INORGANICO, TAMANHO 7MMX50CM PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS VASCULARES; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.	UN	72	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta
30	PROTESE; VASCULAR DE PTFE; EM ENXERTO INORGANICO, TAMANHO 8MMX50CM PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS VASCULARES; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.	UN	72	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta
31	PROTESE; VASCULAR DE PTFE; EM ENXERTO INORGANICO COM COLAGENO; TAMANHO 5MMX50CM PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS VASCULARES; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.	UN	72	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta

32	PROTETOR DE PRESSAO; EM PVC RIGIDO; COMO BARREIRA PROTETORA DESCARTAVEL; E MEMBRANA HIDROFOBICA BACTERIANA; COM POROSIDADE 0,2 MICRONS DE DIAMETRO; A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, LOTE, N° DE REGISTRO OU ISENÇÃO NA ANVISA, E ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	UND	48.000	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO Empresa não apresentou amostra.
33	REAGENTE INDICADOR PARA ANALISAR E DETECTAR PRESENÇA DE ACIDO PERACETICO; FRASCO COM 100 ML. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, LOTE, N° DE REGISTRO OU ISENÇÃO NA ANVISA, E ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	FR	500	LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAÚDE E PESQUISAS LTDA	APROVADO O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.
34	DIALIZADOR PRÓPRIO PARA REUSO , COM MEMBRANA SINTÉTICA DE ALTO FLUXO , DE POLISSULFONA OU POLIETERSULFONA, ESTÉRIL, COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,9 M2 ; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO ACIMA DE 50 ML/H/MMHG; COM TAMPAS LATERAIS REUTILIZÁVEIS E TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR ROSQUEÁVEIS OU FIXAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO DA ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.	UN	3.000	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	APROVADO O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.

35	DIALIZADOR USO ÚNICO, COM MEMBRANA SINTÉTICA DE ALTO FLUXO, DE POLISSULFONA OU POLIETERSULFONA, ESTÉRIL, COM ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,9 M2; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO ACIMA DE 50 ML/H/MMHG; COM TAMPAS LATERAIS REUTILIZÁVEIS E TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR ROSQUEÁVEIS OU FIXAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO DA ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.	UN	3.000	FORTECARE INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.
----	--	----	-------	---	--

Atenciosamente,

Wilmar Furtado Nogueira

RT de Enfermagem do Serviço de Nefrologia - FUNDHACRE
Portaria nº 11, de 10/10/2024

Keiciane Silva Oliveira

Chefe do Serviço de Nefrologia - FUNDHACRE
Portaria nº 45, 14/03/2025



Documento assinado eletronicamente por **WILMAR FURTADO NOGUEIRA, Enfermeiro**, em 29/07/2025, às 08:28, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **KEICIANE SILVA OLIVEIRA, Chefe de Setor**, em 29/07/2025, às 13:37, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0016516795** e o código CRC **279B709C**.