



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 232, Palácio das Secretarias - 1º e 2º andares - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-060

Telefone: - www.ac.gov.br

NOTIFICAÇÃO Nº 73/2024/SEAD - SELIC- DIPREG/SEAD - SELIC- DEPRE/SEAD - SELIC- DIRLIC/SEAD - SELIC
PROCESSO Nº 0039.007391.00235/2023-98
INTERESSADO: DIRETORIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
2ª NOTIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 530/2023 - FUNDHACRE

OBJETO: Registro de preços para eventual Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos cirúrgicos novos para o centro cirúrgico de alta complexidade e sala de pequenos procedimentos da FUNDHACRE, atendendo diversas especialidades. Compreendendo programa agregado de educação continuada, manutenção preventiva, corretiva, calibrações, certificados e suporte logístico com fornecimento de peças e acessórios necessários para a realização da manutenção, garantindo a disponibilidade de 8 salas cirúrgicas, sendo 3 de grande porte e 5 de médio porte; além de 1 sala de recuperação anestésica com 8 leitos.

Comunica aos interessados que o Pregão acima mencionado, com **1) Aviso de Licitação**, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 13.530, pág. 06; Diário Oficial da União, nº 239, Seção 3, pág. 289; todos do dia 18/12/2023; **2) Aviso de Suspensão**, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 13.685, pág. 11; Diário Oficial da União, nº 03, Seção 3, pág 153; todos do dia 04/01/2024; e ainda nos sítios: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br, www.comprasnet.gov.br; foi **NOTIFICADO**, conforme abaixo:

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS DO ÓRGÃO

QUESTIONAMENTO EMPRESA "A"

ITEM 01 — APARELHO DE ANESTESIA

Termo de Referência solicita: “Armazenamento e visualização da informação contínua de tendências juntamente com o tempo de eventos, incluindo Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP, Freq, VT, MV, FiO2, etCO2, FiCO2, Agente 1, Agente 2, N2O, MAC, FG-02, FG-Ar e FG-N2O, **garantindo no mínimo 30 dias de memória**”.

Os equipamentos presentes no mercado possuem o armazenamento de tendências estabelecido por quantidade certa, garantindo um tempo de memória ilimitada a depender de sua capacidade de armazenamento de tendências junto à quantidade de procedimentos realizados dentro de 30 (trinta) dias. Assim, **questionamos se será aceito equipamento com capacidade de até 500 registros**.

RESPOSTA: Os 17 parâmetros acima e mencionados e descritos no TR, devem ser monitorados nas suas tendências e eventos. Considerando que cada equipamento efetua por dia, no mínimo 2 cirurgias de grande porte, 6 dias por semana, seria necessário pelo menos, uma capacidade de 800 registros de memória. Desta forma, 500 registros não atendem a demanda de uso da sala cirúrgica.

ITEM 06 — FOCO CIRÚRGICO

Termo de Referência solicita: “Opção de inclusão futura de Câmera de Vídeo HD + Monitor”.

Considerando a diferença de valores entre focos que possuem ou não a possibilidade de câmera integrada ao equipamento, **questionamos se será aceito equipamento que não possua tal possibilidade**.

RESPOSTA: O TR é claro quando menciona “Opção de Inclusão”. Esta característica do equipamento é atualmente prática dos fabricantes em geral, sem onerar o custo do equipamento. A necessidade futura de vídeo-aula, independente da sala cirúrgica, é mandatória visto a disponibilidade tecnológica hoje existente, permitindo a formação dos profissionais em geral. Desta forma, os equipamento sem esta funcionalidade não serão aceitos

ITEM 09 - MONITOR DE PROFUNDIDADE ANESTÉSICA

Termo de Referência solicita: “Conectividade via Bluetooth”.

Considerando que o lote possui 16 (dezesesseis) itens de diferentes equipamentos, e que o único item que solicita conectividade via Bluetooth seja este em comento, questionamos sobre a necessidade de tal conexão em detrimento de outras que seriam mais úteis, como: conectividade via cabo, HL7, ou até mesmo através da Central de Monitoramento, inclusive, sendo esta última incluída em item próprio do lote. Logo, visando garantir uma ampla comunicação entre todos os equipamentos do lote, **solicitamos esclarecer se serão aceitos equipamentos que possuam conectividade através da Central ou HL7.**

RESPOSTA: Os equipamentos portáteis, não estacionários, devem ter a particularidade da conectividade sem cabeamento, ou seja Bluetooth ou Wifi, principalmente em sala cirúrgica. A porta de comunicação HL7 demanda cabeamento e por isso o equipamento com esta conectividade não será aceito.

DATA DE ABERTURA será mantida para o dia:

Data e horário da abertura da sessão: **29/02/2024 às 09h15min.**

As demais informações contidas no Edital continuam inalteradas.

Bruna Souza de Almeida

Pregoeira



Documento assinado eletronicamente por **BRUNA SOUZA DE ALMEIDA MONNERAT, Pregoeira**, em 28/02/2024, às 09:29, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10051184** e o código CRC **3CC36E1F**.