



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE RETIFICAÇÃO

2º RETIFICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 450/2025 - COMPRASGOV Nº 90450/2025 - SESACRE

OBJETO: Aquisição de materiais, equipamentos e acessórios hospitalares, a fim de atender aos setores de radiologia das unidades de saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.

A SECRETARIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES – SELIC, COMUNICA, aos interessados que o pregão acima mencionado, com 1) **Aviso de Licitação**, publicado no Diário Oficial da União Nº 169, Seção 3, Pág. 249, do dia 05/09/2025, Diário Oficial do Estado, Nº 14.100, Pág. 13, do dia 04/09/2025 e no Jornal de Grande Circulação (Opinião), Pág. 11, do dia 04/09/2025 e no sites: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br, com o fim de cumprir princípios intrínsecos como transparência e legalidade, notifica que houveram questionamentos e respostas e foi **RETIFICADO** conforme abaixo:

Em atendimento ao pedido de esclarecimento solicitado por empresas interessadas no processo licitatório, informamos a todos os interessados quanto à resposta da Autoridade Superior do Órgão, conforme abaixo:

1. DOS QUESTIONAMENTO E DAS RESPOSTAS:

EMPRESA (A):

Questionamento 01: “Com referência aos itens do Lote 1, gostaríamos de verificar a possibilidade do fornecimento de chassis SEM janela de identificação. Tal pergunta baseia-se no fato de que as identificadoras usadas em chassis com janela já deixaram de ser fabricadas há mais de 10 anos, desta forma os chassis com janela também não são mais fabricados.”

Resposta:

Tendo em vista a manifestação da empresa e a pós análise técnica apurada do descritivo, solicito a retificação da descrição como segue:

Onde lê-se:

ITEM	DESCRIÇÃO
01	200112240 - CHASSI RADIOGRÁFICO COM JANELA E ÉCRAN, TAMANHO: 24X30 CM; EM ALUMÍNIO, COM CANTONEIRAS EM NYLON OU MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS; TRAVAS COM SISTEMA PUSH; PINTURA ELETROSTÁTICA E MATERIAL QUE PERMITA O AJUSTE ENTRE O FILME E O ÉCRAN; FÁCIL MANUSEIO, LEVE E COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARA DE IDENTIFICAÇÃO. O ÉCRAN DEVE SER DE BASE VERDE E ANTI-ESTÁTICO.
02	200112241 - CHASSI RADIOGRÁFICO COM JANELA E ÉCRAN, TAMANHO: 35X35 CM; EM ALUMÍNIO, COM CANTONEIRAS EM NYLON OU MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS; TRAVAS COM SISTEMA PUSH; FÁCIL MANUSEIO, LEVE E COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARA DE IDENTIFICAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA E MATERIAL QUE PERMITA O AJUSTE ENTRE O FILME E O ÉCRAN. O ÉCRAN DEVE SER DE BASE VERDE E ANTI-ESTÁTICO.
03	200112242 - CHASSI RADIOGRÁFICO COM JANELA E ÉCRAN, TAMANHO: 35X43 CM; EM ALUMÍNIO, COM CANTONEIRAS EM NYLON OU MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS; TRAVAS COM SISTEMA PUSH; FÁCIL MANUSEIO, LEVE E COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARA DE IDENTIFICAÇÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA E MATERIAL QUE PERMITA O AJUSTE ENTRE O FILME E O ÉCRAN. O ÉCRAN DEVE SER DE BASE VERDE E ANTI-ESTÁTICO.

Leia-se:

ITEM	DESCRIÇÃO
01	200112240 - CHASSI RADIOGRÁFICO COM OU SEM JANELA E ÉCRAN, TAMANHO: 24X30 CM; EM ALUMÍNIO, COM CANTONEIRAS EM NYLON OU MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS; TRAVAS COM SISTEMA PUSH; PINTURA ELETROSTÁTICA E MATERIAL QUE PERMITA O AJUSTE ENTRE O FILME E O ÉCRAN; FÁCIL MANUSEIO, LEVE E COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARA DE IDENTIFICAÇÃO. O ÉCRAN DEVE SER DE BASE VERDE E ANTI-ESTÁTICO.
02	200112241 - CHASSI RADIOGRÁFICO COM OU SEM JANELA E ÉCRAN, TAMANHO: 35X35 CM; EM ALUMÍNIO, COM CANTONEIRAS EM NYLON OU MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS; TRAVAS COM SISTEMA PUSH; FÁCIL MANUSEIO, LEVE E COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARA DE IDENTIFICAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA E MATERIAL QUE PERMITA O AJUSTE ENTRE O FILME E O ÉCRAN. O ÉCRAN DEVE SER DE BASE VERDE E ANTI-ESTÁTICO.
03	200112242 - CHASSI RADIOGRÁFICO COM OU SEM JANELA E ÉCRAN, TAMANHO: 35X43 CM; EM ALUMÍNIO, COM CANTONEIRAS EM NYLON OU MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS; TRAVAS COM SISTEMA PUSH; FÁCIL MANUSEIO, LEVE E COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARA DE IDENTIFICAÇÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA E MATERIAL QUE PERMITA O AJUSTE ENTRE O FILME E O ÉCRAN. O ÉCRAN DEVE SER DE BASE VERDE E ANTI-ESTÁTICO.

Respondido por:

Bryon Sérgio Ferreira da Silva
Núcleo de Radiologia/Port. Nº886/2025
Divisão de Insumos Laboratoriais e Materiais de Radiologia

2. DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

ABERTURA: 13/11/2025 às 9h15min (Horário de Brasília).

RETIRADA DO EDITAL: a partir de 29/10/2025 até a data de Abertura.

3. As demais informações constantes do Edital e seus Anexos continuam inalteradas.

Bruna S. de A. Gotelip
Pregoeira - DIPREG



Documento assinado eletronicamente por **BRUNA SOUZA DE ALMEIDA MONNERAT**, Pregoeira, em 28/10/2025, às 09:45, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0017977908** e o código CRC **85EB3AE2**.