



ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE

BR 364, KM 02, - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, Rio Branco/AC, CEP 69914-220
- <http://fundhacre.acre.gov.br/>

PARECER Nº 6/2024/FUNDHACRE - ALMX/FUNDHACRE - DEPOL/FUNDHACRE - DIREXEC
PROCESSO Nº 0039.007053.00133/2024-49
INTERESSADO: DIRETORIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, COMPRAS
ASSUNTO: Análise e emissão de parecer técnico – Pregão Eletrônico SRP nº 166/2024

PARECER TÉCNICO

Senhor **Ronis Pessoa Nogueira,**

Prezado,

Ao cumprimenta-lo cordialmente, em atenção ao **MEMORANDO Nº 1368/2024/FUNDHACRE - LICOM** (SEI nº0012777944 referente ao **Pregão Eletrônico SRP 166/2024 - FUNDHACRE - comprasgov nº 90166/2024**, cujo objeto é a Aquisição de material medico hospitalar, para atender as necessidades da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE, para análise e emissão de parecer técnico das propostas, conforme especificado no **Memorando nº 1368/2024/SEAD - SELIC- DIPREG, ENCAMINHO PARECER TÉCNICO.**

TEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	Empresa Fornecedora	Parecer Técnico
1	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 15CM X 15CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 11515) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO
2	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 30CM X 30CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 13030) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO
3	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 5CM X 10CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 10510) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO

4	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 7,5CM X 15CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 10715) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO
5	TELA MACIA DE POLIPROPILENO ; TELA CIRÚRGICA, TIPO MARLEX – TAMANHO APROXIMADO DE 10" X 10" (25CM X 25CM) CONFECCIONADA 100% POLIPROPILENO, INDICADA PARA O REPARO DOS DEFEITOS DA PAREDE ABDOMINAL E FÁSCIA. ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO .	UNDUND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO
6	TELA MACIA DE POLIPROPILENO ; TELA CIRÚRGICA, TIPO MARLEX – TAMANHO APROXIMADO DE 14" X 12" (35.6CM X 30CM) CONFECCIONADA 100% POLIPROPILENO, INDICADA PARA O REPARO DOS DEFEITOS DA PAREDE ABDOMINAL E FÁSCIA. ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO .	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO
7	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 5CM X 10CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 10510) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO

8	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 15CM X 15CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 11515) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO
9	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 26CM X 36CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 12636) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO
10	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 30CM X 30CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 13030) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO
11	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 6CM X 12CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 10612) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO
12	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 7,5CM X 15CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 10715) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO
13	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 15CM X 15CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 11515) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO
14	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 26CM X 36CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 12636) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO

15	<p>TELA TRIDIMENSIONAL DE POLIPROPILENO, MONOFILAMENTAR, DE ALTA GRAMATURA, DESCARTÁVEL, PRÉMOLDADA NO FORMATO ANATÔMICO DA REGIÃO INGUINAL. EXTREMIDADES SELADAS EM SILICONE E MARCADOR MEDIAL QUE AUXILIA O POSICIONAMENTO CORRETO DA TELA. TAMANHOS: MÉDIA, GRANDE OU EXTRA GRANDE, LATERALIDADE: DIREITA, PARA CIRÚRGICA DE CORREÇÃO DE HÉRNIA INGUINAL LAPAROSCÓPICA. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 8,5X13,7CM; 10,8X16CM; 12,4X17,3.</p>	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO
16	<p>TELA TRIDIMENSIONAL DE POLIPROPILENO, MONOFILAMENTAR, OE ALTA GRAMATURA, DESCARTÁVEL, PRÉMOLDADA NO FORMATO ANATÔMICO DA REGIÃO INGUINAL. EXTREMIDADES SELADAS EM SILICONE E MARCADOR MEDIAL QUE AUXILIA O POSICIONAMENTO CORRETO DA TELA. TAMANHOS: MÉDIA, GRANDE OU EXTRA GRANDE, LATERALIDADE: ESQUERDA, PARA CIRURGIA DE CORREÇÃO DE HÉRNIA INGUINAL LAPARDSCÓPICA. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 8,5 X 13,7CM; 10,8X16CM; 12,4X17,3CM.</p>	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO

17	<p>TELA, DUPLA FACE, DESCARTÁVEL, COM FACE PARIETAL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR, VISCERAL REVESTIDA DE HIDROGEL, ABSORVÍVEL, FORMATO RETANGULAR, PARA CIRURGIA DE CORREÇÃO DE HÉRNIA. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALIMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 15,2 X 20,3CM. PODENDO VARIAR EM + OU - 02CM.</p>	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO
18	<p>TELA, DUPLA FACE, DESCARTÁVEL, COM FACE PARIETAL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR, VISCERAL REVESTIDA DE HIDROGEL, ABSORVÍVEL, FORMATO RETANGULAR, PARA CIRURGIA DE CORREÇÃO DE HÉRNIA. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALIMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIODADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 20,3 X 30,5CM. PODENDO VARIAR EM + OU - 02CM</p>	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO
19	<p>TELA, DUPLA FACE, DESCARTÁVEL, COM FACE PARIETAL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR, VISCERAL REVESTIDA DE HIDROGEL, ABSORVÍVEL, FORMATO RETANGULAR, PARA CIRURGIA DE CORREÇÃO DE HÉRNIA. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALIMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 30,5 X 35,6CM. PODENDO VARIAR EM + OU - 02CM.</p>	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO

20	<p>TELA, SEPARADORA DE TECIDOS SEMI ABSORVIVEL, COMPOSTA POR FACE PARIETAL OE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR E FACE VISCERAL REVESTIDA DE HIDROGEL COM CMC QUE SERÁ A85ORVIDO EM 30 DIAS, SISTEMA DE POSICIONAMENTO ACOPLAOO A TELA. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALIMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, INCLUINDO UMA FERRAMENTA INTRODUTÓRIA E UM CONJUNTO DE INFLAÇÃO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 15,2 X 25,4CM, APROXIMADAMENTE.</p>	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO
21	<p>TELA, SEPARADORA DE TECIDOS SEMI ABSORVÍVEL, COMPOSTA POR FACE PARIETAL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR E FACE VISCERAL REVESTIDA DE HIDROGEL COM CMC QUE SERÁ ABSORVIDO EM 30 DIAS, SISTEMA DE POSICIONAMENTO ACOPLADO A TELA. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALIMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, INCLUINDO UMA FERRAMENTA INTRODUTÓRIA E UM CONJUNTO DE INFLAÇÃO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA,DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 17,8 X 22,9CM, APROXIMADAMENTE.</p>	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO

22	<p>TELA, SEPARADORA DE TECIDOS SEMI ABSORVÍVEL, COMPOSTA POR FACE PARIETAL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR E PACE VISCERAL REVESTIDA DE HIDROGEL COM CMC QUE SERÁ ABSORVIDO EM 30 DIAS, SISTEMA OE POSICIONAMENTO ACOPLADO A TELA. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALIMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRUGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, INCLUINDO UMA FERRAMENTA INTRODUTÓRIA E UM CONJUNTO DE INFLAÇÃO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 20,3 X 25,4CM, APROXIMADAMENTE.</p>	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO
29	<p>GRAMPEADOR, PARA FIXAÇÃO DE TELAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONTENDO 15 GRAMPOS PERMANENTES COMPOSTOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABEÇA PROTETORA EM PEEK, PRÉ-CARREGADOS, COM SINALIZAÇÃO DE CONTAGEM DE GRAMPOS. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALIMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>	UND	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.	APROVADO
30	<p>GRAMPEADOR, PARA FIXAÇÃO DE TELAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONTENDO 30 GRAMPOS PERMANENTES COMPOSTOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABEÇA PROTETORA EM PEEK, PRÉ-CARREGADOS, COM SINALIZAÇÃO DE CONTAGEM DE GRAMPOS. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALIMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO , TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE</p>	UND	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.	APROVADO

31	HEMOSTÁTICO EM PÓ ABSORVÍVEL A BASE DE VEGETAL SEM COMPONENTES DE ORIGEM ANIMAL, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO. COM PARTÍCULAS MICROPOROSAS DE TAMANHO CONTROLADO PARA GARANTIR UMA HEMOSTASIA HOMOGENIA. DESEJÁVEL ABSORÇÃO COMPLETA ENTRE 24 E 48 HORAS PARA REDUZIR A REAÇÃO DE CORPO ESTRANHO. NÃO REQUER REFRIGERAÇÃO. ARMAZENAGEM EM TEMPERATURA AMBIENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL E MATERIAL QUE PERMITA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. TAMANHO: 3G	UND	ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	APROVADO
32	CONECTOR EM T, 15X22. O CONECTOR EM T E	UND	MAXLAB PRODUTORA PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISA LTDA.	APROVADO

Atenciosamente,

Dalva Maria da Silva Araújo

Chefe do Almoxarifado

Portaria nº57/2024



Documento assinado eletronicamente por **DALVA MARIA DA SILVA ARAUJO, Chefe de Setor**, em 29/10/2024, às 09:04, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0012998599** e o código CRC **C0CB00F4**.