



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 232, Palácio das Secretarias - 1º e 2º andares - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-060
Telefone: - www.ac.gov.br

2ª NOTIFICAÇÃO e 2ª RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 222/2024 - COMPRASGOV N.º 90222/2024

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Registro de preços para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes que tem por objetivo atender às demandas para a **Unidade Mista de Saúde - Acrelândia, Ana Nery, Assis Brasil, Hospital da Família Dr. Marcio Rogério Camargo - Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Luzia e Santa Rosa** - contemplados por Portarias/Emendas Parlamentares garantindo a eficiência e resolutividade na assistência ao usuário do SUS no âmbito da Secretária de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.

A **Divisão de Pregão – DIPREG** comunica aos interessados que o processo licitatório acima mencionado, com o Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial do Estado, nº 13.856, Diário Oficial da União, Seção 3, nº. 174 e Jornal OPINIÃO, todos do dia 09/09/2024, e ainda nos sítios: <https://www.gov.br/compras/pt-br/>, <http://www.licitacao.ac.gov.br>, <https://www.gov.br/pncp/pt-br> e <https://licitacoes.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes>, com o fim de cumprir princípios intrínsecos como transparência e legalidade, **NOTIFICA** e **RETIFICA**, conforme abaixo:

Em atendimento ao pedido de esclarecimento solicitado por empresas interessadas no processo licitatório, informamos a todos os interessados quanto à resposta da Autoridade Superior do Órgão, conforme abaixo:

DO QUESTIONAMENTO E DA RESPOSTA:

Dos esclarecimentos, resumidamente, transcrevemos o que segue conforme numeração apresentada pela requerente:

EMPRESA (A):

1. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO

Trata-se da demanda exarada do pedido de Impugnação referente a **BALANCA ANTROPOMÉTRICA, itens 14, 15, 16: Grifo da empresa: “EXCLUINDO A EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ANVISA”**.

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SESACRE)

Mediante exposto, tecnicamente será acatado a solicitação para alteração do tópico 8.4 do edital parcialmente para os **itens 14, 15, 16- BALANCA ANTROPOMÉTRICA. RETIFICAÇÃO** para os itens **14, 15, 16** - disposto no tópico 8.4 do edital referente a certificação ANVISA.

Para os itens 14, 15 e 16 - **BALANÇA ANTROPOMÉTRICA**, exclui-se a necessidade de apresentação de Certificação ANVISA, conforme previsto no tópico 8.4 do edital.

EMPRESA (B):

2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO

Tendo em vista que nosso sistema é mais avançado tecnicamente, podemos considerar que estamos concorrendo com equipamentos Superior, podemos ignorar a solicitação e fornecer tecnologia superior no certame sem que tenhamos ônus em decorrência ao descritivo do edital”

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SESACRE)

Mantemos as especificações do texto editalício; no entanto, admite-se que a empresa possa oferecer equipamento com tecnologia superior.

3. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO

“Entrada de ar no aparelho”

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SESACRE)

O painel de refrigeração indica apenas o status de operação do sistema de refrigeração, mas não atende à necessidade de monitoramento da entrada de ar, pois controla somente a funcionalidade do sistema de resfriamento. No entanto, se o equipamento possui um sinalizador e/ou alarme que monitore a entrada de ar e identifique falhas, como a abertura acidental da porta ou vedação inadequada, ele poderá alertar para situações que possam impactar o ambiente interno. Dessa forma, serão atendidas as características exigidas pelo objeto licitado.

4. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO

Cabe esclarecer a douta empresa que será retificado a especificação do texto editalício. Ante o exposto, resolve proferir a seguinte decisão para o questionamento 3.

“Queremos que seja avaliado”. **RETIFICAÇÃO** do descritivo técnico do equipamento:

ONDE SE LÊ: REGISTRO NA ANVISA, SELO DO INMETRO.

PASSA-SE: REGISTRO NA ANVISA.

Para o item 44 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS, exclui-se a necessidade de apresentação de Certificação Inmetro, conforme previsto no tópico 20.1.8 do edital.

EMPRESA (C):

5. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO

Trata-se da demanda exarada aos autos anexo do pedido de Impugnação da empresa Impugnação, referente ao item 45 - CARDIOVERSOR. **Grifo da empresa:** “Necessitar de readequações”.

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SESACRE)

ONDE SE LÊ: CARDIOVERSOR EM CORPO CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO DE ALTO IMPACTO COM ALÇA DE TRANSPORTE E SUPORTES PARA FIXAR AS PÁS, COMPOSTO DE MONITOR E DESFIBRILADOR EM UMA ÚNICA UNIDADE; TECLADO DE MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE, TELA DE CRISTAL LÍQUIDO OU LED LUMINOSA COM NO MÍNIMO DE 5

POLEGADAS.

PASSA-SE: CARDIOVERSOR PARA USO EM ADULTOS E PEDIÁTRICO; CARDIOVERSOR COMPOSTO DE GABINETE, JOGO E/OU CONJUNTO DE PÁS ADULTO E INFANTIL; TELA PARA VISUALIZAR PARAMETROS EM LCD; GABINETE OU MOTINOR CONFECCIONADO COM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS; TELA DO MONITOR COM TAMANHO MINIMO 7 POLEGADAS OU MAIOR;

ONDE SE LÊ: ALIMENTAÇÃO EM REDE ELÉTRICA BIVOLT (AUTOMÁTICO),

PASSA-SE: ALIMENTAÇÃO EM REDE ELÉTRICA BIVOLT;

ONDE SE LÊ: SAÍDA PARA REGISTRO ATRAVÉS DE ELETROCARDIOGRAFO;

PASSA-SE: SISTEMA DE REGISTRO DOS PARAMETROS, REGISTRO ECG E INTERFACE PARA ACESSO DE DADOS;

ONDE SE LÊ: ENTRADA PARA FONTE EXTERNA DE 12 VOLTS PARA USO EM AMBULÂNCIAS E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL.

PASSA-SE: BATERIA INTERNA DE FÁCIL REMOÇÃO E RECARREGÁVEL COM CAPACIDADE (IGUAL OU MAIOR) ≥ 100 CHOQUES EM CARGA MÁXIMA DE 360 J;

ONDE SE LÊ: MONITOR CARDÍACO, DE 01 CANAL, 07 DERIVAÇÕES (MÍNIMO); MONITOR COM INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DIGITAL DE 0 A 250 BPM;

PASSA-SE: MONITOR CARDÍACO COM 01 OU MAIS CANAIS E COM CAPACIDADE (IGUAL OU MAIOR) ≥ 07 DERIVAÇÕES E MONITORIZAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA; MONITORAÇÃO DE ECG;

ONDE SE LÊ: ALARME DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA COM AJUSTE DIGITAL, ALARME DE ELETRODO SOLTO, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR, SINAL SONORO DA ONDA R; MONITORAÇÃO DE ECG ATRAVÉS DO CABO PACIENTE OU ATRAVÉS DAS PÁS DO DESFIBRILADOR.

PASSA-SE: ALARME DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA; ALARME DE ELETRODO SOLTO, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR;

ONDE SE LÊ: DESFIBRILADOR: TECLA LIGA/DESLIGA DE SINCRONISMO COM MONITOR PARA CARDIOVERSÃO, INDICAÇÃO LUMINOSA DA ONDA R; TECLADO COM INDICAÇÃO VISUAL PARA SELEÇÃO DE ENERGIA E FUNÇÕES.

PASSA-SE: POSSIBILIDADE DE SELECIONAR FUNÇÕES NO EQUIPAMENTO PARA DESFIBRILAÇÃO; SELEÇÃO DE ENERGIA GRADUAL ATÉ 360 J; TEMPO DE CARGA DE MINIMO 6 SEGUNDO E NO MAXIMO 15 SEGUNDOS;

ONDE SE LÊ: POSSIBILIDADE DE USO DE PÁS INTERNAS E EXTERNAS ADULTO E INFANTIL, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS ESCALAS DE ENERGIA DE ACORDO COM A PÁ UTILIZADA (ADULTO/INFANTIL EXTERNO E ADULTO/INFANTIL INTERNO). ESCALAS PARA SELEÇÃO DE CARGA, DE 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 E 50 JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO INTERNA ADULTO, INTERNA E EXTERNA INFANTIL. DE 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 E 360 JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTO.

PASSA-SE: POSSIBILIDADE DE USO DE PÁS INTERNAS E EXTERNAS ADULTO E INFANTIL, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS ESCALAS DE ENERGIA DE ACORDO COM A PÁ UTILIZADA (ADULTO/INFANTIL EXTERNO E ADULTO/INFANTIL INTERNO) E ESCALA DE ENERGIA COM ALCANCE ATÉ 360 J.

6. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO

Demanda exarada aos autos anexo, do pedido de Impugnação da empresa Impugnação referente ao **item 57 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA**. **Grifo da empresa:** “Necessitar de readequações”.

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SESACRE)

ONDE SE LÊ: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - DEA DESFIBRILADOR CONVENCIONAL: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, DISPLAY: LCD OU LED;

PASSA-SE: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO/ SEMIAUTOMÁTICO FORMATO DE ONDA BIFÁSICO EXPONENCIAL TRUNCADO PARA USO EM ADULTOS E PEDIÁTRICO E CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS; EQUIPAMENTO BIVOLT;

ONDE SE LÊ: GRAVACAO/ARMAZENAMENTO: GRAVACAO DE EVENTOS COM DATA, HORA;

PASSA-SE: PROGRAMA QUE ANALISE A PRESENÇA DO RITMO FIBRILAÇÃO VENTRICULAR (FV) QUE INDICA A TERAPIA MAIS ADEQUADA, CHOQUE PARA DESFIBRILAÇÃO DIRETAMENTE OU RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP) SEGUIDA DE CHOQUE; PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADO EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DE CADA PACIENTE; DESFIBRILAÇÃO E PROTOCOLO CPR PODENDO SER PERSONALIZADOS; APLICAÇÃO DE CHOQUE EM MENOS DE 8 SEGUNDOS APÓS O TÉRMINO DA RCP.

ONDE SE LÊ: REGISTRO DE ECG E DURACAO, INTERVALOS DE RPC; TIPO BATERIA: INTERNA RECARREGAVEL, LIMITACAO ENERGIA PAS: 50 JOULES;

PASSA-SE: ADULTO PICO DESFIBRILAÇÃO ATUAL: 32A (NOMINAL 150J) PARA UMA CARGA DE 50 OHM; DESFIBRILAÇÃO PEDIÁTRICA: 19A (50J NOMINAL) PARA UMA CARGA DE 50 OHM; 1 PAR ELETRODOS AUTO ADESIVOS ADULTO E 1 PAR ELETRODOS AUTO ADESIVOS PEDIÁTRICO; CARREGADOR DE BATERIA, BOLSA DE TRANSPORTE.

EMPRESA (D):

7. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO

Trata-se da demanda exarada do pedido de Impugnação referente ao **item 06: Grifo da empresa: FRAME RATE DE PELO MENOS 500 FRAMES POR SEGUNDOS**

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SESACRE)

Mediante exposto, tecnicamente será acatado a solicitação para ser alterado a descrição do objeto do edital parcialmente. os parâmetros descritos no Edital.

Edital solicita : FRAME RATE DE PELO MENOS 1000 FRAMES POR SEGUNDOS;

Empresa solicita: FRAME RATE DE PELO MENOS 500 FRAMES POR SEGUNDOS OU MAIOR

8. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO

Trata-se da demanda exarada do pedido de Impugnação referente ao **item 4: Grifo da empresa:** : Devido a obsolescência da tecnologia de gravador de CD e com a escassez de mídias para gravação, as novas plataformas de Ultrassom disponibilizam apenas gravação de todos os formatos solicitados via USB (Pendrive). A alteração permite que cada empresa oferte solução compatível a seu equipamento, não interferindo no desempenho do mesmo ou causando prejuízos ao órgão.

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SESACRE)

Mediante exposto, tecnicamente **NÃO** será acatado a solicitação para ser alterado a descrição do objeto do edital parcialmente, PERMANECERA os parâmetros descritos no Edital.

EDITAL SOLICITA : drive (gravador) de dvd-r para armazenamento de imagens e/ou clipes em cd ou dvd regravável, no formato: ou jpeg / avi ou mpeg1 (padrão windows) ou dicom com visualizador dicom de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive.

EMPRESA SOLICITA: drive (gravador) de dvd-r para armazenamento de imagens e/ou clipes em cd ou dvd regravável, no formato: ou jpeg / avi ou mpeg1 (padrão windows) ou dicom com visualizador dicom de leitura automática ou gravação de imagens em pen drive.

EMPRESA (E):

9. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO

Trata-se da demanda exarada da Impugnação referente ao **item 4: Grifo da empresa:** SISTEMA COM LARGURA MÁXIMA DE 59 CM;

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SESACRE)

Mediante exposto, tecnicamente será acatado a solicitação para ser alterado a descrição do objeto do edital parcialmente. Retificamos parâmetros descritos no Edital.

Em relação ao **item 04: APARELHO DE RAIOS X MÓVEL:**

Solicita o edital: SISTEMA COM LARGURA MÁXIMA DE 59 CM;

ONDE SE LÊ: SISTEMA COM LARGURA MÁXIMA DE 59 CM;

PASSA-SE: SISTEMA COM LARGURA MÁXIMA DE 58,8 CM OU MAIOR

EDITAL SOLICITA: CAPACIDADE CALÓRICA DO ANODO DE 200KHU OU MAIOR;

RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SESACRE)

RESPOSTA: Tal questionamento respondido no parecer (0012572888)

JUSTIFICATIVA: Permaneceu o descritivo do edital, a Capacidade calórica do ânodo em um equipamento de raios X de 200 KHU ou maior refere-se à capacidade do ânodo de dissipar calor gerado durante a produção de raios X. Essa capacidade maior que 200KHU é fundamental para evitar danos ao tubo de raios X e garantir uma operação segura e eficiente.

No preâmbulo do edital, a data e hora da abertura da licitação, passará a conter a seguinte redação:

Data e hora da abertura da licitação: **05/12/2024 às 9h15min (Horário de Brasília).**

Retirada: **19/11/2024** até data de abertura.

As demais informações constantes do Edital e seus Anexos continuam inalteradas.

Rio Branco - AC, 18 de novembro de 2024

Antonia Jucilene Oliveira de Moraes

Divisão de Conformidade e Elaboração de Editais- DIVCON