



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Rua Benjamin Constant, 830, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-064
- <http://saude.ac.gov.br>

PARECER Nº 80/2024/SESACRE-NUCAE/SESACRE-DIVAIN/SESACRE-DEPIS/SESACRE-DEPEP/SESACRE-DIGSUS
PROCESSO Nº 0019.014994.00028/2023-01
INTERESSADO: DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ASSUNTO: Parecer referente ao Pregão Eletrônico SRP Nº 345/2023.
Processo Administrativo: 0019.014994.00028/2023-01

PARECER TÉCNICO

Pregão Eletrônico SRP Nº 345/2023.

Processo Administrativo: 0019.014994.00028/2023-01

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde (HOSPITAL DR ARY RODRIGUES, HOSPITAL DE CLINICAS RAIMUNDO CHAAR, HOSPITAL DR EPAMINONDAS JACOME, HOSPITAL JOÃO CÂNCIO FERNANDES E HOSPITAL DR MANOEL MARINHO MONTE), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE".

Data da análise: 6 de junho de 2024.

Parecerista: Maria Rosiany Anute de Souza.

Considerando as atribuições e responsabilidades estabelecidas pela Portaria Nº 332, de 18 de julho de 2023, no Diário Oficial Nº 13.577 de 20/07/2023- Caderno Único, no qual institui a Comissão de Pareceristas Técnicos e define a Área Técnica de Equipamentos Médicos e Hospitalares no Inciso I do Artigo 2º.

E mediante o exposto no processo virtual e documentos digitalizados, disponível no sistema **Comprasnet**, endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, atalho CONSULTAS / PREGÕES / EM ANDAMENTO, dados do formulário Situação: TODAS, **Pregão Eletrônico Nº 345/2023**, direcionado a ANALISAR AS DOCUMENTAÇÕES TÉCNICAS E PROPOSTAS, informa-se quanto às propostas apresentadas:

Parecer técnico emitido pelo Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos (NUCAE), com o objetivo de auxiliar o Pregoeiro e equipe de apoio no julgamento da proposta de preços apresentada pelo licitante remanescente. Essa análise tem como objetivo atestar a compatibilidade do produto ofertado pelo licitante, com as características estabelecidas no edital, usando parâmetros técnicos objetivos.

Conforme solicitado pelo setor de Licitações, apresentamos a consideração referente à proposta apresentada no Pregão Eletrônico 345/2023, que segue levantada com respectivo ateste no item:

Para o **item 22**: O licitante BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, apresentou equipamento Cadeira para Coleta de Sangue, da **marca** ORTOMED e **modelo/versão** OM317.3. **Produto com REGISTRO ANVISA 80849759002.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do catalogo no site do fabricante, <https://ortomedmoveis.com.br/produtos/cadeira-para-coleta-de-sangue/pdf>. Acesso: 6/6/2024.

A **proposta não atende**, informamos que o mesmo está em desacordo com especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), **onde assento e encosto estofados, revestidos em courvin**; diferente do TR que solicita em TOTALMENTE FABRICADOS EM POLIPROPILENO (PP) ALTAMENTE RESISTENTE PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR AZUL ROYAL.

Para o **item 22**: O licitante ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, apresentou equipamento Cadeira para Coleta de Sangue, da **marca ALFRS** e **modelo/versão ALF CCBR. Produto com REGISTRO ANVISA 81513180004.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do catalogo no site do fabricante: <https://alfrs.com.br/>. Acesso: 6/6/2024.

A **proposta não atende**, informamos que o mesmo está em desacordo com especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), **onde assento e encosto estofados, revestidos em courvin, fabricada em aço/ferro.** diferente do TR que solicita em TOTALMENTE FABRICADOS EM POLIPROPILENO (PP) ALTAMENTE RESISTENTE PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR AZUL ROYAL.

Para o **item 22**: O licitante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, apresentou equipamento Cadeira para Coleta de Sangue, da **marca SANTA CLARA** e **modelo/versão CADEIRA CLÍNICA. Produto com REGISTRO ANVISA 80413280002.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do catalogo no site do fabricante: https://www.santaclaramoveis.com.br/wp-content/uploads/2017/02/santaclara_catalogo_cadeira_POLTRONACOLETAFIXA.pdf Acesso: 6/6/2024.

A **proposta não atende**, informamos que o mesmo está em desacordo com especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), **onde assento e encosto estofados, revestidos em courvin, fabricada em tubo redondo.** diferente do TR que solicita em TOTALMENTE FABRICADOS EM POLIPROPILENO (PP) ALTAMENTE RESISTENTE PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR AZUL ROYAL.

Para o **item 22**: O licitante SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, apresentou equipamento Cadeira para Coleta de Sangue, da **marca MEDCLEAN** e **modelo/versão CLÍNICA. Produto com REGISTRO ANVISA.**

No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do catalogo no site do fabricante: <https://www.medcleanprodutohospitalar.com.br/poltrona-reclinavel-para-coleta-de-sangue.html>. 6/6/2024.

A **proposta não atende**, informamos que o mesmo está em desacordo com especificação técnica descritas no Termo de Referência (TR), **onde assento e encosto estofados, revestidos em courvin, fabricada em aço carbono/epóxi.** diferente do TR que solicita em TOTALMENTE FABRICADOS EM POLIPROPILENO (PP) ALTAMENTE RESISTENTE PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR AZUL ROYAL.

Maria Rosiany Anute de Souza
Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos-NUCAE



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ROSIANY ANUTE DE SOUZA, Enfermeiro Parecerista**, em 06/06/2024, às 12:51, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0011211141** e o código CRC **C8675081**.



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Rua Benjamin Constant, 830, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-064
- <http://saude.ac.gov.br>

OFÍCIO Nº 7594/2024/SESACRE

Ao Senhor
Jadson de Almeida Correia
Secretário Adjunto de Compras, Licitações e Contratos

Assunto: **Parecer da Proposta de Preço para o Item 22 - Pregão Eletrônico SRP nº. 345/2023 (PROCESSO Nº 0019.014994.00028/2023-01).**

Senhor Secretário Adjunto,

1. Cumprimos-o cordialmente, considerando o posicionamento técnico, encaminhamos a Vossa Senhoria o Parecer da Proposta de Preço para o Item 22 (0011211141), referente ao **Pregão Eletrônico SRP nº. 345/20232**, cujo objeto é “Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde (**HOSPITAL DR ARY RODRIGUES, HOSPITAL DE CLINICAS RAIMUNDO CHAAR, HOSPITAL DR EPAMINONDAS JACOME, HOSPITAL JOÃO CÂNCIO FERNANDES E HOSPITAL DR MANOEL MARINHO MONTE**), contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE”, formalizado a essa Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos por meio do OFÍCIO Nº 8369/2023/SESACRE (8131886).

Atenciosamente,

PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON

Secretário de Estado de Saúde
Decreto nº 09-P, de 1º de Janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO PASCOAL DUARTE PINHEIRO ZAMBON, Secretário(a) de Estado de Saúde**, em 07/06/2024, às 10:30, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0011211926** e o código CRC **925834CB**.

