



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 232, Palácio das Secretarias - 1º e 2º andares - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-060

Telefone: - www.ac.gov.br

3ª NOTIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 330/2025 - COMPRASGOV N.º 90330/2025 - SEJUSP

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Aquisição de material e equipamentos de fisioterapia 2, para atender as necessidades da secretaria de estado de justiça e Segurança na execução do Plano de aplicação e VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA - VPSP – 2022 e **plano de aplicação MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA - MQV - 2024**, conforme especificações e quantidades do termo de referência.

A **Divisão de Pregão – DIPREG** comunica aos interessados que o processo licitatório acima mencionado, com o Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial do Estado, nº 14.055 e Jornal OPINIÃO, todos publicado no dia 02 de julho de 2025, e ainda nos sítios: <https://www.gov.br/compras/pt-br/>, <http://www.licitacao.ac.gov.br>, <https://www.gov.br/pncp/pt-br> e <https://licitacoes.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes>, com o fim de cumprir princípios intrínsecos como transparência e legalidade, **NOTIFICA** e **RETIFICA**, conforme abaixo:

Em atendimento aos pedidos de esclarecimentos e as impugnações solicitado por empresas interessadas no processo licitatório, informamos a todos os interessados quanto à resposta da Autoridade Superior do Órgão, conforme abaixo:

1. DOS QUESTIONAMENTO E DAS RESPOSTAS:

1.1. EMPRESA (A): 1. DESCRITIVO TÉCNICO

Sobre o direcionamento para o ITEM 11 -Ultrassom Konted 910 3x1

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos a necessidade de retificações no termo de referência, pois o consta um claro direcionamento para a empresa Konted uma única empresa de ultrassom. Infringindo, assim, em vários aspectos as Leis de licitação, descaracterizando a isonomia do processo.

Na especificação consta diversas especificações que são exclusivos, que ao serem citados impedem que outras empresas que oferecem equipamentos possam participar. Nessa perspectiva, gostaríamos de sugerir alterações necessárias na especificação técnica do item de maneira que mais empresas tenham a oportunidade de participar do processo e não sejam prejudicadas pelo claro direcionamento do edital.

Edital pede : Duas conexões de USB

GEHC explica : Considerando que o equipamento de ultrassom tem a possibilidade de utilizar conexões em dispositivos móveis Android ou IOS, o mesmo não oferece as conexões USB.

Edital pede : Power doppler

GEHC explica : Essa função do ultrassom aumenta a sensibilidade para detectar e visualizar o fluxo sanguíneo em estruturas pequenas com maior dificuldade, e a GEHC entende que o mecanismo é incorporado aos ultrassons portáteis com tela acima de 15 polegadas, e visto que o edital solicita um equipamento para primeiros socorros , em diagnósticos emergenciais, oportunizamos no ultrassom o Doppler Espectral, Doppler colorido com a realização das imagens bidimensionais em Modo B e Modo M; atendendo com excelência a portabilidade ora exigida.

1.2. RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (SEJUSP)

Em atenção ao questionamento da empresa (A) sobre o item 11 do termo de referência, evento SEI 0015897036, sobre um possível direcionamento para uma marca ou empresa, reafirmamos que o termo de referência foi confeccionado atendendo os princípios de isonomia, competitividade e seleção mais vantajosa, além da legalidade, publicidade que são comuns à atividade pública, mas objetivando que os produtos atendam às necessidades operacionais da administração pública e não impedindo a participação de quaisquer empresas que apresentem equipamentos equivalentes, desde que atendem a demanda solicitada.

E, na contramão do interpretado pela empresa (A), conforme o seu pedido de esclarecimento, não buscamos equipamentos que sejam utilizados em primeiros socorros/atendimentos emergenciais e, sim, equipamentos que sirvam para diagnóstico clínico e que tenhamos a versatilidade de transportá-lo quando necessário, não tendo a obrigatoriedade de utilizarmos em um único local.

Dessa maneira, seguimos com o termo de referência, de forma pública, concisa, legal, isonômica e buscando a melhor e mais vantajosa proposta para a administração pública na certeza que teremos produtos que atendam as necessidades mínimas desse edital.

Respondido por:

Francimar Ely Sousa do Nascimento - CAP BM

Diretor de Saúde do CBMAC

Matrícula 9121099-2

1. DATA DE ABERTURA:

1.1. Fica mantida a Data e horário da abertura da sessão: **12/09/2025 às 9h15min (Horário de Brasília).**

1.2. **As demais informações contidas no Edital continuam inalteradas.**

Rio Branco – AC, 08 de setembro de 2025.

Wilton Martins da Silva
Divisão de Pregão - DIPREG
Portaria SEAD Nº 262/2025



Documento assinado eletronicamente por **WILTON MARTINS DA SILVA, Cargo Comissionado**, em 08/09/2025, às 14:01, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0017205591** e o código CRC **1392354D**.