



ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE

BR 364, KM 02, - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, Rio Branco/AC, CEP 69914-220
- <http://fundhacre.acre.gov.br/>

PARECER Nº 7/2024/FUNDHACRE - ALMX/FUNDHACRE - DEPOL/FUNDHACRE - DIREXEC
PROCESSO Nº 0039.007053.00133/2024-49
INTERESSADO: DIRETORIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, COMPRAS
ASSUNTO: Análise e emissão de parecer técnico – Pregão Eletrônico SRP nº 166/2024

PARECER TÉCNICO

Senhor **Ronis Pessoa Nogueira**,

Prezado,

Ao cumprimenta-lo cordialmente, em atenção ao **MEMORANDO Nº 1368/2024/FUNDHACRE - LICOM** (SEI nº0012777944 referente ao **Pregão Eletrônico SRP 166/2024 - FUNDHACRE - comprasgov nº 90166/2024**, cujo objeto é a Aquisição de material medico hospitalar, para atender as necessidades da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE, para análise e emissão de parecer técnico das propostas, conforme especificado no **Memorando nº 1368/2024/SEAD - SELIC- DIPREG, ENCAMINHO PARECER TÉCNICO**.

TEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	Empresa Fornecedora	Parecer Técnico
1	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 15CM X 15CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 11515) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO
2	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 30CM X 30CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 13030) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO
3	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 5CM X 10CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 10510) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO

4	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 7,5CM X 15CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 10715) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO
5	TELA MACIA DE POLIPROPILENO ; TELA CIRÚRGICA, TIPO MARLEX – TAMANHO APROXIMADO DE 10" X 10" (25CM X 25CM) CONFECCIONADA 100% POLIPROPILENO, INDICADA PARA O REPARO DOS DEFEITOS DA PAREDE ABDOMINAL E FÁSCIA. ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO .	UNDUND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO
6	TELA MACIA DE POLIPROPILENO ; TELA CIRÚRGICA, TIPO MARLEX – TAMANHO APROXIMADO DE 14" X 12" (35.6CM X 30CM) CONFECCIONADA 100% POLIPROPILENO, INDICADA PARA O REPARO DOS DEFEITOS DA PAREDE ABDOMINAL E FÁSCIA. ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO .	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO
7	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 5CM X 10CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 10510) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO

8	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 15CM X 15CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 11515) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO
9	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 26CM X 36CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 12636) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO
10	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 30CM X 30CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 13030) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO
11	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 6CM X 12CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 10612) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO
12	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 7,5CM X 15CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 10715) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO
13	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 15CM X 15CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 11515) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO
14	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, TAMANHO: 26CM X 36CM. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL (CÓD. 12636) VALIDADE: 5 ANOS. MARCA: ABDOTEX FABRICANTE: BARONE PROCEDÊNCIA: NACIONAL ANVISA 80163740001	UND	INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA	APROVADO

15	TELA TRIDIMENSIONAL DE POLIPROPILENO, MONOFILAMENTAR, DE ALTA GRAMATURA, DESCARTÁVEL, PRÉMOLDADA NO FORMATO ANATÔMICO DA REGIÃO INGUINAL. EXTREMIDADES SELADAS EM SILICONE E MARCADOR MEDIAL QUE AUXILIA O POSICIONAMENTO CORRETO DA TELA. TAMANHOS: MÉDIA, GRANDE OU EXTRA GRANDE, LATERALIDADE: DIREITA, PARA CIRÚRGICA DE CORREÇÃO DE HÉRNIA INGUINAL LAPAROSCÓPICA. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 8,5X13,7CM; 10,8X16CM; 12,4X17,3.	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO
16	TELA TRIDIMENSIONAL DE POLIPROPILENO, MONOFILAMENTAR, DE ALTA GRAMATURA, DESCARTÁVEL, PRÉMOLDADA NO FORMATO ANATÔMICO DA REGIÃO INGUINAL. EXTREMIDADES SELADAS EM SILICONE E MARCADOR MEDIAL QUE AUXILIA O POSICIONAMENTO CORRETO DA TELA. TAMANHOS: MÉDIA, GRANDE OU EXTRA GRANDE, LATERALIDADE: ESQUERDA, PARA CIRURGIA DE CORREÇÃO DE HÉRNIA INGUINAL LAPARDSCÓPICA. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 8,5 X 13,7CM; 10,8X16CM; 12,4X17,3CM.	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO

17	TELA, DUPLA FACE, DESCARTÁVEL, COM FACE PARIETAL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR, VISCERAL REVESTIDA DE HIDROGEL, ABSORVÍVEL, FORMATO RETANGULAR, PARA CIRURGIA DE CORREÇÃO DE HÉRNIA. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALIMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 15,2 X 20,3CM. PODENDO VARIAR EM + OU - 02CM.	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO
18	TELA, DUPLA FACE, DESCARTÁVEL, COM FACE PARIETAL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR, VISCERAL REVESTIDA DE HIDROGEL, ABSORVÍVEL, FORMATO RETANGULAR, PARA CIRURGIA DE CORREÇÃO DE HÉRNIA. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALIMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIODADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 20,3 X 30,5CM. PODENDO VARIAR EM + OU - 02CM	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO
19	TELA, DUPLA FACE, DESCARTÁVEL, COM FACE PARIETAL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR, VISCERAL REVESTIDA DE HIDROGEL, ABSORVÍVEL, FORMATO RETANGULAR, PARA CIRURGIA DE CORREÇÃO DE HÉRNIA. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALIMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 30,5 X 35,6CM. PODENDO VARIAR EM + OU - 02CM.	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO

20	TELA, SEPARADORA DE TECIDOS SEMI ABSORVÍVEL, COMPOSTA POR FACE PARIETAL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR E FACE VISCERAL REVESTIDA DE HIDROGEL COM CMC QUE SERÁ ABSORVIDO EM 30 DIAS, SISTEMA DE POSICIONAMENTO ACOPLADO A TELA. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, INCLUINDO UMA FERRAMENTA INTRODUTÓRIA E UM CONJUNTO DE INFLAÇÃO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 15,2 X 25,4CM, APROXIMADAMENTE.	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO
21	TELA, SEPARADORA DE TECIDOS SEMI ABSORVÍVEL, COMPOSTA POR FACE PARIETAL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR E FACE VISCERAL REVESTIDA DE HIDROGEL COM CMC QUE SERÁ ABSORVIDO EM 30 DIAS, SISTEMA DE POSICIONAMENTO ACOPLADO A TELA. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, INCLUINDO UMA FERRAMENTA INTRODUTÓRIA E UM CONJUNTO DE INFLAÇÃO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 17,8 X 22,9CM, APROXIMADAMENTE.	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO

22	TELA, SEPARADORA DE TECIDOS SEMI ABSORVÍVEL, COMPOSTA POR FACE PARIETAL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR E PACE VISCERAL REVESTIDA DE HIDROGEL COM CMC QUE SERÁ ABSORVIDO EM 30 DIAS, SISTEMA OE POSICIONAMENTO ACOPLADO A TELA. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALIMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRUGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, INCLUINDO UMA FERRAMENTA INTRODUTÓRIA E UM CONJUNTO DE INFLAÇÃO. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 20,3 X 25,4CM, APROXIMADAMENTE.	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO
23	TELA, SEPARADORA DE TECIDOS SEMIABSORVIVEL, COMPOSTA COM UMA FACE PARIETAL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR DE BAIXA GRAMATURA, E UMA FACE VISCERAL REVESTIDA DE HIDROGEL QUE SERÁ ABSORVIDO EM APROXIMADAMENTE 30 DIAS, POSSUI ANEL DE MEMÓRIA PARA POSICIONAMENTO. INDICADA PARA TRATAMENTO DE HERNIAS UMBILICAIS, PEQUENAS HÉRNIAS VENTRAIS E FECHAMENTO DE INCISÕES DE TROCARTES. EMBALAGEM: CAI XA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALIMINIZADO OU PAPEL CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRE55O DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO OE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS 4,3CM, APROXIMADAMENTE.	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO

24	TELA, SEPARADORA DE TECIDOS, SEMLABSORVIVEL, COMPOSTA COM UMA FACE PARIETAL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR DE BAIXA GRAMATURA, E UMA FACE VISCERAL REVESTIDA DE HIDROGEL QUE SERÁ ABSORVIDO EM APROXIMADAMENTE 30 DIAS, POSSUI ANEL DE MEMÓRIA PARA POSICIONAMENTO. INDICADA PARA TRATAMENTO DE HÉRNIAS UMBILICAIS, PEQUENAS HÉRNIAS VENTRAIS E FECHAMENTO DE INCISÕES DE TROCARTES. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALIMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 6,4CM, APROXIMADAMENTE.	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO
25	TELA SEPARADORA DE TECIDOS, SEMIABSORVÍVEL, COMPOSTA COM UMA FACE PARIETAL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR DE BAIXA GRAMATURA, E UMA FACE VISCERAL REVESTIDA DE HIDROGEL QUE SERÁ ABSORVIDO EM APROXIMADAMENTE 30 DIAS, POSSUI ANEL DE MEMÓRIA PARA POSICIONAMENTO. INDICADA PARA TRATAMENTO DE HÉRNIAS UMBILICAIS, PEQUENAS HÉRNIAS VENTRAIS E FECHAMENTO DE INCISÕES DE TROCARTES. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALIMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 8CM, APROXIMADAMENTE.	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO

26	TELA, TOTALMENTE REABSORVÍVEL, COMPOSTA POR POLÍ-4-HIDROXIBUTIRATO, FORMATO RETANGULAR, INDICADA PARA RECONSTRUÇÃO E REFORÇO DA PAREDE ABDOMINAL, EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALIMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DAOOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 15X20CM, APROXIMADAMENTE.	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO
27	TELA, TOTALMENTE REABSORVÍVEL, COMPOSTA POR POLÍ-4-HIDROXIBUTIRATO, FORMATO RETANGULAR, INDICADA PARA RECONSTRUÇÃO E REFORÇO DA PAREDE ABDOMINAL. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALIMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 20X25CM, APROXIMADAMENTE.	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO
28	TELA, TOTALMENTE REABSORVÍVEL, COMPOSTA POR POLI-4-HIDROXIBUTIRATO, FORMATO RETANGULAR, INDICADA PARA RECONSTRUÇÃO E REFORÇO DA PAREDE ABDOMINAL. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALIMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS: 30X35CM, APROXIMADAMENTE.	UND	FD SERVICOS MEDICOS LTDA	APROVADO

29	GRAMPEADOR, PARA FIXAÇÃO DE TELAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONTENDO 15 GRAMPOS PERMANENTES COMPOSTOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABEÇA PROTETORA EM PEEK, PRÉ-CARREGADOS, COM SINALIZAÇÃO DE CONTAGEM DE GRAMPOS. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.	APROVADO
30	GRAMPEADOR, PARA FIXAÇÃO DE TELAS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONTENDO 30 GRAMPOS PERMANENTES COMPOSTOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABEÇA PROTETORA EM PEEK, PRÉ-CARREGADOS, COM SINALIZAÇÃO DE CONTAGEM DE GRAMPOS. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE DE PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.	APROVADO
31	HEMOSTÁTICO EM PÓ ABSORVÍVEL A BASE DE VEGETAL SEM COMPONENTES DE ORIGEM ANIMAL, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO. COM PARTÍCULAS MICROPOROSAS DE TAMANHO CONTROLADO PARA GARANTIR UMA HEMOSTASIA HOMOGÊNEA. DESEJÁVEL ABSORÇÃO COMPLETA ENTRE 24 E 48 HORAS PARA REDUZIR A REAÇÃO DE CORPO ESTRANHO. NÃO REQUER REFRIGERAÇÃO. ARMAZENAGEM EM TEMPERATURA AMBIENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL E MATERIAL QUE PERMITA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. TAMANHO: 3G	UND	ALPHAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	APROVADO
32	CONECTOR T (22M/15F x 22M/15F x 22M/15F) AUT 121° (ANVISA: 80677040003) *MEDIDAS EM MILÍMETROS 1 EXTREMIDADE 22 EXTERNO E 15 INTERNO; 2 EXTREMIDADE 22 EXTERNO E 15 INTERNO; DERIVAÇÃO CENTRAL 22 EXTERNO E 15 INTERNO.	UND	MAXLAB PRODUTORA PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISA LTDA.	APROVADO

Atenciosamente,

Dalva Maria da Silva Araújo

Chefe do Almoxarifado

Portaria nº57/2024



Documento assinado eletronicamente por **DALVA MARIA DA SILVA ARAUJO, Chefe de Setor**, em 05/11/2024, às 11:46, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0013014990** e o código CRC **22D7D0A4**.

Referência: Processo nº 0039.007053.00133/2024-49

SEI nº 0013014990