



Secretaria de Estado de Administração - SEAD
Secretaria Adjunta de Licitações – SELIC
Divisão de Pregão – DIPREG

5ª RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 202/2022 – SESACRE

OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades da FUNDHACRE, no âmbito do Estado do Acre, contemplados com as Portarias Nº 2535/2014, 2954/2016, 966/2016, 1.165/2014, 1.799/2015, 1.047/2018, 3.226/2019, 2.990/2018 e 975/2014.

A PREGOEIRA DA DIVISÃO DE PREGÃO - DIPREG, **comunica** aos interessados que o Pregão acima mencionado, **Aviso de Licitação** publicado no Diário Oficial do Estado Nº 13.287, de 18/05/2022, Diário Oficial da União – Seção 3 – Nº 93 e ainda no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e www.ac.gov.br da **RETIFICAÇÃO** nos termos **abaixo:**

1) PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS/IMPUGNACAO/RESPOSTA DO ÓRGÃO:

Questionamento 01: Requer alteração quanto a descrição do item 05 (APARELHO DE RAIOS X) nos seguintes tópicos: adoção de especificações técnicas que não compatíveis com as normas de certificações o que em tese , torna ilegal a contratação (modelo coluna).

Resposta do Órgão: Com base nas informações expedida e assinado pelo Parecerista de Equipamentos e Material Permanente/FUNDHACRE ([10151944](#)), esclarecemos que não concordamos com tal apontamento. Desta forma, informamos que o descritivo permanece inalterada, pois a dimensão se faz necessário, pois traz ao equipamento maior mobilidade na realização do exame em leitos das Enfermarias e UTI.

Questionamento 02: Requer alteração no descritivo do Item 34 - DESFIBRILADOR, tendo em vista que o descritivo conforme elaborado afeta a competitividade no certame

Resposta do Órgão: Esclarecemos que concordamos com tal apontamento. Sendo assim, solicitamos proceder com retificação no item 34 do Subitem 6.2 (ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS) do Termo de Referência - Anexo I do Edital, conforme segue:



Secretaria de Estado de Administração - SEAD
Secretaria Adjunta de Licitações – SELIC
Divisão de Pregão – DIPREG

6.2 ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES
34	DEFIBRILADOR - EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL DE ONDA BIFÁSICA, COM COMANDO DE VOZ EM PORTUGUÊS. DEVE ORIENTAR O USUÁRIO QUANTO A RCP, POR VOZ E POR INDICADORES LUMINOSOS. JOULES ATÉ 200 J, CARGA ADULTO: 1º CHOQUE 150 J, CHOQUES SEGUINTE 200 J – INFANTIL: 50 J. TELA DE LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DAS ETAPAS DO PROCEDIMENTO DE DEFIBRILAÇÃO. BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO DE 10 HORAS EM MODO TREINAMENTO, NO MÍNIMO 04 HORAS EM MODO DE OPERAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO RITMO CARDÍACO OU NO MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RITMO ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA < 20 SEGUNDOS. ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 90 EVENTOS OU 02 HORAS DE GRAVAÇÃO. CARREGADOR PARA BATERIA INTERNA, REDE ELÉTRICA 127/220 V/50-60 HZ. 02 PARES DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS AUTO ADESIVAS ADULTO, CABO COM MÍNIMO DE 150 CM. 01 PAR DE ELETRODO DESCARTÁVEL AUTO ADESIVA INFANTIL, CABO COM MÍNIMO DE 150 CM. 01 BOLSA PARA TRANSPORTE. 01 MANUAL TÉCNICO E OPERACIONAL EM PORTUGUÊS.

2. DATA DE ABERTURA – Passará a conter a seguinte redação:

Data e horário da abertura da sessão: **11/04/2024 às 09h15min (Horário de Brasília)**

Período de Retirada do Edital: **01/04/2024 à 10/04//2024.**

As demais informações contidas no Edital continuam inalteradas.

Rio Branco - AC, 25 de março de 2024.

Janaina Vasconcelos Cunha

Pregoeira