



ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE
 BR 364, KM 02, - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, Rio Branco/AC, CEP 69914-220
 - <http://fundhacre.acre.gov.br/>

PARECER Nº 1/2024/FUNDHACRE - CENTCIR/FUNDHACRE - DIVIENF/FUNDHACRE - APTEC/FUNDHACRE - DIRASS
PROCESSO Nº 0039.007391.00235/2023-98
INTERESSADO: DIVISÃO DE PREGÃO
ASSUNTO: PARECER TÉCNICO DAS PROPOSTAS DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 530/2023 - FUNDHACRE

OBJETO: contratação de empresa especializada para locação de equipamentos cirúrgicos novos de primeiro uso para o centro cirúrgico de alta complexidade e sala de pequenos procedimentos da FUNDHACRE, atendendo diversas especialidades. Compreendendo programa agregado de educação continuada, manutenção preventiva, corretiva, calibrações, certificados e suporte logístico com fornecimento de peças e acessórios necessários para a realização da manutenção, garantindo a disponibilidade de 8 salas cirúrgicas, sendo 3 de grande porte e 5 de médio porte; além de 1 sala de recuperação anestésica com 8 leitos.

Analisando os manuais dos produtos constantes na ANVISA e/ou folhetos/catálogos na web ou fornecidos pelos licitante, segue análise técnica das propostas das empresa primeiras classificadas conforme especificações do edital:

ITEM	PRODUTO	RIO MEDI			UNNO FARMACÊUTICA			BIOLAR		
		MARCA	MODELO	√ATENDE/ X N ATENDE	MARCA	MODELO	√ATENDE/ X N ATENDE	MARCA	MODELO	√ATENDE/ X N ATENDE
1	APARELHO DE ANESTESIA	MINDRAY	A8	X BATERIA ÁCIDO CHUMBO (TR SOLICITA BATERIA DE LÍTIO) - X MEMÓRIA DE TENDÊNCIAS DE 48H (TR SOLICITA 30 DIAS)	AEONMED	8300A	√ SUPERIOR	AEONMED	8300A	√ SUPERIOR
2	BISTURI ELÉTRICO	DELTRONIX	PRECISION TC4	√	WEM	SS501SX	√	WEM	SS501SX	√
3	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA	MINDRAY	eVP	√ SUPERIOR	FRESENIUS KABI	AGILIA VP MC	√ SUPERIOR	FRESENIUS KABI	AGILIA VP MC	√ SUPERIOR
4	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	MINDRAY	eSP	X 5 HORAS DE BATERIA (TR SOLICITA MÍNIMO DE 10H)	FRESENIUS KABI	AGILIA SP MC	√ SUPERIOR	FRESENIUS KABI	AGILIA SP MC	√ SUPERIOR
5	BOMBA DE SERINGA TCI	MINDRAY	eSP TCI	X MODELO DE ALFENTANIL MAITRE (TR SOLICITA MODELO SCOTT) X DETECÇÃO DE OCLUSÃO DE 150MMHG (TR SOLICITA MÍNIMO DE 50MMHG)	FRESENIUS KABI	AGILIA SP TIVA	√ SUPERIOR	FRESENIUS KABI	AGILIA SP TIVA	√ SUPERIOR
6	FOCO CIRÚRGICO	MINDRAY	HyLED X9	X CARGA DE ENERGIA POR CÚPULA DE 250W (TR SOLICITA ENTRE 70 E 140W)	HEYER MEDICAL	PURELIT OL9500	√ SUPERIOR	HEYER MEDICAL	PURELIT OL9500	√ SUPERIOR
7	MESA CIRÚRGICA	MINDRAY	Hybase 6100 PLUS	√ SUPERIOR	BARRFAB	BF683	√ SUPERIOR	BARRFAB	BF683	√ SUPERIOR
8	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	MINDRAY	ePM 12M	√ SUPERIOR	LIFEMED	M12	√ SUPERIOR	LIFEMED	M12	√ SUPERIOR
9	MONITOR DE PROFUNDIDADE ANESTÉSICA	FRESENIUS KABI	CONOX	√	FRESENIUS KABI	CONOX	√	FRESENIUS KABI	CONOX	√
10	ASPIRADOR CIRÚRGICO	FANEM	DIAPUMP COLIBRI	√	FANEM	DIAPUMP COLIBRI	√	FANEM	DIAPUMP COLIBRI	√
11	SISTEMA DE VÍDEO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR	MINDRAY	HD3	X SOMENTE LICITOU E APRESENTOU NO. DE	SCHOLLY / WOM /	SCHOLLY 95-3970/95-3906,SCHOLLY 05-0760LED,	√ SUPERIOR	SCHOLLY / WOM /	SCHOLLY 95-3970/95-3906,SCHOLLY 05-0760LED,	√ SUPERIOR

				REGISTRO PARA A CÂMERA ENDOSCÓPICA. FALTARAM OS RESTANTES 6 ITENS DO SISTEMA DE VÍDEO	FORSEESON / CARDINAL	SCHOLLY 11.0043A, WOM FM134, FORESEESON FS-L2702D, SCHOLLY 05.0090L, CARDINAL VLFA-65		FORSEESON / CARDINAL	SCHOLLY 11.0043A, WOM FM134, FORESEESON FS-L2702D, SCHOLLY 05.0090L, CARDINAL VLFA-65	
12	CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR	MINDRAY	uMED20	X 100 JOULES EM MODO PEDIÁTRICO (TR SOLICITA ATÉ 50J)	LIFEMED	LIFESHOCK PRO	√ SUPERIOR	LIFEMED	LIFESHOCK PRO	√ SUPERIOR
13	CENTRAL DE MONITORAMENTO	MINDRAY	BENEVISION CS SOFTWARE	X TELA DE 19" (TR SOLICITA 26")	LIFEMED	LIFEVIEW	√	LIFEMED	LIFEVIEW	√
14	VIDEOLARINGOSCÓPIO	INSIGHTERS		X OFERTADOS MODELOS iS3R e iS3C, FALTANDO A INCLUSÃO DO MODELO RÍGIDO E SEU REGISTRO iS3L	INSIGHTERS	iWORKSTATION, iS3I, iS3R, iS3C/F	√	INSIGHTERS	iWORKSTATION, iS3I, iS3R, iS3C/F	√
15	VIDEOPNEUMOSCÓPIO	INSIGHTERS		X OFERTADOS MODELOS iS3R e iS3C, FALTANDO A INCLUSÃO DO MODELO FLEXÍVEL, SEM CANAL DE TRABALHO iS3F	INSIGHTERS	iWORKSTATION, iS3C, iS3R, iS3F	√	INSIGHTERS	iWORKSTATION, iS3C, iS3R, iS3F	√
16	APARELHO ULTRASSONOGRÁFIA	MINDRAY	M6	√ SUPERIOR	ALFAMED	INVICTUS C7 PLUS	√ SUPERIOR	ALFAMED	INVICTUS C7 PLUS	√ SUPERIOR

Valmor Zirmermann

Departamento de Manutenção, Equipamento Médico Hospitalar
Revisado

Marcio Sabino da Costa

Supervisor do Centro Cirúrgico e CME

Francisco Warcron Oliveira das Neves

Chefe do Centro Cirúrgico da FUNDHACRE

Jhon Miller P. F.

Chefe do setor de Licitações, Compras e Contratos da Fundhacre
Portaria nº 279/2023vv



Documento assinado eletronicamente por **VALMOR ZIRMERMANN FILHO, Chefe de Departamento**, em 25/03/2024, às 09:57, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO WARCRON OLIVEIRA DAS NEVES, Chefe de Setor**, em 25/03/2024, às 10:00, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIO SABINO DA COSTA, Cargo Comissionado**, em 25/03/2024, às 10:02, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **JHON MILLER PENA FEBRE, Chefe de Setor**, em 25/03/2024, às 10:18, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0010341774** e o código CRC **25726A51**.