ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Rua Benjamin Constant, 830, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-064
- http://saude.ac.gov.br

PARECER Nº	**24/2024/SESACRE-NUCAE/SESACRE-DIVAIN/SESACRE-DEPIS/SESACRE-DEPEP/SESACRE-DIGSUS**
PROCESSO Nº	0019.014994.00028/2023-01
INTERESSADO:	SESACRE-DIVCLIC
ASSUNTO:	Digite aqui o texto do assunto... .... .

Pregão Eletrônico Nº 345/2023.

Processo Administrativo: 0019.014994.00028/2023-01

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar as Unidades de Saúde **(HOSPITAL DR ARY RODRIGUES, HOSPITAL DE CLINICAS RAIMUNDO CHAAR, HOSPITA EPAMINONDAS JACOME,HOSPITAL JOÃO CÂNCIO FERNANDES E HOSPITAL DR MANOEL MARI MONTE),** contemplados com Portarias/Emendas Parlamentares, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.

Data da análise: 09 de janeiro de 2024

Parecerista: Greicywanny Lourenço Maia

Considerando as atribuições e responsabilidades estabelecidas pela Portaria Nº 332, de 18 de julho de 2023, no Diário Oficial Nº 13.577 de 20/07/2023- Caderno Único, no qual institui a Comissão de Pareceristas Técnicos e define a Área Técnica de Equipamentos Médicos e Hospitalares no Inciso I do Artigo 2°.E mediante o exposto no processo virtual e documentos digitalizados, disponível no sistema ***Comprasnet***, endereço eletrônico ***www.comprasnet.gov.br***, atalho CONSULTAS / PREGÕES / EM ANDAMENTO, dados do formulário Situação: TODAS, **Pregão Eletrônico Nº 345/2023**, direcionado a JULGAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES TÉCNICAS E PROPOSTAS, informa-se quanto às propostas apresentadas: Conforme solicitado pelo setor de Licitações, segue Parecer Técnico referente às propostas apresentadas no Pregão Eletrônico 345/2023, que seguem levantadas com respectivo ateste nos itens:

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **4** – **JPL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA** . – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* APARELHO DE ANESTESIA da marca **KTK**, modelo/versão **SAT-700**. **Produto com CERTIFICAÇÃO ANVISA**. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feita análise através do site da marca do produto: https://www.ktk.ind.br/produtos/produtos/aparelhos-de-anestesia/.Acesso: 09/01/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está em desacordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência,** ***BATERIA COM AUTONOMIA DE 120 MIN.; NÃO POSSUE INDICADOR DIGITAL DE FLUXO EM DISPLAY DE NO MINÍMO 12";*** **NÃO POSSUI CONEXÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS.** Diferente do Termo Editalicio, que solicita **EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO COM VENTILADOR CONTROLADO ELETRONICAMENTE; SOFTWARE COM INTERFACE DO USUÁRIO NO IDIOMA EM PORTUGUÊS; SISTEMA DE ALARME DE BATERIA COM CARGA BAIXA** ; **BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE TECNOLOGIA SEM EFEITO DE MEMÓRIA, CARREGAMENTO ACOPLADA AO EQUIPAMENTO E AUTOMÁTICA AO RESTABELECER A CONEXÃO À REDE ELÉTRICA.**

Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item **4 – CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA** – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema Comprasnet. APARELHO DE ANESTESIA da marca COMEN/AX 400, Modelo/Versão COMEN/AX 400. Produto com **CERTIFICAÇÃO ANVISA**. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise em cima do manual no site da ANVISA: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351200717202052/?numeroRegistro=80047300757. Acesso: 09/01/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está em desacordo com as especificações primordiais e solicitadas no Termo de Referência. **AS MÁQUINAS DE ANESTESIA AX-400 SÃO APLICÁVEIS A ANESTESIA RESPIRATÓRIA E GESTÃO RESPIRATÓRIA EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS DURANTE CIRURGIA E COMBINAM MONITORIZAÇÃO RESPIRATÓRIA, DE CO2, BIS E AG.** Diferente do Editalicio que solicita: **EQUIPAMENTOS MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICO, ADULTOS E *OBESOS MÓRBIDOS.*** Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item **4** – **RIO MEDI COMERCIO ASSISTÊNCIA E REPRESENTAÇÃO HOSPITALAR EXP. & IMP.LTDA** - conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* APARELHO DE ANESTESIA da marca MINDRAY **,** modelo/versão WATO EX-65 PRO. **Produto com CERTIFICAÇÃO ANVISA**. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise em cima do manual no site da ANVISA: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351347445200984/?numeroRegistro=80102510773. Acesso: 12/01/2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência. Logo, fica sugerida a classificação.

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **5** – **JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA** – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR da marca KTK/PROLIFE, modelo/versão SAT-500 PLUS C/120. **Produto com CERTIFICAÇÃO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa não evidencia: **EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS; SISTEMA DE AUTO TESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS; FALHAS DE FUNCIONAMENTO.** Dado o exposto, informamos que a licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item **5 – RIO MEDI COMERCIO ASSITENCIA E REPRESENTAÇÃO HOSPITALAR EXP. & IMP. LTDA** – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR da marca MINDRAY, modelo/versão WATO EX-30 + EPM 10M. **Produto com REGISTRO ANVISA 80102510773.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise em cima do manual no site da ANVISA: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351347445200984/?numeroRegistro=80102510773. Acesso: 22.01.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está de acordo com as especificações técnicas solicitadas no Termo de Referência, entretanto, **deverá entregar com acessórios solicitados no Termo Editalicio.** Logo, fica sugerida a classificação.

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **14 – SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA –** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* BANHO MARIA da marca LAB, modelo/versão BANHO MARIA. **Registro ANVISA 82095020001.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise em cima do folheto no site da

empresa: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351963964202144/?numeroRegistro=82095020001. Acesso: 30.01.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deve entregar conforme especificações editalicias e acompanhar com os acessórios. Logo, fica sugerida a classificação.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **18 – COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA –** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* BERÇO AQUECIDO da marca GIGANTE, modelo/versão: BERÇO AQUECIDO. A douta empresa não apresentou **REGISTRO ANVISA**. Feito análise do folheto no site da empresa: https://www.gigante.com.br/index.php/produtos/linha-neonatal/product/2-berco-aquecido-grn%E2%93%87-neosolution. Acesso: 30.01.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo não está de acordo com as especificações do Termo de Referência. **Catálogo - PAINEL: FRONTAL COM ACABAMENTO LISO COM TECLAS DE SIMPLES TOQUE, TRÊS MOSTRADORES VISUAIS INDEPENDENTES QUE MANTÉM A VISUALIZAÇÃO CONSTANTE DAS TEMPERATURAS PROGRAMADAS E REAIS. DISPLAY DIGITAL DO NÍVEL DE POTÊNCIA SELECIONADO PELO USUÁRIO, DISPLAY DIGITAL DA TEMPERATURA DA PELE DO PACIENTE, DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO (LCD) PARA AJUSTE DA TEMPERATURA DE PELE DESEJADA E INFORMAÇÕES ALFA NUMÉRICAS DAS CONDIÇÕES DE ALARMES, O ELEMENTO AQUECEDOR DEVE CONTER PROTEÇÃO PARA IMPEDIR A QUEDA DE FRAGMENTOS EM CASO DE ACIDENTE.** Diferente do Termo Editalicio, que solicita **DEVE POSSUIR BALANÇA INTEGRADA AO LEITO, PERMITINDO A PESAGEM SEM A NECESSIDADE DE MANIPULAÇÃO DO PACIENTE.** Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item **18 – OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA –** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* BERÇO AQUECIDO da marca OLIDEF, modelo/versão: OLIDEF CZ. **Produto com REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise em cima do folheto e manual apresentado pela empresa e site da ANVISA. https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351348623201513/?numeroRegistro=10227180037. Acesso: 30.01.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo não está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência. **SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE: CONSTRUÍDO EM UM CHASSIS COM ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO-CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI, REVESTIDO DE MATERIAL PLÁSTICO, POSSUI UM SENSOR DE POSIÇÃO COM A FUNÇÃO DE ALERTAR EM CASO DE FALHA NO POSICIONAMENTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO**. Diferente do Termo Editalicio, que solicita: **O ELEMENTO AQUECEDOR DEVE CONTER PROTEÇÃO PARA IMPEDIR A QUEDA DE FRAGMENTOS EM CASO DE ACIDENTE.** Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item **18 – GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA –** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* BERÇO AQUECIDO da marca PROPRIA, modelo/versão: PROPRIO. **Produto com REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise em cima do folheto e manual apresentado pela empresa e site da ANVISA. https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351419915201587/?numeroRegistro=10228740032. Acesso: 30.01.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo **está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência, entretanto, deve entregar conforme especificações editalicias. Logo, fica sugerida a classificação.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **19 –SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA –** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* BERÇO PEDIÁTRICO HOSPITALAR COM GRADES da marca SALUTEM, modelo/versão: SALUTEM.

Produto com REGISTRO ANVISA 81871110001. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise do folheto no site da empresa: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351603102201941/?numeroRegistro=81871110001. Acesso: 01.02.2024

Dado o exposto, informamos que o mesmo não está de acordo com determinação especifica descrita no Termo de Referência. **CUNA ACRÍLICA TRANSPARENTE 2 BASE 3 ESTRUTURA DO LEITO COM PARA-CHOQUE FRONTAL E TRASEIRO 4 RODÍZIOS 2" COM TRAVAS (4X) 5 COLUNA DE SUSTENTAÇÃO DO LEITO 6 TRAVA DE INCLINAÇÃO DO LEITO.** Diferente do Termo Editalicio que solicita **CABECEIRA E REMOVÍVEIS EM POLIURETANO INJETADO; ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO; GRADES LATERAIS DE BAIXAR; MOVIMENTO POR MANIVELA ESCAMOTIÁVEIS; PERMITIR NO MINÍMO OS MOVIMENTOS FAWLER E TRENDELEMBURG.** Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item **19 –ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA –** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. BERÇO PEDIÁTRICO HOSPITALAR COM GRADES da marca ALFRS, modelo/versão: ALFRS. **Produto com REGISTRO ANVISA 81513180002.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. A Douta empresa não apresentou o catálogo e/ou manual do usuário para a devida avaliação do equipamento. Portanto sugerimos sua desclassificação.

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item **19 –LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA –** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. BERÇO PEDIÁTRICO HOSPITALAR COM GRADES da marca MEDSAUDE, modelo/versão: MS10.118. **Produto com REGISTRO ANVISA 80881050001.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise do folheto no site da empresa: https://www.medisaude.ind.br/produtos/cama-fowler-mecanica-infantil-1. Acesso: 01.02.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência. Logo, fica sugerida a classificação.

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **20 –CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA –** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. BIOMBO TRIPLO da marca LEVITA / LV 59, modelo/versão: LEVITA / LV 59. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise do folheto no site da empresa: https://www.levitamoveis.com.br/catalogo.pdf. Acesso: 02.02.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo não está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência. **PÉS COM PONTEIRAS DE PVC ANTIDERRAPANTE, ACOMPANHA RODÍZIOS GIRATÓRIOS TIPO BOLA DE 2". (DUPLO: RODÍZIO EM UMA LATERAL. TRIPLO: RODÍZIOS NAS LATERAIS).** Diferente do Termo Editalicio que solicita **PÉS PROVIDOS DE SEIS RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE, NO MÍNIMO, 02 POLEGADAS.** Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item **20 – SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA –** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. BIOMBO TRIPLO da marca SALUTEM, modelo/versão: HOSPITALAR. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise do folheto no site da empresa: https://loja.salutemhospitalares.com.br/biombo-triplo-inox-faces-em-plastico-s-0100-p-salutem-moveis-hospitalares. Acesso: 02.02.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo não está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência. **Construído com tubos de aço 3/4" em Aço Inox, faces em Plástico, amarrado com cordões na estrutura e pés com rodízios de 2".** Diferente do Termo Editalicio que

solicita **PÉS PROVIDOS DE SEIS RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE, NO MÍNIMO, 02 POLEGADAS.** Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item **20 – LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA–** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* BIOMBO TRIPLO da marca Medsaude, modelo/versão: MS 06.002-C. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise do catálogo e/ou folheto no site da empresa: https://www.medisaude.ind.br/produtos/biombo-3-faces. Acesso: 02.02.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está apto a concorrer ao certame, entretanto, **deve seguir as especificações editalicias: BIOMBO TRIPLO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CONSTRÚIDO EM TUBOS REDONDOS DE 22 X 1,20MM, EM AÇO INOX, FACES COM MOVIMENTO DE ATÉ 360 GRAUS POR MEIO DE ANÉIS GIRATÓRIOS. PÉS PROVIDOS DE SEIS RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE, NO MÍNIMO, 02 POLEGADAS. Logo, fica sugerida a classificação.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **21 – LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA** – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* BRAÇADEIRA HOSPITALAR PARA INJEÇÃO da marca MEDSAUDE, modelo/versão: MS.09.002. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise em cima do catálogo no site da empresa: https://www.medisaude.ind.br/produtos. Acesso: 02.02.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência. Logo, fica sugerida a classificação.

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **22 – CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA** – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE da marca LEVITA /LV 50, modelo/versão: LEVITA /LV 50. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. **Produto com REGISTRO ANVISA.** Feito análise em cima do manual no site da ANVISA: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351656266201405/?numeroRegistro=80970290002. Acesso: 02.02.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo não está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência. **ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS QUADRADOS**, **BRAÇO COM ALTURA REGULÁVEL** E **SUPORTE PARA BRAÇO ESTOFADO EM ESPUMA D-26 REVESTIDO EM COURVIN E BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC FLEXÍVEL**. Diferente do Termo Editalicio que solicita **CADEIRA INDIVIDUAL FIXA COM ENCOSTO EM ESPALDAR BAIXO, ASSENTO EM FORMATO ANATÔMICO, ERGONÔMICO E BRAÇADEIRAS TIPO CONCHA, TOTALMENTE FABRICADOS EM POLIPROPILENO (PP).** Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item **22 – J.V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.** – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE da marca SALUTEM – S8354-B, modelo/versão: SALUTEM – S8354-B. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise do catalogo e/ou folheto no site da empresa: https://loja.salutemhospitalares.com.br/buscar?q=CADEIRA+PARA+COLETA+DE+SANGUE. Acesso 02.02.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência. Logo, fica sugerida a classificação.

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **25 – CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA** – conforme mapa comparativo com os melhores lances,

disponível no sistema *Comprasnet.* CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER da marca LEVITA / LV 100 PP, modelo/versão: LEVITA / LV 100 PP. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no folheto no site da empresa: https://www.levitamoveis.com.br/catalogo.pdf. Acesso: 06.02.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo não está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência**. CAPACIDADE DE PESO PADRÃO: ATÉ 130KG** . Diferente do Termo Editalicio que **CAPACIDADE DE USO (MAIOR OU IGUAL) A 150 KG.** Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **25 – MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA–** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER da marca PROPRIA, modelo/versão: PRÓPRIO. **Registro ANVISA 80881050014.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no folheto no site da empresa: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351448852202087/?numeroRegistro=80881050014. Acesso: 06.02.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência, **entretanto, deve entregar conforme especificações editalicias e acompanhar com os acessórios. Logo, fica sugerida a classificação.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **27 – R.C - MOVEIS LTDA –** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* CAMA PPP - PRÉ-PARTO / PARTO / PÓS PARTO da marca RC MÓVEIS, modelo/versão: RC 208-E. No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no folheto no site da empresa: https://www.levitamoveis.com.br/catalogo.pdf. Acesso: 06.02.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência, **entretanto, deve entregar conforme especificações editalicias e acompanhar com os acessórios. Logo, fica sugerida a classificação.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **29 – ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA –** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* CAPELA DE FLUXO LAMINAR da marca ABS FILTEX, modelo/versão: COMPACT FLOW H 80. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no folheto no site da empresa: https://filterflux.com.br/equipamentos/pcr-fluxo-laminar-vertical/.Acesso: 06.02.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo não está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência**. MESA DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304 E LATERAIS EM VIDRO TEMPERADO (6 MM) TIPO BLINDEX COM ALTA VISIBILIDADE**. Diferente do Termo Editalicio **BASE DESMONTÁVEL EM AÇO CARBONO COM PINTURA ANTICORROSIVA BRANCA E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVAS.** Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item **29 – LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA –** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* CAPELA DE FLUXO LAMINAR da marca LUTECH, modelo/versão LFV.S-10. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no folheto no site da empresa: https://lutech.com.br/produto/cabine-de-fluxo-laminar-vertical-slim/. Acesso: 06.02.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo não está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência**. MESA DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304, REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO** . Diferente do Termo Editalicio. **BASE DESMONTÁVEL EM AÇO CARBONO COM PINTURA ANTICORROSIVA BRANCA**

E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVAS. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item **29 – FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA–** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* CAPELA DE FLUXO LAMINAR da marca FILTERFLUX, modelo/versão FLV-656/3. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise no folheto no site da empresa: https://filterflux.com.br/equipamentos/pcr-fluxo-laminar-vertical/. Acesso: 07.02.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência, **entretanto, deve entregar conforme especificações editalicias. Logo, fica sugerida a classificação.**

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **30 – J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA –** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* **CARRO DE CURATIVOS** da marca SALUTEM - S-0280, modelo/versão SALUTEM - S-0280. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise no folheto e/ou catalogo no site da empresa: https://loja.salutemhospitalares.com.br/carro-para-curativo-inox-com-balde-e-bacia-salutem-hospitalares. Acesso: 07.02.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo não está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência**. BALDE DE 5 LITROS EM ALUMÍNIO; BACIA DE 3 LITROS EM ALUMÍNIO.** Diferente do Termo Editalicio. **ACOMPANHA: 1 (UMA) BACIA PARA USO HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL**. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item **30 – BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA –** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* **CARRO DE CURATIVOS** da marca RUBMED, modelo/versão B2014-I. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Não foi feito análise, pois não apresentou anexo a proposta do licitante o Catálogo e/ou manual do usuário. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item **30 – ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA –** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* **CARRO DE CURATIVOS** da marca ALFRS, modelo/versão ALF CC I. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Não realizado a análise, pois não apresentou anexo a proposta do licitante o Catálogo e/ou manual do usuário. Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da QUARTA CLASSIFICADA ao item **30 – COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA –** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* **CARRO DE CURATIVOS** da marca SANTA CLARA, modelo/versão SANTA CLARA. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise do folheto no site da empresa: http://www.santaclaramoveis.com.br/carro-curativo/. Acesso: 07.02.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência**,** entretanto, **devem acompanhar com os acessórios conforme especificações**

editalicias, pois no prospecto e/ou catalogo está como opcional: "TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, VARIAÇÃO NOS DIÂMETROS DOS RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUE DE BORRACHA". Logo, fica sugerida a classificação.

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item **33 – J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA–** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* CARRO TRANSPORTE da marca SALUTEM - S-8335, modelo/versão SALUTEM - S-8335. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise do folheto no site da empresa: https://loja.salutemhospitalares.com.br/carro-para-transporte-de-material-roupa-inox-fechado-salutem-hospitalares. ACESSO: 07.02.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo não está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência**. CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, OU, ROUPAS, FECHADO, COM 01 PRATELEIRA.** Diferente do Termo Editalicio. **FECHADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304 COM TRÊS PRATELEIRAS.** Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item **33 – CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA–** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* CARRO TRANSPORTE da marca GRUNOX, modelo/versão CTRLG-2P. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise do folheto no site da empresa: https://www.grunox.com.br/categorias/hospitalar/. ACESSO: 07.02.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo não está de acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência. **CARRO DE TRANSPORTE AUXILIAR ABERTO.** Diferente do Termo Editalicio. **FECHADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304 COM TRÊS PRATELEIRAS.** Logo, sugerimos que o referido licitante não encontra-se apto a concorrer ao certame.

Após análise da proposta da TERCEIRA CLASSIFICADA ao item **33 – LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA –** conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet.* CARRO TRANSPORTE da marca MEDI-SAÚDE, modelo/versão MS-03.504. **Produto não regulado pela GGTPS, ou seja, isento de REGISTRO ANVISA.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Feito análise do folheto no site da empresa: https://www.medisaude.ind.br/produtos/carro-para-transporte-de-roupa-limpa. ACESSO: 07.02.2024.

Dado o exposto, informamos que o mesmo está em acordo com as especificações técnicas, solicitadas no Termo de Referência**.** Logo, fica sugerida a classificação.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **GREICYWANNY LOURENÇO MAIA**, **Enfermeiro Parecerista**, em 09/02/2024, às 11:38, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **9893403** e o código CRC **ACAEDEB1**.