



ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE

BR 364, KM 02, - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, Rio Branco/AC, CEP 69914-220
- <http://fundhacre.acre.gov.br/>

PARECER Nº 25/2025/FUNDHACRE - ALMX/FUNDHACRE - DEPOL/FUNDHACRE - DIREXEC
PROCESSO Nº 0039.007391.00137/2024-31
INTERESSADO: DIRETORIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, ALMOXARIFADO
ASSUNTO: PARECER TÉCNICO E EXEQUIBILIDADE

LICITAÇÃO. PREGAÇÃO ELETRÔNICO SRP Nº039/2025.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM
EXEQUIBILIDADE. APRECIÇÃO DE PROPOSTAS E AMOSTRAS.
CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS.

Ao Sr. **Guilherme Miguel Teixeira.**

Diretor Executivo, Administrativo e Financeiro da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo.

Considerações Técnicas sobre a Proposta no Pregão Eletrônico SRP Nº 039/2025, Processo Administrativo: 0039.007391.00137/2024-31

I. RELATÓRIO

Trata-se de análise das propostas referentes ao **Pregão Eletrônico SRP Nº 039/2025** - comprasgov nº **90039/2025**, cujo objeto é aquisição de Material Medico Hospitalar (*Curativos especiais e adjuvantes*), para atender as necessidades da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo - FUNDHACRE.

Em atendimento às atribuições e responsabilidades estabelecidas pela **Portaria Nº 23, de 03 de fevereiro de 2025**, publicada no **Diário Oficial Nº 13.964 de 14/02/2023**, que institui a **Comissão de Pareceristas Técnicos** e define a **Área Técnica de Equipamentos Médicos e Hospitalares** no inciso I do Art. 2º, e conforme os documentos digitais disponíveis no sistema SEI (<https://app.sei.ac.gov.br/sei/>), apresentamos, a seguir, as considerações referentes às propostas submetidas no **Pregão Eletrônico SRP Nº 025/2025**.

Segue parecer sem efeito vinculante, mas com estrita considerações referente às amostras e propostas apresentadas no Pregão Eletrônico com SRP Nº 039/2025 tendo como parâmetros o Mapa de Preço, Termo de Referência e documentação apresentada pelos licitantes no que se refere aos descrições dos insumos, das amostras e ao registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

II. ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Para o Item 04: A licitante **MEDPLUS COM. E REPRES. LTDA** (SEI Nº0016194099) apresentou o item COBERTURA PARA FERIDAS; DE ESPUMA DE POLIURETANO; ANTIBACTERIANO; ADESIVO; CONTENDO PRATA COMO COMPONENTE ATIVO; COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORCAO E RETENCAO. TAMANHO: 20X20CM APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referência, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 10430310147.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 10: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI Nº0014789398) apresentou o item CURATIVO; ESPUMA COM IBUPROFENO; COMPOSTO POR ESPULMA DE POLIURETANO; IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO PARA O CONTROLE DA DOR; FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA COM CAPACIDADE DE ABSORCAO VERTICAL E RETENCAO. TAMANHO: 15X15 CM APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referência, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 8003400128.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 11: A licitante **MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.** (SEI Nº0016194099) apresentou o item CURATIVO DE ESPUMA ANTIBACTERIANO COM PRATA IÔNICA COMO COMPONENTE ATIVO, FACE SUPERIOR DE FIOME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VERTICAL E RETENÇÃO. TAMANHO: 10X10.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 10430310062.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 12: A licitante A licitante **MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.** (SEI N°0016194099) apresentou o item CURATIVO; DE ESPUMA DE POLIURETANO; ANTIBACTERIANO; PRATA IONICA COMO COMPONENTE ATIVO; FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA; COM CAPACIDADE DE ABSORCAO E RETENCAO DE EXSUDACAO. TAMANH0: 15X15CM APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 10430310062.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 13: A licitante **KORAL HOSPITALAR LTDA.** (SEI N°0016194202) apresentou o item ESPUMA AUTOADERENTE, EM SILICONE SUAVE, ATRAUMÁTICO, E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO . TAMANHO: 10X10 CM APROXIMADAMENTE (PODENDO VARIAR 03CM PARA + OU PARA -).

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA : 80327910013 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 14: A licitante **KORAL HOSPITALAR LTDA.** (SEI N°0016194202) apresentou o item ESPUMA AUTOADERENTE, EM SILICONE SUAVE, ATRAUMÁTICO, E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO . TAMANHO: 15X15 CM APROXIMADAMENTE (PODENDO VARIAR 03CM PARA + OU PARA -).

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA : 80327910013 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 15: A licitante **MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.** (SEI N°0016194099) apresentou o item ESPUMA AUTOADERENTE, EM SILICONE SUAVE, ATRAUMÁTICO, E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO . TAMANHO: 20X20 CM APROXIMADAMENTE (PODENDO VARIAR 03CM PARA + OU PARA -).

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 10430310110.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço, uma vez que a empresa apresentou documentação que comprova exequibilidade dentro da plataforma Comprasgov. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 16: A licitante **BIONUTRI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA** (SEI 0016194149) apresentou o item COBERTURA DE POLIMERO E ASSOCIAÇÕES DE ESPUMA DE POLIURETANO E SILICONE. PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS PARA REGIÃO SACRAL. TAMANHO: 23X23 CM APROXIMADAMENTE .

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80170310096.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 17: A licitante **BIONUTRI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA** (SEI 0016194149) apresentou o item CCOBERTURA DE POLIMERO E ASSOC IAÇÕES DE ESPUMA DE POLIURETANO E SILICONE. PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS PARA REGIÃO SACRAL. TAMANHO: 17X17 CM APROXIMADAMENTE .

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80170310096.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 18 : A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI N°0014789398) apresentou o item COBERTURA COMPOSTA DE: CAMADA AUTO-ADESIVA PERFURADA DE SILICONE;

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80691910038.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 19: A licitante **BIONUTRI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA** (SEI 0016194149) apresentou o item COBERTURA PARA FERIDAS; FENESTRADO DE ESPUMA DE HIDROPOLIMERO EM FORMATO ANATOMICO, PARA ALTA ABSOÇÃO VERTICAL DE SECREÇÃO LIQUIDA DE TRAQUEOSTOMIAS; E DRENOS, COM CONTROLE EFICAZ DE UMIDADE, COM PELICULA EXTERNA PERMEAVEL A VAPOR. TAMANHO: 8X8 CM APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80170310097.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 20: A licitante **BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO** (SEI N° 0016193904) apresentou o item CURATIVO INTELIGENTE COM EFEITO ANTIMICROBIANO

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80102511874.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 26: A licitante **BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** (SEI N° 0016194921) apresentou o item CURATIVO EM MULTICAMADAS, ABSORVENTE E NÃO ADERENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80102511882.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 27: A licitante **BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO** (SEI N°0016193904) apresentou o item CURATIVO DE AÇÃO ANTIMICROBIANA E HYDROBALANCE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80102511874.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 30: A licitante **BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO** (SEI N°0016193904) apresentou o item OBERTURA ALTAMENTE FLEXÍVEL E ABSORVENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80733280010.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 31: A licitante **KORAL HOSPITALAR LTDA.** (SEI N°0016194202) apresentou o item CURATIVO EM ALGINATO DE CALCIO NÃO ADERENTE, ANTIBACTERIANO, ESTERIL, PARA FERIDAS COM EXSUDATO. TAMANHO:10X10 CM APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA : 80327910013 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 36: A licitante **MEDPLUS COM. E REPRES. LTDA** (SEI N°0016194099) apresentou o item CURATIVO; DE ALGINATO DE CALCIO E CARBOXIMETICELULOSE; EM FITAS; NAO ADERENTE; ESTERIL PARA FERIDAS CAVITARIAS COM EXSUDATO. TAMANHO: 03X44 CM APROXIMADAMENTE (FITA).

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 10430310091 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 38: A licitante **BIONUTRI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA** (SEI 0016194149) apresentou o item CURATIVO; HIDROATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, REVESTIDO POR UMA MEMBRANA DE POLIPROPILENO, COMPOSTO POR POLIACRILATO SUPERABSORVENTE, INCORPORADO EM FIBRAS DE CELULOSE, BACTERIOSTÁTICO. TAMANHO: 10X10 CM APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80170310096.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 39: A licitante **BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO** (SEI Nº0016193904) apresentou o item COBERTURA PARA FERIDAS; COMPOSTA DE COLAGENO, CELULOSE OXIDADA REGENERADA E PRATA; SEM ADESIVO, HIPOALERGENICO; ATOXICO; ESTERIL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. TAMANHO: 120CM2 APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80804050022.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 40: A licitante **BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO** (SEI Nº0016193904) apresentou o item COBERTURA PARA FERIDAS; NÃO ADERENTE COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, ESTÉRIL, COMPOSTA POR FILAMENTOS DE POLIAMIDA EM FORMA DE MALHA HIDRÓFOPA, REVESTIDO COM LONA DE PRATA E IMPREGNADO POR POMADA HIDRÓFILA DE TRIGLICERIDEOS (ÁCIDOS GRAXOS). TAMANHO: 10X10CM APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80804050022.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 41: A licitante **BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO** (SEI Nº0016193904) apresentou o item COBERTURA PARA FERIDAS; NÃO ADERENTE COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, ESTÉRIL.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80804050022.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 44: A licitante **MEDPLUS COM. E REPRES. LTDA** (SEI Nº0016194099) apresentou o item CURATIVO HIDROCOLOIDE, FORMATO SACRAL OU TRIANGULAR.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 10430310141 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 48: A licitante **BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** (SEI Nº 0016194921) apresentou o item CREME; CAPAZ DE FORMAR U M FILME PROTETOR COM FUNÇÃO BARREIRA PARA PREVENÇÃO DE DERMATITES POR INCONTINÊNCIA E HIDRATAÇÃO DA PELE; PROPOCIONANDO; PROTEÇÃO MACIEZ E RESTAURANDO DO PH DA PELE. BISNAGA: 100G APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80225209005 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 49: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI Nº0016194014) apresentou o item BARREIRA PROTETORA DE PELE; EM SPRAY; COMPOSTA POR SILAXANOS E SILICA TRIMETILADA APRESENTANDO 100 % DE SILICONE; DE USO TOPICO; SEM RESIDUOS; SEM CORANTES; SEM FRAGRANCIA E SEM ALCOOL. FRASCO: 50 ML APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80003309008 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 52: A licitante **BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** (SEI Nº 0016194921) apresentou o item CURATIVO; A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, ASSOCIADO A ÓLEOS DE MELALEUCA E COPAIBA.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80102511882.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 56: A licitante **KORAL HOSPITALAR LTDA.** (SEI Nº0016194202)apresentou o item CURATIVO; FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTÉRIL; AUTO ADERENTE; SEMIPERMEAVEL; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. TAMANHO: 15X20 CM APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA : 80327910003 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 58: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI N°0016194014) apresentou o item BANDAGEM TUBULAR ELÁSTICA, COMPOSTO DE FIOS DE ALGODÃO E/OU POLIÉSTER OU POLIAMIDA E LÁTEX OU ELASTODIENO, TECIDOS DE FORMA CONTÍNUA, TIPO MALHA COM ENTRELAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DO FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, FORMATO TUBULAR. CALIBRE 02. TAMANHO: 7 METROS APROXIMADAMENTE (25 METROS ESTICADO).

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80778059006 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 59: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI N°0016194014) apresentou o item BANDAGEM TUBULAR ELÁSTICA, COMPOSTO DE FIOS DE ALGODÃO E/OU POLIÉSTER OU POLIAMIDA E LÁTEX OU ELASTODIENO, TECIDOS DE FORMA CONTÍNUA, TIPO MALHA COM ENTRELAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DO FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, FORMATO TUBULAR. CALIBRE 05. TAMANHO: 7 METROS APROXIMADAMENTE (25 METROS ESTICADO).

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80778059006 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 60: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI N°0016194014) apresentou o item BANDAGEM TUBULAR ELÁSTICA, COMPOSTO DE FIOS DE ALGODÃO E/OU POLIÉSTER OU POLIAMIDA E LÁTEX OU ELASTODIENO, TECIDOS DE FORMA CONTÍNUA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, FORMATO TUBULAR. CALIBRE 08. TAMANHO: 7 A 10 METROS EM REPOUSO..

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80778059006 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 61: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI N°0016194014) apresentou o item BANDAGEM TUBULAR ELÁSTICA, COMPOSTO DE FIOS DE ALGODÃO E/OU POLIÉSTER OU POLIAMIDA E LÁTEX OU ELASTODIENO, TECIDOS DE FORMA CONTÍNUA, TIPO MALHA COM ENTRELAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DO FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, FORMATO TUBULAR. CALIBRE 09. TAMANHO: 7 METROS APROXIMADAMENTE (25 METROS ESTICADO).

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80778059001 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 62: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI N°0016194014) apresentou o item BANDAGEM TUBULAR ELÁSTICA, COMPOSTO DE FIOS DE ALGODÃO E/OU POLIÉSTER OU POLIAMIDA E LÁTEX OU ELASTODIENO, TECIDOS DE FORMA CONTÍNUA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, FORMATO TUBULAR. CALIBRE 10. TAMANHO: 7 A 10 METROS EM REPOUSO.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80778059001.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 63: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI N°0016194014) apresentou o item FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGA DE PROTEÇÃO, MANGA INTEGRADA DE PROTEÇÃO DO TUBO PARA PREVENIR A OCLUSÃO, SIMPLIFICA CUIDADO NA HIGIENE ORAL, FIXA O TUBO ENDOTRAQUEAL (DE 5 A 10MM) COM BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA FLEXTEND ADERE AO ROSTO. A BRAÇADEIRA DO TUBO DE ENCAIXE PRENDE O TUBO FIRMEMENTE. A TIRA ACOLCHOADA DE PESCOÇO É AJUSTÁVEL. NÃO CONTÉM LÁTEX.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 8003400137.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 64: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI N°0016194014) apresentou o item FIXADOR DE TUBO DE ALIMENTAÇÃO, FIXA TUBOS NASOGÁSTRICOS E NASOENTERAIS (5 A 18 FR). A BARREIRA DE RESINA

SINTÉTICA FLEXWEAR, EM FORMATO BORBOLETA, ADAPTA-SE FACILMENTE AO FORMATO DO NARIZ DO PACIENTE, BRAÇADEIRA GIRATÓRIA ELIMINA A PRESSÃO NAS NARINAS DO PACIENTE. NÃO CONTÉM LÁTEX.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 8003400137 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 65: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI Nº0016194014) apresentou o item BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PROTETORA DE PELE PERIESTOMA EM PASTA, MALEÁVEL, PARA SELAR E NIVELAR AS IRREGULARIDADES DA PELE PERIESTOMA; COMPOSTA POR HIDROCOLÓIDES, ALCÓOLICA. BISNAGA: 60 GM APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80003300044 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 66: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI Nº0016194014) apresentou o item BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PROTETORA DE PELE PERIESTOMA EM PÓ MICROGRANULADO, COMPOSTA POR HIDROCOLÓIDES, QUE ABSORVE A UMIDADE DA PELE PERIESTOMAL. FRASCO: DE 28 GM APROXIMADAMENTE

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 1022320024 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 67: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI Nº0016194014) apresentou o item FIXADOR ESTÉRIL DE FILME TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETER CENTRAL.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80003300031 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 68: A licitante **KORAL HOSPITALAR LTDA.** (SEI Nº0016194202) apresentou o item FILME TRANSPARENTE ESTÉRIL, FORMADO DE UMA FINA PELÍCULA RECOBERTA POR UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX. RESPIRÁVEL.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA : 80327910003 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 69: A licitante **BIONUTRI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.** (SEI 0016194149) apresentou o item FIXADOR ESTÉRIL DE FILME TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES PERIFÉRICOS.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80170319008.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

II. ANÁLISE DE AMOSTRA

Para o item 15: A empresa **MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA** apresentou amostra referente ao item 15 ESPUMA AUTOADESIVA EM SILICONE SUAVE. Após a verificação das medições, do padrão de qualidade e da eficiência, constatou-se que pela amostra enviada, o insumo atende plenamente ao objetivo proposto, uma vez que cumpre todos os requisitos de vantajosidade.

III- CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que:

A) Classificadas as proposta para os itens: **04, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 48, 49, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 67, 68, 69.**

B) Amostra: **Aprovação da amostra referente ao item 15.**

Antonia Deisiane Rosas Dantas
Parecerista Técnica MMH - FUNDHACRE
Portaria 23/2025



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIA DEISIANE ROSAS DANTAS**, Cargo **Comissionado**, em 07/07/2025, às 09:59, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0016232617** e o código CRC **AB33CCBB**.



ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE

BR 364, KM 02, - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, Rio Branco/AC, CEP 69914-220
- <http://fundhacre.acre.gov.br/>

PARECER Nº 27/2025/FUNDHACRE - ALMX/FUNDHACRE - DEPOL/FUNDHACRE - DIREXEC
PROCESSO Nº 0039.007391.00137/2024-31
INTERESSADO: DIRETORIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, ALMOXARIFADO
ASSUNTO: PARECER TÉCNICO E EXEQUIBILIDADE

LICITAÇÃO. PREGAÇÃO ELETRÔNICO SRP Nº 039/2025.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM
EXEQUIBILIDADE. APRECIÇÃO DE PROPOSTAS E AMOSTRAS.
CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS.

Ao Sr. **Guilherme Miguel Teixeira.**

Diretor Executivo, Administrativo e Financeiro da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo.

Considerações Técnicas sobre a Proposta no Pregão Eletrônico SRP Nº 039/2025, Processo Administrativo: 0039.007391.00137/2024-31

I. RELATÓRIO

Trata-se de análise das propostas referentes ao **Pregão Eletrônico SRP Nº 039/2025** - comprasgov nº **90039/2025**, cujo objeto é aquisição de Material Medico Hospitalar (*Curativos especiais e adjuvantes*), para atender as necessidades da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo - FUNDHACRE.

Em atendimento às atribuições e responsabilidades estabelecidas pela **Portaria Nº 23, de 03 de fevereiro de 2025**, publicada no **Diário Oficial Nº 13.964 de 14/02/2023**, que institui a **Comissão de Pareceristas Técnicos** e define a **Área Técnica de Equipamentos Médicos e Hospitalares** no inciso I do Art. 2º, e conforme os documentos digitais disponíveis no sistema SEI (<https://app.sei.ac.gov.br/sei/>), apresentamos, a seguir, as considerações referentes às propostas submetidas no **Pregão Eletrônico SRP Nº 025/2025**.

Segue parecer sem efeito vinculante, mas com estrita considerações referente às amostras e propostas apresentadas no Pregão Eletrônico com SRP Nº 039/2025 tendo como parâmetros o Mapa de Preço, Termo de Referência e documentação apresentada pelos licitantes no que se refere aos descrições dos insumos, das amostras e ao registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

II. ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Para o Item 04: A licitante **MEDPLUS COM. E REPRES. LTDA** (SEI Nº0016194099) apresentou o item COBERTURA PARA FERIDAS; DE ESPUMA DE POLIURETANO; ANTIBACTERIANO; ADESIVO; CONTENDO PRATA COMO COMPONENTE ATIVO; COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORCAO E RETENCAO. TAMANHO: 20X20CM APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referência, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 10430310147.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 10: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI Nº0014789398) apresentou o item CURATIVO; ESPUMA COM IBUPROFENO; COMPOSTO POR ESPULMA DE POLIURETANO; IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO PARA O CONTROLE DA DOR; FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA COM CAPACIDADE DE ABSORCAO VERTICAL E RETENCAO. TAMANHO: 15X15 CM APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referência, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 8003400128.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 11: A licitante **MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.** (SEI Nº0016194099) apresentou o item CURATIVO DE ESPUMA ANTIBACTERIANO COM PRATA IÔNICA COMO COMPONENTE ATIVO, FACE SUPERIOR DE FIOME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VERTICAL E RETENÇÃO. TAMANHO: 10X10.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 10430310062.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 12: A licitante A licitante **MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.** (SEI N°0016194099) apresentou o item CURATIVO; DE ESPUMA DE POLIURETANO; ANTIBACTERIANO; PRATA IONICA COMO COMPONENTE ATIVO; FACE SUPERIOR DE FILME DE POLIURETANO PARA PERMEABILIDADE SELETIVA; COM CAPACIDADE DE ABSORCAO E RETENCAO DE EXSUDACAO. TAMANH0: 15X15CM APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 10430310062.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 13: A licitante **KORAL HOSPITALAR LTDA.** (SEI N°0016194202) apresentou o item ESPUMA AUTOADERENTE, EM SILICONE SUAVE, ATRAUMÁTICO, E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO . TAMANHO: 10X10 CM APROXIMADAMENTE (PODENDO VARIAR 03CM PARA + OU PARA -).

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA : 80327910013 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 14: A licitante **KORAL HOSPITALAR LTDA.** (SEI N°0016194202) apresentou o item ESPUMA AUTOADERENTE, EM SILICONE SUAVE, ATRAUMÁTICO, E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO . TAMANHO: 15X15 CM APROXIMADAMENTE (PODENDO VARIAR 03CM PARA + OU PARA -).

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA : 80327910013 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 15: A licitante **MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.** (SEI N°0016194099) apresentou o item ESPUMA AUTOADERENTE, EM SILICONE SUAVE, ATRAUMÁTICO, E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO . TAMANHO: 20X20 CM APROXIMADAMENTE (PODENDO VARIAR 03CM PARA + OU PARA -).

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 10430310110.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço, uma vez que a empresa apresentou documentação que comprova exequibilidade dentro da plataforma Comprasgov. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 16: A licitante **BIONUTRI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA** (SEI 0016194149) apresentou o item COBERTURA DE POLIMERO E ASSOCIAÇÕES DE ESPUMA DE POLIURETANO E SILICONE. PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS PARA REGIÃO SACRAL. TAMANHO: 23X23 CM APROXIMADAMENTE .

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80170310096.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se não se encontra dentro dos parâmetros estipulados pela administração. Dessa forma, é mister que a empresa apresente documentação que comprove exequibilidade, como por exemplo orçamentos, propostas formais, contratos anteriores, notas fiscais, ou outros documentos idôneos. (art. 59, § 2º da Lei nº 14.133/2021).

Para o Item 17: A licitante **BIONUTRI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA** (SEI 0016194149) apresentou o item CCOBERTURA DE POLIMERO E ASSOC IAÇÕES DE ESPUMA DE POLIURETANO E SILICONE. PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS PARA REGIÃO SACRAL. TAMANHO: 17X17 CM APROXIMADAMENTE .

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80170310096.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se não se encontra dentro dos parâmetros estipulados pela administração. Dessa forma, é mister que a empresa apresente documentação que comprove exequibilidade, como por exemplo orçamentos, propostas formais, contratos anteriores, notas fiscais, ou outros documentos idôneos. (art. 59, § 2º da Lei nº 14.133/2021).

Para o Item 18 : A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI N°0014789398) apresentou o item COBERTURA COMPOSTA DE: CAMADA AUTO-ADESIVA PERFURADA DE SILICONE;

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80691910038.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 19: A licitante **BIONUTRI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA** (SEI 0016194149) apresentou o item COBERTURA PARA FERIDAS; FENESTRADO DE ESPUMA DE HIDROPOLIMERO EM FORMATO ANATOMICO, PARA ALTA ABSOÇÃO VERTICAL DE SECREÇÃO LIQUIDA DE TRAQUEOSTOMIAS; E DRENOS, COM CONTROLE EFICAZ DE UMIDADE, COM PELICULA EXTERNA PERMEAVEL A VAPOR. TAMANHO: 8X8 CM APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80170310097.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se não se encontra dentro dos parâmetros estipulados pela administração. Dessa forma, é mister que a empresa apresente documentação que comprove exequibilidade, como por exemplo orçamentos, propostas formais, contratos anteriores, notas fiscais, ou outros documentos idôneos. (art. 59, § 2º da Lei nº 14.133/2021).

Para o Item 20: A licitante **BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO** (SEI Nº 0016193904) apresentou o item CURATIVO INTELIGENTE COM EFEITO ANTIMICROBIANO

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80102511874.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 26: A licitante **BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** (SEI Nº 0016194921) apresentou o item CURATIVO EM MULTICAMADAS, ABSORVENTE E NÃO ADERENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80102511882.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 27: A licitante **BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO** (SEI Nº0016193904) apresentou o item CURATIVO DE AÇÃO ANTIMICROBIANA E HYDROBALANCE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80102511874.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 30: A licitante **BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO** (SEI Nº0016193904) apresentou o item OBERTURA ALTAMENTE FLEXÍVEL E ABSORVENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80733280010.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 31: A licitante **KORAL HOSPITALAR LTDA.** (SEI Nº0016194202) apresentou o item CURATIVO EM ALGINATO DE CALCIO NÃO ADERENTE, ANTIBACTERIANO, ESTERIL, PARA FERIDAS COM EXSUDATO. TAMANHO:10X10 CM APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA : 80327910013 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 36: A licitante **MEDPLUS COM. E REPRES. LTDA** (SEI Nº0016194099) apresentou o item CURATIVO; DE ALGINATO DE CALCIO E CARBOXIMETICELULOSE; EM FITAS; NAO ADERENTE; ESTERIL PARA FERIDAS CAVITARIAS COM EXSUDATO. TAMANHO: 03X44 CM APROXIMADAMENTE (FITA).

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 10430310091 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 38: A licitante **BIONUTRI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA** (SEI 0016194149) apresentou o item CURATIVO; HIDROATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, REVESTIDO POR UMA MEMBRANA DE POLIPROPILENO, COMPOSTO POR POLIACRILATO SUPERABSORVENTE, INCORPORADO EM FIBRAS DE CELULOSE, BACTERIOSTÁTICO. TAMANHO: 10X10 CM APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80170310096.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 39: A licitante **BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO** (SEI N°0016193904) apresentou o item COBERTURA PARA FERIDAS; COMPOSTA DE COLAGENO, CELULOSE OXIDADA REGENERADA E PRATA; SEM ADESIVO, HIPOALERGENICO; ATOXICO; ESTERIL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. TAMANHO: 120CM2 APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80804050022.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 40: A licitante **BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO** (SEI N°0016193904) apresentou o item COBERTURA PARA FERIDAS; NÃO ADERENTE COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, ESTÉRIL, COMPOSTA POR FILAMENTOS DE POLIAMIDA EM FORMA DE MALHA HIDRÓFOBA, REVESTIDO COM LONA DE PRATA E IMPREGNADO POR POMADA HIDRÓFILA DE TRIGLICERIDEOS (ÁCIDOS GRAXOS). TAMANHO: 10X10CM APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80804050022.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 41: A licitante **BRAGA E BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO** (SEI N°0016193904) apresentou o item COBERTURA PARA FERIDAS; NÃO ADERENTE COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, ESTÉRIL.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80804050022.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 44: A licitante **MEDPLUS COM. E REPRES. LTDA** (SEI N°0016194099) apresentou o item CURATIVO HIDROCOLOIDE, FORMATO SACRAL OU TRIANGULAR.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 10430310141 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 48: A licitante **BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** (SEI N° 0016194921) apresentou o item CREME; CAPAZ DE FORMAR U M FILME PROTETOR COM FUNÇÃO BARREIRA PARA PREVENÇÃO DE DERMATITES POR INCONTINÊNCIA E HIDRATAÇÃO DA PELE; PROPOCIONANDO; PROTEÇÃO MACIEZ E RESTAURANDO DO PH DA PELE. BISNAGA: 100G APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80225209005 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 49: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI N°0016194014) apresentou o item BARREIRA PROTETORA DE PELE; EM SPRAY; COMPOSTA POR SILAXANOS E SILICA TRIMETILADA APRESENTANDO 100 % DE SILICONE; DE USO TOPICO; SEM RESIDUOS; SEM CORANTES; SEM FRAGRANCIA E SEM ALCOOL. FRASCO: 50 ML APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80003309008 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se não se encontra dentro dos parâmetros estipulados pela administração. Dessa forma, é mister que a empresa apresente documentação que comprove exequibilidade, como por exemplo orçamentos, propostas formais, contratos anteriores, notas fiscais, ou outros documentos idôneos. (art. 59, § 2º da Lei nº 14.133/2021).

Para o Item 52: A licitante **BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** (SEI N° 0016194921) apresentou o item CURATIVO; A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, ASSOCIADO A ÓLEOS DE MELALEUCA E COPAIBA.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80102511882.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se não se encontra dentro dos parâmetros estipulados pela administração. Dessa forma, é mister que a empresa apresente documentação que comprove exequibilidade, como por exemplo orçamentos, propostas formais, contratos anteriores, notas fiscais, ou outros documentos idôneos. (art. 59, § 2º da Lei nº 14.133/2021).

Para o Item 56: A licitante **KORAL HOSPITALAR LTDA.** (SEI Nº0016194202) apresentou o item CURATIVO; FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTÉRIL; AUTO ADERENTE; SEMIPERMEAVEL; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. TAMANHO: 15X20 CM APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA : 80327910003 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 58: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI Nº0016194014) apresentou o item BANDAGEM TUBULAR ELÁSTICA, COMPOSTO DE FIOS DE ALGODÃO E/OU POLIÉSTER OU POLIAMIDA E LÁTEX OU ELASTODIENO, TECIDOS DE FORMA CONTÍNUA, TIPO MALHA COM ENTRELAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DO FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, FORMATO TUBULAR. CALIBRE 02. TAMANHO: 7 METROS APROXIMADAMENTE (25 METROS ESTICADO).

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80778059006 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 59: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI Nº0016194014) apresentou o item BANDAGEM TUBULAR ELÁSTICA, COMPOSTO DE FIOS DE ALGODÃO E/OU POLIÉSTER OU POLIAMIDA E LÁTEX OU ELASTODIENO, TECIDOS DE FORMA CONTÍNUA, TIPO MALHA COM ENTRELAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DO FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, FORMATO TUBULAR. CALIBRE 05. TAMANHO: 7 METROS APROXIMADAMENTE (25 METROS ESTICADO).

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80778059006 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 60: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI Nº0016194014) apresentou o item BANDAGEM TUBULAR ELÁSTICA, COMPOSTO DE FIOS DE ALGODÃO E/OU POLIÉSTER OU POLIAMIDA E LÁTEX OU ELASTODIENO, TECIDOS DE FORMA CONTÍNUA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, FORMATO TUBULAR. CALIBRE 08. TAMANHO: 7 A 10 METROS EM REPOUSO..

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80778059006 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 61: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI Nº0016194014) apresentou o item BANDAGEM TUBULAR ELÁSTICA, COMPOSTO DE FIOS DE ALGODÃO E/OU POLIÉSTER OU POLIAMIDA E LÁTEX OU ELASTODIENO, TECIDOS DE FORMA CONTÍNUA, TIPO MALHA COM ENTRELAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DO FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, FORMATO TUBULAR. CALIBRE 09. TAMANHO: 7 METROS APROXIMADAMENTE (25 METROS ESTICADO).

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80778059001 .

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 62: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI Nº0016194014) apresentou o item BANDAGEM TUBULAR ELÁSTICA, COMPOSTO DE FIOS DE ALGODÃO E/OU POLIÉSTER OU POLIAMIDA E LÁTEX OU ELASTODIENO, TECIDOS DE FORMA CONTÍNUA, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, FORMATO TUBULAR. CALIBRE 10. TAMANHO: 7 A 10 METROS EM REPOUSO.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80778059001.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 63: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI Nº0016194014) apresentou o item FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGA DE PROTEÇÃO, MANGA INTEGRADA DE PROTEÇÃO DO TUBO PARA

PREVENIR A OCLUSÃO, SIMPLIFICA CUIDADO NA HIGIENE ORAL, FIXA O TUBO ENDOTRAQUEAL (DE 5 A 10MM) COM BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA FLEXTEND ADERE AO ROSTO. A BRAÇADEIRA DO TUBO DE ENCAIXE PRENDE O TUBO FIRMEMENTE. A TIRA ACOLCHOADA DE PESCOÇO É AJUSTÁVEL. NÃO CONTÉM LÁTEX.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 8003400137.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 64: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI N°0016194014) apresentou o item FIXADOR DE TUBO DE ALIMENTAÇÃO, FIXA TUBOS NASOGÁSTRICOS E NASOENTERAIS (5 A 18 FR). A BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA FLEXWEAR, EM FORMATO BORBOLETA, ADAPTA-SE FACILMENTE AO FORMATO DO NARIZ DO PACIENTE, BRAÇADEIRA GIRATÓRIA ELIMINA A PRESSÃO NAS NARINAS DO PACIENTE. NÃO CONTÉM LÁTEX.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 8003400137.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 65: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI N°0016194014) apresentou o item BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PROTETORA DE PELE PERIESTOMA EM PASTA, MALEÁVEL, PARA SELAR E NIVELAR AS IRREGULARIDADES DA PELE PERIESTOMA; COMPOSTA POR HIDROCOLÓIDES, ALCÓOLICA. BISNAGA: 60 GM APROXIMADAMENTE.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80003300044.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 66: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI N°0016194014) apresentou o item BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PROTETORA DE PELE PERIESTOMA EM PÓ MICROGRANULADO, COMPOSTA POR HIDROCOLÓIDES, QUE ABSORVE A UMIDADE DA PELE PERIESTOMAL. FRASCO: DE 28 GM APROXIMADAMENTE

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 1022320024.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 67: A licitante **CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA** (SEI N°0016194014) apresentou o item FIXADOR ESTÉRIL DE FILME TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETER CENTRAL.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80003300031.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 68: A licitante **KORAL HOSPITALAR LTDA.** (SEI N°0016194202) apresentou o item FILME TRANSPARENTE ESTÉRIL, FORMADO DE UMA FINA PELÍCULA RECOBERTA POR UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX. RESPIRÁVEL.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA : 80327910003.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se encontra dentro os parâmetros estipulado no Mapa de Preço. Diante disso, **sugerimos a classificação.**

Para o Item 69: A licitante **BIONUTRI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.** (SEI 0016194149) apresentou o item FIXADOR ESTÉRIL DE FILME TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES PERIFÉRICOS.

Em análise de especificações descritivas apresentada pela empresa, esta encontra-se em similaridade com o descritivo do Termo de Referencia, sem divergências quanto aos requisitos exigidos para o insumo. Produto com REGISTRO ANVISA 80170319008.

Quando se verifica as propostas de preço e comparando-a ao preço estimado pela Administração, percebe-se que aquela se não se encontra dentro dos parâmetros estipulados pela administração. Dessa forma, é mister que a empresa apresente documentação que comprove exequibilidade, como por exemplo orçamentos, propostas formais, contratos anteriores, notas fiscais, ou outros documentos idôneos. (art. 59, § 2º da Lei nº 14.133/2021).

II. ANÁLISE DE AMOSTRA

Para o item 15: A empresa **MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA** apresentou amostra referente ao item 15 ESPUMA AUTOADESIVA EM SILICONE SUAVE. Após a verificação das medições, do padrão de qualidade e da eficiência, constatou-se que pela amostra enviada, o insumo atende plenamente ao objetivo proposto, uma vez que cumpre todos os requisitos de vantajosidade.

III- CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que:

A) Estão classificadas as proposta para os itens: **04, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 48, 49, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 67, 68, 69.**

B) Amostra: **Aprovação da amostra referente ao item 15.**

C) Efetuar diligências para as propostas dos itens **16, 17, 19, 49, 52 e 69.** As empresa podem encaminhar notas fiscais, planilha de formação de preço, contratos anteriores ou outros documentos idôneos que possa comprovar exequibilidade das propostas.

Atenciosamente,

Antonia Deisiane Rosas Dantas
Parecerista Técnica MMH - FUNDHACRE
Portaria 23/2025



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIA DEISIANE ROSAS DANTAS, Cargo Comissionado**, em 31/07/2025, às 11:13, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0016636952** e o código CRC **305BD4DC**.