



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Rua Benjamin Constant, 830, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-064
- <http://saude.ac.gov.br>

PARECER Nº	53/2023/SESACRE-NUCAE/SESACRE-DIVAIN/SESACRE-DEPIS/SESACRE-DEPEP/SESACRE-DIGSUS
PROCESSO Nº	0019.004658.00038/2022-88
INTERESSADO:	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUS, DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ASSUNTO:	Parecer das Propostas – Pregão Eletrônico Nº 271/2023, referente aos itens 2 a 4.

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para reestruturar a Maternidade e Clinicas de Mulheres Bárbara Heliodora, Emenda Parlamentar Nº17/2022, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre - SESACRE.

Parecer das Propostas – Pregão Eletrônico Nº 271/2023. Processo

Administrativo: 0019.004658.00038/2022-88.

Data da análise: 6 a 11 de setembro de 2023.

Parecerista: Maria Rosiany Anute de Souza.

Considerando as atribuições e responsabilidades estabelecidas pela Portaria Nº 332, de 18 de julho de 2023, no Diário Oficial Nº 13.577 de 20/07/2023- Caderno Único, no qual institui a Comissão de Pareceristas Técnicos da Secretaria de Estado de Saúde do Acre-SESACRE e define a Área Técnica de Equipamentos Médicos e Hospitalares no Artigo 2º, Inciso I.

E mediante o exposto no processo virtual e documentos digitalizados, disponível no sistema **Comprasnet**, endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, atalho CONSULTAS / PREGÓES / EM ANDAMENTO, dados do formulário Situação: TODAS, **Pregão Eletrônico Nº 271/2023**, direcionado a JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, informa-se quanto às propostas apresentadas:

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 2 – COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. BERCO PEDIATRICO PARA RECÉM NASCIDO da marca SANTA CLARA, modelo/versão SANTA CLARA. **Produto com REGISTRO ANVISA 80413289001. Classificação Grau Risco I – Baixo Risco.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do manual do equipamento no site: <http://www.santaclaramoveis.com.br//santaclaracatalogoBERCOACRILICO.pdf>; acesso: 11/09/2023. Dado o exposto, informamos que o mesmo está em acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência (TR), entretanto, apresenta como **OPCIONAL**: *Dimensões variadas, Estrutura em aço inoxidável, Suporte para soro, Sistema manual para movimento Trendelenburg e reverso de Trendelenburg e Rodízios. Deve acompanhar com os acessórios e conforme especificações editalicias, haja vista, que no manual do fabricante está como opcional. Logo, fica sugerida a classificação.*

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 3 – VDR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. CENTRÍFUGA PARA LABORATÓRIO da marca INBRAS, modelo/versão ALB 44 CS. **Produto com REGISTRO ANVISA 80929400010. Classificação Grau Risco I – Baixo Risco.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do manual do equipamento no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351505755201965/numeroRegistro=80929400010> e catálogo apresentado pelo Licitante. Dado o exposto, informamos que o mesmo está acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência (TR), entretanto, deve entregar conforme especificações editalícias. Logo, fica sugerida a classificação.

Após análise da proposta da PRIMEIRA CLASSIFICADA ao item 4 –FAZ VENDAS LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. MANTA AQUECEDORA ELÉTRICA da marca RC LABOR, modelo/versão 5000 ml. **Produto com REGISTRO ANVISA a empresa não apresentou. Classificação Grau Risco II – Médio Risco.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do manual do equipamento apresentando pela empresa e houve erro na proposta apresentada, pois trata de **MANTA AQUECEDORA PARA TUBOS**. Conforme verificado no site: <https://rclabor.com.br/produto/manta-aquecedora-para-copo-becker-griffin-com-regulador-de-temperatura/> “Ideal para ser usada em bancadas, a manta aquecedora com regulador de temperatura é usada para aquecer substâncias em tubos de ensaio”, acesso: 11/9/2023. Logo, fica sugerida a desclassificação.

Após análise da proposta da SEGUNDA CLASSIFICADA ao item 4 –ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA – conforme mapa comparativo com os melhores lances, disponível no sistema *Comprasnet*. MANTA AQUECEDORA ELÉTRICA da marca GENTHERM, modelo/versão WARM AIR. **Produto com REGISTRO ANVISA 80271299007. Classificação Grau Risco II – Médio Risco.** No que se refere às especificações técnicas da proposta apresentada pela empresa, o texto encontra-se copiado e colado na íntegra das especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

Feito análise em cima do manual do equipamento no site da ANVISA: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351735655202003/numeroRegistro=80271299007> e catálogo apresentado pelo Licitante. Dado o exposto, informamos que o mesmo está acordo com as especificações técnicas primordiais e solicitadas no Termo de Referência (TR), entretanto, deve entregar conforme especificações editalícias e acessórios solicitados. Logo, fica sugerida a classificação.

Maria Rosiany Anute de Souza

Núcleo de Acompanhamento de Equipamentos-NUCAE

Portaria Nº 332 de 18/7/2023

Parecerista Técnica-SESACRE



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ROSIANY ANUTE DE SOUZA, Enfermeiro Parecerista**, em 11/09/2023, às 12:44, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **8321106** e o código CRC **391B029A**.