



ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE

BR 364, KM 02, - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, Rio Branco/AC, CEP 69914-220
- <http://fundhacre.acre.gov.br/>

PARECER Nº 4/2025/FUNDHACRE - NEFRO/FUNDHACRE - SESP/FUNDHACRE - DIRASS
PROCESSO Nº 0039.007147.00266/2024-11
INTERESSADO: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA
ASSUNTO: PARECER TÉCNICO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 305/2024
PARECER TÉCNICO

A Sua Senhoria a Senhora
Janaína Alves da Silva
Chefe do Setor de Licitações, Compras e Contratos - FUNDHACRE

Prezada,

Com cordiais cumprimentos, em atenção ao **MEMORANDO Nº 965/2025/FUNDHACRE - LICOM (0017438535)**, referente ao **OFÍCIO Nº 9196/2025/SEAD (0017374414)**, do qual versa sobre o **Pregão Eletrônico SRP nº 305/2024 - COMPRASGOV nº 90305/2024**, cujo objeto é a *aquisição de material para Nefrologia (Dializador Capilar)*, para atender as necessidades da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE, para análise e emissão de parecer técnico, conforme especificado no **MEMORANDO Nº 2613/2025/SEAD - SELIC-DIPREG (0017373752)**.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QTD REGISTRO	EMPRESA FORNECEDORA	PARECER TÉCNICO
8	CONECTOR TEGO; CONECTOR DE SISTEMA FECHADO TEGO, PARA CATETERES VENOSOS CENTRAIS DE HEMODIÁLISE E EFÉSESE, CONECTOR DE SISTEMA FECHADO E PRESSÃO NEUTRA, CONFECCIONANDO EM POLICARBONATO E REVESTIMENTO DE SILICONE, COM CONECÇÃO LUER LOCK PARA CATETERES DE HEMODIÁLISE E AFÉRESE. PERMITE FLUXO DE SANGUE SUPERIOR A 600 ML/MIN E DESLOCAMENTO ZERO DE FLUÍDOS.	UN	12.000	FORTECARE INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DECLASSIFICADO Após análise técnica e prática do produto, o mesmo não demonstrou eficiência durante o teste, onde apresentou quebra da conexão do cateter de hemodiálise. O produto apresenta qualidade insatisfatória e encontra-se reprovado para uso hospitalar.

15	DIALISADOR CAPILAR USO UNICO; FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA; DE MEMBRANA DE POLIETERSULFONA OU SIMILAR DE ALTO FLUXO; COM 40M DE ESPESSURA; AREA DE SUPERFICIE 1,5M² OU 16M2 COEFICIENTE DE ULTRAFILTRACAO 16 ML/H/MMHG; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSER MACHO; E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CAMARRA EXTERNA DE POLIPROPILENO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR FIXAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGENICCA, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USOE DATA DE VALIDADE.	UN	1.000	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO Empresa não apresentou amostra.
16	DIALISADOR CAPILAR PRÓPRIO PARA REUSO; FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA; DE MEMBRANA DE POLIETERSULFONA OU SIMILAR DE ALTO FLUXO; COM 40M DE ESPESSURA; AREA DE SUPERFICIE 1,5M² OU 16M2 COEFICIENTE DE ULTRAFILTRACAO 16 ML/H/MMHG; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSER MACHO; E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CAMARRA EXTERNA DE POLIPROPILENO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR FIXAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGENICCA, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USOE DATA DE VALIDADE.	UN	1.000	ATIVIDADE COMÉRCIO DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESCCLASSIFICADO Empresa não apresentou amostra.

21	KIT CATETER DUPLO LUMEN; LONGA PERMANENCIA; TIPO PERMICATH; CALIBRE 12.5 A 14.0 FR; 36CM DE COMPRIMENTO TOTAL(PONTA A PONTA). COM IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS POR CORES, SENDO PARA LINHA ARTERIAL (COR VERMELHA),(LÚMEN PROXIMAL) E AZUL PARA LINHA VENOSA (LÚMEN DISTAL),CONTENDO, NO MINIMO: FIO GUIA RETO EM J, AGULHA INTRODUTÓRIA, SERINGA, 2 DILATADORES DE VASO, BAINHA/DILATADOR, TUNELIZADOR; ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE QUE GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.	KIT	96	MEDCORP SAÚDE E TECNOLOGIA	<u>APROVADO</u> Após análise técnica e prática do produto. Cumpre com as normas sanitárias e regulamentações vigentes. O produto atende aos requisitos de qualidade, segurança e funcionalidade exigidos para uso hospitalar. O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.
22	KIT CATETER DUPLO LUMEN; LONGA PERMANENCIA; TIPO PERMICATH; CALIBRE 12.5 A 14.0 FR; 40CM DE COMPRIMENTO TOTAL(PONTA A PONTA). COM IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS POR CORES, SENDO PARA LINHA ARTERIAL (COR VERMELHA),(LÚMEN PROXIMAL) E AZUL PARA LINHA VENOSA (LÚMEN DISTAL),CONTENDO, NO MINIMO: FIO GUIA RETO EM J, AGULHA INTRODUTÓRIA, SERINGA, 2 DILATADORES DE VASO, BAINHA/DILATADOR, TUNELIZADOR; ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE QUE GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.	KIT	144	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>DECLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra.

23	KIT CATETER DUPLO LUMEN; LONGA PERMANENCIA; TIPO PERMICATH; CALIBRE 13.5 A 14.5 FR; 50CM DE COMPRIMENTO TOTAL(PONTA A PONTA). COM IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS POR CORES, SENDO PARA LINHA ARTERIAL (COR VERMELHA),(LÚMEN PROXIMAL) E AZUL PARA LINHA VENOSA (LÚMEN DISTAL),CONTENDO, NO MINIMO: FIO GUIA RETO EM J, AGULHA INTRODUTÓRIA, SERINGA, 2 DILATADORES DE VASO, BAINHA/DILATADOR, TUNELIZADOR; ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE QUE GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.	KIT	96	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	DESCCLASSIFICADO Empresa não apresentou amostra.
24	KIT CATETER TRIPLO LUMEN PARA HEMODIALISE DE USO ADULTO, CONTENDO: CATETER DE DOIS LUMENS RADIOPACOS PRINCIPAIS, EXTENSÕES CURVAS, COM CLAMP CORTA FLUXO E ADAPTADORES LUER LOCK; MEDINDO 11.5 A 12.5 FR. COMPRIMENTO DE 15 A 16 CM). COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, SENDO PARA LINHA ARTERIAL (COR VERMELHA), (LÚMEN PROXIMAL) E AZUL PARA LINHA VENOSA (LÚMEN DISTAL) E UM LÚMEN PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES, RETIRADAS DE AMOSTRAS DE SANGUE E PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL(COR MARROM), FIO GUIA, AGULHA INTRODUTÓRIA DO FIO GUIA, SERINGA E DILATADOR DE VASO; FABRICADO EM POLIURETANO, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE QUE GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA	KIT	432	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	APROVADO Após análise técnica e prática do produto. Cumpre com as normas sanitárias e regulamentações vigentes. O produto atende aos requisitos de qualidade, segurança e funcionalidade exigidos para uso hospitalar. O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.

25	KIT CATETER TRIPLO LUMEN PARA HEMODIALISE DE USO ADULTO, CONTENDO: CATETER DE DOIS LUMENS RADIOPACOS PRINCIPAIS; COM CLAMP CORTA FLUXO E ADAPTADORES LUER LOCK; MEDINDO 11.5/12,5 FR; 19 A 20 CM DE COMPRIMENTO. COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, SENDO PARA LINHA ARTERIAL(COR VERMELHA), (LÚMEN PROXIMAL) E AZUL PARA LINHA VENOSA (LÚMEN DISTAL) E UM LÚMEN PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES, RETIRADAS DE AMOSTRAS DE SANGUE E PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL (COR MARROM), FIO GUIA, AGULHA INTRODUTÓRIA DO FIO GUIA, SERINGA E DILATADOR DE VASO; FABRICADO EM POLIURETANO, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE QUE GARANTE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA	KIT	432	MEDCORP SAÚDE E TECNOLOGIA	<u>APROVADO</u> Após análise técnica e prática do produto. Cumpre com as normas sanitárias e regulamentações vigentes. O produto atende aos requisitos de qualidade, segurança e funcionalidade exigidos para uso hospitalar. O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, conforme sua finalidade proposta.
26	LINHA DE SANGUE ARTERIAL ADULTO PARA HEMODIÁLISE DE PLÁSTICO FLEXIVEL, ATOXICA, COM SEGMENTO DA BOMBA DE SANGUE DE 8MM, ATÓXICO, INJETOR LATERAL E LARGO COM PROTECAO PARA OS DEDOS, CONECTOR LUER-LOCK PARA AS AGULHAS DE FÍSTULA OU CATETERES E NA OUTRA PONTA PARA O DIALISADOR, PINÇAS DE TRAVAMENTO DE FLUXO EM TODAS AS PONTAS. EXTENSÃO PARA SORO, HEPARINA, AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL.	UN	36.000	REAL DREAMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra.

32	PROTETOR DE PRESSAO; EM PVC RIGIDO; COMO BARREIRA PROTETORA DESCARTAVEL; E MEMBRANA HIDROFOBICA BACTERIANA; COM POROSIDADE 0,2 MICRONS DE DIAMETRO; A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, LOTE, N° DE REGISTRO OU ISENÇÃO NA ANVISA, E ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	UND	48.000		<u>Nenhuma empresa fornecedora apresentou proposta</u>
----	--	-----	--------	--	---

Atenciosamente,

Wilmar Furtado Nogueira
RT de Enfermagem do Serviço de Nefrologia - FUNDHACRE
Portaria nº 11, de 10/10/2024

Keiciane Silva Oliveira
Chefe do Serviço de Nefrologia - FUNDHACRE
Portaria nº 45, 14/03/2025



Documento assinado eletronicamente por **WILMAR FURTADO NOGUEIRA, Enfermeiro**, em 13/10/2025, às 15:24, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **KEICIANE SILVA OLIVEIRA, Chefe de Setor**, em 13/10/2025, às 16:05, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0017752394** e o código CRC **F7A113D6**.