

**ESTADO DO ACRE**
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDERua Benjamin Constant, 830, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-064
- <http://saude.ac.gov.br>

PARECER Nº 13/2025/SESACRE-DIVILARA/SESACRE-DEPGA/SESACRE-DADM/SESACRE-SAADM
PROCESSO Nº 0019.015357.00102/2025-66
INTERESSADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA NOLASCO, DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ASSUNTO: PARECER TÉCNICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA - SESACRE .

Senhor, Gerente da Divisão de Compras e Licitação

I. RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços para Contratação de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA - SESACRE .

Os autos foram regularmente formalizados e encontram-se instruídos com os seguintes documentos, no que importa à presente análise:

II. FUNDAMENTAÇÃO

A presente manifestação tem o objetivo de assistir a autoridade competente assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021

III. CONCLUSÃO:**Parecer Técnico**

Parecer Técnico: **Pregão Eletrônico SRP nº 450/2025 –**

Objeto:

- Aquisição de máscara respiradora com filtro respirador para manuseio de produtos químicos radiológicos.
- Recarga de filtro respirador.
- Luva de segurança emborrachada nitrílica.

Para atender as demandas das unidades de saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre – SESACRE.

Processo Administrativo: 0019.015357.00102/2025-66

Após análise das propostas apresentadas pelas Empresas e do Termo de Referência definitivo, esta Divisão dá o seguinte parecer:

Empresa: **SF HCOMPANY SOLUÇÕES ESPECIALIZADA**

LOTE III				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND. MED.	MARCA	PARECER
11.	MASCARA RESPIRADORA;RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANCA; TIPO PECA SEMIFACIAL;CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA; COM BORDA INTERNA; NAS LATERAIS DO CORPO DA PECA ESTAO LOCALIZADAS DUAS ABERTURAS; UMA DE CADA LADO;RESPIRADOR SEMI-FACIAL, COM FILTRO DE ALTA DURABILIDADE,DESTINADO A MULTIGASES, DE FÁCIL AQUISIÇÃO NO MERCADO NACIONAL. A MÁSCARA SEMIFACIAL DEVE SER DOTADA DE PELO MENOS QUATRO HASTES DE FÁCIL FIXAÇÃO COM FIVELAS FAVORECENDO O AJUSETE PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFORTO.	UND	ALLTEC	NÃO ATENDE

12.	FILTRO PARA RESPIRADOR DE AR DE SEGURANCA;COMBINADO MECANICO (P2) E QUÍMICO (CLASSE1) PARA PESTICIDAS E VAPORES ORGÂNICOS,PARA RESPIRADOR FACIAL COMPLETO, TEM COMO ELEMENTO FILTRANTE O CARVAO ATIVO. FILTRO PARA RESPIRADOR SEMI-FACIAL, COM ALTA DURABILIDADE-DESTINADO A MULTIGASES COMPATÍVEL COM O RESPIRADOR SOLICITADO.	UND	ALLTEC	ATENDE
13.	LUVA DE SEGURANCA; EMBORRACHA NITRILICA;TAM MEDIO;COR VERDE;PARA PROTECAO DE USUARIO DE PRODUTOS QUIMICOS; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL;DORSO NORMAL; PALMA ANTI DERRAPANTE;FORRO EM ALGODAO;COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO,PAR	UND	PLASTCOR	ATENDE

Parecer Técnico: Pregão Eletrônico SRP nº 450/2025 –

Objeto:

Aquisição de letras e números de identificação para radiologia médica, para atender as demandas das unidades de saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre – SESACRE.

Processo Administrativo: 0019.015357.00102/2025-66

Após análise das propostas apresentadas pelas Empresas e do Termo de Referência definitivo, esta Divisão dá o seguinte parecer:

Empresa: **KONEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

LOTE IV				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND. MED.	MARCA	PARECER
14.	LETRAS PARA IDENTIFICAÇÃO RADIOGRÁFICA, ALFABETO DE CHUMBO COM BASE EM ALUMÍNIO, MEDINDO 8 MM DE ALTURA, CONTENDO NO MÍNIMO 5 LETRAS DE CADA UMA, ACOMPANHADA DE CANALETA, ACONDICIONADA EM CAIXA OU BASE PVC.	UND	KONEX/KONEX	ATENDE
15.	NÚMERO DE CHUMBO, COM BASE EM PVC, COM ALTURA DE 08 MM, ACONDICIONADO EM ESTOJO CONTENDO CINCO ALGARISMOS ARÁBICOS DE CADA, TOTALIZANDO 50 NÚMEROS, ACOMPANHA CANALETA PARA COMPOSIÇÃO DAS PALAVRAS, MAIS LETRAS D E E, OU BASE DE ALUMÍNIO.	UND	KONEX/KONEX	ATENDE

Itens:

ÓCULOS DE PROTEÇÃO PLUMBÍFERA.

PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO.

AVENTAL PLUMBÍFERO PADRÃO FRENTE

PORTA AVENTAL 1 CABIDE

PROTETOR DE GONÓDIA

LUVA PLUMBÍFERA ESCUDO

Para atender as demandas das unidades de saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre – SESACRE.

Processo Administrativo: 0019.015357.00102/2025-66

Após análise das propostas apresentadas pelas Empresas e do Termo de Referência definitivo, esta Divisão dá o seguinte parecer:

Empresa: **DORAMEL LTDA**

LOTE V				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND. MED.	MARCA	PARECER
16.	Produto: Óculos de Proteção Plumbífera Frontal e Lateral. Grau de proteção Frontal 0,75 mm Pb e Lateral 0,50mmPb Composição Vidro Plumbífero e Acrílico Validade Indeterminada Classificação de Risco I - BAIXO RISCO Reg. da ANVISA 10410130035 EAN 8908009494160 Fabricante Uniray Medical LLP Importador: Controller Comércio e Serviços Ltda Peso Unidade 0,200kg Dimensões Unidade 8*19*8 cm Pallet 3 de altura / amarração com 4 vazada	UND	CONTROLLER/LUMAX	ATENDE
17.	Equivalência de Chumbo: 0,50 mmpb Impermeável Leve e confortável Borracha Plumbífera em chumbo Fio de costura 100% poliéster. Viés para o acabamento é de poliéster impermeável. Reves do em capa elastomérica ou nylon para melhor assepsia ou maleabilidade Impermeável Fácil assepsia e secagem extremamente rápida Quimicamente esterilizável Maior resistência físico mecânica Retornável Resistente a unha animal CERTIFICADO ANVISA: 80697670001 Conf. ABNT NBR IEC 61331-3:2020. CA 52.163	UND	PLANIDEIA	ATENDE
18.	Avental de chumbo para proteção radiológica, confeccionado em borracha plumbífera e acabamento em tecido especial lavável. Equivalência de chumbo: 0,50 mmpb Disponíveis nas cores: Azul Marinho, Azul Claro, Cinza, verde CA: 31.736 ANVISA: 81862850001	UND	CSR	ATENDE
19.	Porta avental de parede tipo cabide. Cabides com base construída em aço tratado e pintado e cabides em aço inoxidável polido. Fixado na parede através de parafusos com buchas. 1 Cabides Tamanho da Base: 5 x 9 cm Cabides: 62cm Peso: 1 Kg	UND	NEW	ATENDE
20.	PROTECTOR DE GÔNADAS Equivalência de Chumbo: 0,50 mmpb Tamanho aproximado 30X45 Impermeável Leve e confortável Borracha Plumbífera em chumbo Fio de costura 100% poliéster. Viés para o acabamento é de poliéster impermeável. Reves do em capa elastomérica ou nylon para melhor assepsia ou maleabilidade Impermeável Fácil assepsia e secagem extremamente rápida Quimicamente esterilizável Maior resistência físico mecânica Retornável Resistente a unha animal CERTIFICADO ANVISA: 80697670001 Conf. ABNT NBR IEC 61331-3:2020. CA 52.163	UND	PLANIDEIA	ATENDE
21.	LUVA TIPO ESCUDO CARACTERÍSTICAS: Equivalência de Chumbo: 0,50 mmpb Impermeável Leve e confortável Borracha Plumbífera em chumbo Fio de costura 100% poliéster. Viés para o acabamento é de poliéster impermeável. Reves do em capa elastomérica ou nylon para melhor assepsia ou maleabilidade Impermeável Fácil assepsia e secagem extremamente rápida Quimicamente esterilizável Maior resistência sico mecânica Retornável Resistente a unha animal CERTIFICADO ANVISA: 80697670001 Conf. ABNT NBR IEC 61331-3:2020. CA 50.719	UND	PLANIDEIA	ATENDE

Parecer Técnico: Pregão Eletrônico SRP nº 450/2025 –

Objeto:

Aquisição de chassis radiográficos para radiologia médica, para atender as demandas das unidades de saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre – SESACRE.

Processo Administrativo: 0019.015357.00102/2025-66

Após análise das propostas apresentadas pelas Empresas e do Termo de Referência definitivo, esta Divisão dá o seguinte parecer:

Empresa: **CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

LOTE I				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND. MED.	MARCA	PARECER
1.	200112240- CHASSI RADIOGRÁFICO COM OU SEM JANELA E ÉCRAN, TAMANHO: 24X30 CM; EM ALUMÍNIO, COM CANTONEIRAS EM NYLON OU MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS; TRAVAS COM SISTEMA PUSH; PINTURA ELETROSTÁTICA E MATERIAL QUE PERMITA O AJUSTE ENTRE O FILME E O ÉCRAN; FÁCIL MANUSEIO, LEVE E COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARA DE IDENTIFICAÇÃO. O ÉCRAN DEVE SER DE BASE VERDE E ANTI-ESTÁTICO - MARCA: CONTROLLER/24X30/ RG 10410130017 - MARCA: CONTROLLER/24X30/ RG 10410130017	UND	CONTROLLER	ATENDE
2.	200112241- CHASSI RADIOGRÁFICO COM OU SEM JANELA E ÉCRAN, TAMANHO: 35X35 CM; EM ALUMÍNIO, COM CANTONEIRAS EM NYLON OU MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS; TRAVAS COM SISTEMA PUSH; FÁCIL MANUSEIO, LEVE E COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARA DE IDENTIFICAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA E MATERIAL QUE PERMITA O AJUSTE ENTRE O FILME E O ÉCRAN. O ÉCRAN DEVE SER DE BASE VERDE E ANTI-ESTÁTICO. - MARCA: CONTROLLER/35X35/ RG 10410130017 - MARCA: CONTROLLER/35X35/ RG 10410130017	UND	CONTROLLER	ATENDE
3.	200112242- CHASSI RADIOGRÁFICO COM OU SEM JANELA E ÉCRAN, TAMANHO: 35X43 CM; EM ALUMÍNIO, COM CANTONEIRAS EM NYLON OU MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS; TRAVAS COM SISTEMA PUSH; FÁCIL MANUSEIO, LEVE E			

COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARA DE IDENTIFICAÇÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA E MATERIAL QUE PERMITA O AJUSTE ENTRE O FILME E O ÉCRAN. O ÉCRAN DEVE SER DE BASE VERDE E ANTI-ESTÁTICO - MARCA: CONTROLLER/35X43/ RG 10410130017 - MARCA: CONTROLLER/35X43/ RG 10410130017	UND	CONTROLLER	ATENDE
---	-----	------------	--------

Rio Branco – Acre, 20 de Novembro de 2025

Bryon Sérgio Ferreira da Silva

Núcleo de Radiologia/Port Nº 886/2025

Divisão de Insumos Laboratoriais e Materiais de Radiologia



Documento assinado eletronicamente por **BRYON SERGIO FERREIRA DA SILVA**, Técnico em Radiologia, em 25/11/2025, às 07:49, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0018392674** e o código CRC **1E9239E4**.

Referência: Processo nº 0019.015357.00102/2025-66

SEI nº 0018392674