GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SESACRE

PARECER TÉCNICO - PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MEIOS DE CULTURA MANUAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE – LACEN/AC Nº 0001082/2026

Prezado,

Com os cordiais cumprimentos, em atenção a solicitação de emissão do parecer técnico e após análise das propostas das empresas abaixo especificadas, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº. 027/2026 (Processo de Compras nº 0000027/2026), cujo o objeto é a Aquisição de Materiais e Insumos para Meios de cultura manual para atender às necessidades do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Acre – LACEN/AC, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, com fulcro no art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021.

Informamos que esta gerência técnica, em conjunto com a coordenadora do setor responsável conforme portaria nº 332 de 18 de julho de 2023 do Laboratório Central, decide emitir o seguinte parecer:

CAIAN LTDA - CNPJ: 53.211.921/0001-60						
ITEM	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME DOD**	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME PROPOSTA**	**UNIDADE**	**FABRICANTE /MARCA**	**VALOR COTADO**	**ANÁLISE TÉCNICA**

53	200031818 - Micropipeta monocanal de volume variável 100-1000 UL: com ejetor automático de ponteiras, autoclaváveis ou com partes inferiores rosqueáveis e desmontáveis para autoclavagem a 121ºC Ergonomia: Fabricada em Polipropileno e PVDF durável. Corpo resistente ao UV, podendo ser esterilizada através de radiação UV, mesmo por tempo de exposição prolongado. Controle e precisão total do volume, tanto na aspiração como na dispensação. Volume pode ser ajustado tanto no anel	Micropipeta volume variável 100 -1000 µl	Unidade	CRAL	R$ 430,00	**REPROVADO** Após análise da ficha técnica apresentada, verificou-se que o produto ofertado não atende integralmente às especificações solicitadas, apresentando divergências quanto à faixa de volume (200–1000 µL, em vez de 100–1000 µL) e ao material de fabricação (ABS, em vez de Polipropileno e PVDF). Além disso, não foram comprovadas na documentação apresentada algumas características exigidas, como resistência/esterilização por radiação UV e ejetor automático de ponteiras.

SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 63.550.245/0001-02						
ITEM	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME DOD**	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME PROPOSTA**	**UNIDADE**	**FABRICANTE /MARCA**	**VALOR COTADO**	**ANÁLISE TÉCNICA**
40	200094676 - Frascos em graduação; em vidro Borosilicato 3.3; com rolha nº 22; capacidade para 250ml.	200094676 Frasco sem graduação; em vidro Borossilicato 3.3; com rolha n°22 capacidade para 250ml. RMS ISENTO	Unidade	PHOX / 1403-250	R$ 100,00	**APROVADO**

49	200102986 - Pipeta Multicanal (0,5 a 10 µL) Pipeta de precisão multicanal 12 canais, com: Intervalo de uso de 0,5 a 10 µL com incrementos de escala de 0,01 microlitros. Ejetor automático de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão: menor ou igual a 0,05µL. Exatidão: + ou - 0,4µL. Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante (graxa) para eliminar risco de contaminação. Ajuste de volume tanto pelo volumetro quanto pelo botão.	200102986 Pipeta Multicanal (0,5 a 10 µL) Pipeta de precisão multicanal 12 canais, com: Intervalo de uso de 0,5 a 10µL com incrementos de escala de 0,01 microlitros. Ejetor automático de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão: menor ou igual a 0,05µL. Exatidão: + ou 0,4µL. Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante(graxa) para eliminar risco de contaminação. Ajuste de volume tanto pelo volumetro quanto pelo botão RMS ISENTO	Unidade	KASVI / K1-12X10PB	R$ 5.050,00	**APROVADO**

50	200102987 - Pipeta Multicanal (10 a 100 µL) - Pipeta de precisão multicanal com: 12 canais. Intervalo de uso de 10 a 100 µL com incrementos de escala de 0,2 microlitros. Ejetor automático de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão: menor ou igual a 0,05µL. Exatidão: + ou - 0,4µL. Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante (graxa) para eliminar risco de contaminação. Ajuste de volume tanto pelo volumetro quanto pelo botão.	200102987 Pipeta Multicanal (10 a 100 uL)- Pipeta de precisão multicanal com: 12 canais Intervalo de uso de 10 a 100 µL com incrementos de escala de 0,2 microlitros. Ejetor automático de ponteiras destacável do corpo da pipeta. Precisão: menor ou igual a 0,05µL. Exatidão:+ou-0,4µL. Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante (graxa) para eliminar risco de contaminação. Ajuste de volume tanto pelo volumetro quanto pelo botão RMS ISENTO	Unidade	Cral / MPM12-100UL	R$ 3.999,46	**REPROVADO** Não atende. A proposta não contempla integralmente as especificações técnicas exigidas no descritivo, especialmente quanto ao pistão em aço inoxidável altamente polido, isento de lubrificante (graxa), visando à eliminação do risco de contaminação; Dessa forma, não resta comprovado o atendimento integral aos requisitos técnicos estabelecidos para o item, motivo pelo qual a proposta é considerada tecnicamente incompatível com o descritivo.

A parecerista que subscreve o presente documento, registra para os devidos fins administrativos e de direito, a formação técnica da profissional é na área de Biomedicina. Assim sendo, a análise realizada diz respeito aos aspectos técnicos-científicos e da legislação pertinente.

Brenda Machado Moura Fernandes Biomédica - CRBM: 3576/PA

ASSINATURA ELETRÔNICA
Compras
ac.gov.br

Documento assinado eletronicamente por **BRENDA MACHADO MOURA FERNANDES**, em 25/09/2026, às 12:35, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://compras.ac.gov.br/validador/documento, informando o código verificador **CPA2B101 CC6A8402 7A5BB33C 4C8FBF23** e código CRC **B491FE**