ESTADO DO ACRE
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Travessa do Café, Zona A, - Bairro Distrito Industrial, Rio Branco/AC, CEP 69.900-535
(68)3223-0204 - www.cbmac.acre.gov.br

PARECER Nº **87/2026/CBMAC - DSAU**
PROCESSO Nº 0819.012803.00097/2026-26

PARECER TÉCNICO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 131/2026 – COMPRASGOV Nº 131/2026

Interessado: Laboratório de Análises Clínicas do Corpo de Bombeiros – CBLAB
Assunto: Análise Técnica dos itens constantes da planilha comparativa de preços, especialmente dos itens classificados como "**ATENDE"** e "**NÃO ATENDE**" relacionados ao analisador bioquímico LABMAX PLENNO 3.
REFERÊNCIA: MEMORANDO Nº 2015/2026/SEAD - SELIC- DIPREG.

I – DO OBJETO

O presente Parecer Técnico é elaborado em atendimento à solicitação formalizada por meio do **MEMORANDO Nº 2015/2026/SEAD - SELIC- DIPREG**, referente as especificações apresentadas nas propostas, se **ATENDE** ou **NÃO ATENDE** as especificações contidas no Termo de Referência anexo I do edital, conforme abaixo:

1. Proposta _CYN FARMA ATUALIZADA (0023486700) - **ANALISAR OS ITENS 31, 36, 37 e 39.**

2. Proposta _MEDPLUS LTDA ATUALIZADA (0023486704) - **ANALISAR OS ITENS 8, 12, 15, 16, 22, 23, 24. 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43 e 44.**

A finalidade é apresentar esclarecimentos técnicos acerca da classificação dos itens constantes da planilha comparativa de preços do Pregão Eletrônico SRP nº 131/2026, com destaque para os produtos destinados ao uso no Analisador Bioquímico LABMAX PLENNO 3, da LABTEST, utilizado nas atividades laboratoriais do Laboratório de Análises Clínicas do CBMAC - CBLAB.

II – DA ANÁLISE TÉCNICA

Após análise da planilha comparativa, observa-se que os itens identificados como "**ATENDE"** correspondem, conforme a avaliação registrada, a produtos cujas características e especificações estão em conformidade com os requisitos previstos no Termo de Referência e são compatíveis com as necessidades operacionais do Laboratório de Análises Clínicas do CBMAC – CBLAB.
Em relação aos itens classificados como "**NÃO ATENDE",** são referentes aos reagentes destinados ao analisador bioquímico LABMAX PLENNO 3, esclarece-se que essa classificação decorre da condição de utilização do equipamento na modalidade de locação do referido equipamento bem como aos protocolos analíticos previamente configurados e incorporados ao sistema operacional do referido analisador bioquímico. Segundo as informações apresentadas, o equipamento está vinculado a um contrato que restringe a utilização de reagentes e insumos de

marcas diferentes daquelas previstas contratualmente, não estando, portanto, aberto à utilização indistinta de produtos de outros fabricantes.

Assim, a indicação **"NÃO ATENDE",** nesses casos, deve ser compreendida no contexto da compatibilidade operacional e das condições contratuais de uso do equipamento, e não como uma afirmação genérica sobre a qualidade ou a eficácia dos produtos ofertados. A utilização de reagentes não autorizados ou não validados para o sistema operacional do analisador bioquímico LABMAX PLENNO 3, da LABTEST, pode comprometer a operação e a confiabilidade dos resultados, razão pela qual devem ser observadas as especificações do fabricante, os procedimentos de validação aplicáveis e as obrigações contratuais vigentes.

PROPOSTA - CYN FARMA ATUALIZADA (0023486700) - ITENS: 31, 36, 37 e 39.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	SITUAÇÃO
31	Kit reagente para determinação de ureia UV em soro/plasma/urina, método enzimático UV. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**
36	Kit reagente para determinação de creatinoquinase total - CK-NAC em soro/plasma, método cinético UV. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade.	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**
37	Kit reagente para determinação de creatinoquinase MB - CK-MB em soro/plasma, método cinético/imunoinibição. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**
39	Kit reagente para determinação de ferro sérico em soro/plasma, método colorimétrico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**

Conforme Análise Técnica, os itens 31, 36, 37 e 39 da proposta da empresa CYN FARMA **não apresentam compatibilidade** com o sistema operacional do Analisador Bioquímico LABMAX PLENNO 3, da LABTEST, utilizado pelo CBLAB.

Conforme já esclarecido no **Parecer Técnico nº 76**, a indicação **"NÃO ATENDE"** deve ser compreendida no contexto da compatibilidade operacional e das condições contratuais de uso do equipamento, e não como uma afirmação genérica sobre a qualidade ou a eficácia dos produtos ofertados.

Dessa forma, considerando as condições operacionais e contratuais aplicáveis ao equipamento disponível no laboratório, os referidos itens são considerados **incompatíveis** com as necessidades do CBLAB.

PROPOSTA - MEDPLUS LTDA ATUALIZADA (0023486704)- ITENS: 8, 12, 15, 16, 22, 23, 24. 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43 e 44.

TEM	DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA	SITUAÇÃO
8	Kit reagente para determinação quantitativa de triglicerídeos em soro/plasma, método enzimático colorimétrico, próprio para automação em analisador bioquímico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**MED PLUS**	**ATENDE**
12	Kit reagente para determinação de alanina aminotransferase - ALT/GPT em soro/plasma, método cinético UV. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade.	**MED PLUS**	**ATENDE**
13	Algodão hidrófilo em rolo de 500 g, uso hospitalar/laboratorial, embalagem individual.	**MED PLUS**	**ATENDE**
15	Kit reagente para determinação de aspartato aminotransferase - AST/GOT em soro/plasma, método cinético UV. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**MED PLUS**	**ATENDE**
16	Kit reagente para determinação de colesterol HDL em soro/plasma, próprio para automação em analisador bioquímico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**MED PLUS**	**ATENDE**
22	Kit reagente para determinação de creatinina em soro/plasma/urina, próprio para automação em analisador bioquímico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**MED PLUS**	**ATENDE**
23	Kit reagente para determinação de gama glutamil transferase - Gama GT em soro/plasma, método	**MED PLUS**	

	cinético. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.		**ATENDE**
24	Kit reagente para determinação de glicose em soro/plasma/líquor/urina, método enzimático colorimétrico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**MED PLUS**	**ATENDE**
33	Kit reagente para determinação de cálcio pelo método Arsenazo em soro/plasma/urina. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**MED PLUS**	**ATENDE**
34	Kit reagente para determinação de lipase em soro/plasma, método colorimétrico/cinético. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**MED PLUS**	**ATENDE**
35	Kit reagente para determinação de albumina em soro/plasma, método colorimétrico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**MED PLUS**	**ATENDE**
36	Kit reagente para determinação de creatinoquinase total - CK-NAC em soro/plasma, método cinético UV. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade.	**MED PLUS**	**ATENDE**
40	Kit reagente para determinação de bilirrubina total em soro/plasma, método colorimétrico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**MED PLUS**	**ATENDE**
41	Kit reagente para determinação de bilirrubina direta em soro/plasma, método colorimétrico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**MED PLUS**	**ATENDE**
42	Kit reagente para determinação de fósforo UV em soro/plasma/urina. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**MED PLUS**	**ATENDE**
43	Kit reagente para determinação de magnésio em soro/plasma/urina, método colorimétrico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência	**MED PLUS**	**ATENDE**

44	Kit reagente para determinação de fosfatase alcalina em soro/plasma, método cinético. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC,conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**MED PLUS**	**ATENDE**

Após Análise Técnica, verificou-se que os itens **8, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43 e 44** da proposta da empresa MEDPLUS LTDA são compatíveis com o equipamento Analisador Bioquímico LABMAX PLENO 3 (LABTEST), utilizado pelo CBLAB, atendendo às necessidades operacionais do laboratório, conforme as especificações técnicas apresentadas e aos protocolos analíticos previamente configurados e incorporados ao sistema operacional do referido analisador bioquímico..

Assim, sob o aspecto técnico, os itens relacionados **são considerados compatíveis** com o equipamento disponível, observadas as exigências correspondentes do Termo de Referência

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que:

I – CYN FARMA: os itens 31, 36, 37 e 39 são **considerados tecnicamente incompatíveis** com o sistema operacional do Analisador Bioquímico LABMAX PLENNO 3, da LABTEST, utilizado pelo CBLAB, conforme as justificativas técnicas e operacionais apresentadas e os esclarecimentos constantes do Parecer Técnico nº 76.

II – MEDPLUS LTDA: os itens 8, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43 e 44 são **considerados tecnicamente compatíveis** com o equipamento utilizado pelo CBLAB.

Encaminha-se o presente parecer à SEJUSP para conhecimento e adoção das providências administrativas cabíveis, observadas as demais exigências do edital e do Termo de Referência.

Este parecer limita-se aos aspectos técnicos e operacionais descritos, não substituindo a análise jurídica nem a decisão administrativa quanto à classificação e aceitação das propostas.

Rio Branco Acre, 29 de outubro de 2026.

CÍCERO VIEIRA MIGUEL – **CAP QOABM**
RG Militar: 120335-6 / Matrícula: 900461-1 / Biomédico – CRBM: 702/AC
Diretor Técnico e Representante Legal do Laboratório CBLAB

Documento assinado eletronicamente por **CÍCERO VIEIRA MIGUEL**, **Capitão**, em 29/10/2026, às 13:24, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **0023530698** e o código CRC **228D77FE**.