



ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE

BR 364, KM 02, - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL, Rio Branco/AC, CEP 69914-220
- <http://fundhacre.acre.gov.br/>

PARECER Nº 14/2026/FUNDHACRE - CENTCIR/FUNDHACRE - DIVIENF/FUNDHACRE -
APTEC/FUNDHACRE - DIRASS
PROCESSO Nº 0039.007188.00318/2025-91
INTERESSADO: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA
ASSUNTO: PARECER TÉCNICO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 140/2026

PARECER TÉCNICO

ANÁLISE: 03 de agosto de 2026.

PARECERISTA(S): Enf. Luciano Laurentino de Araújo.

OBJETO: Aquisição de insumos para realização de cirurgias urológicas em regime de consignação com fornecimento de instrumentais e equipamentos em regime de comodato, para atender as necessidades da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo - FUNDHACRE.

Trata-se de solicitação para emissão de parecer técnico acerca das propostas comerciais apresentada pelas empresas classificada para os Lotes 01 e 02, integrante do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 140/2026 – COMPRASGOV Nº 90140/2026. O objeto do certame é destinado ao Registro de Preços para futura e eventual aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) destinados à especialidade de Urologia da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo – FUNDHACRE. Segue o parecer técnico:

LOTE I - INSUMOS UROLÓGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QTD REGISTRO	EMPRESA FORNECEDORA	PARECER TÉCNICO
1	200047207 - ELETRODO; PARA ELETROCIRURGIA; TIPO ALCA DE RESSECCAO PARA CORTE; EM TUNGSTENIO; CALIBRE 24FR; COM 2 POLOS.	UND	766	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	DECLASSIFICADO Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.
2	200047194-1 - CATETER; KIT COMPOSTO; UM CATETER URETERAL DUPLO J; 4.7 FR; COM AS DUAS EXTREMIDADES ABERTAS; EM SOFT POLIURETANO; COM MULTIPLO COMPRIMENTO QUE VARIA DE 22 A 32 CM; AUTO AJUSTAVEL; UM POSICIONADOR EM VINYL DE 50 CM; COM CALIBRE DE 7 FR; UM FIO GUIA EM NITINOL HIDROFILICO; CALIBRE DE 0,038 INCH; POL; COM COMPRIMENTO DE 145CM.	UND	264	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	DECLASSIFICADO Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.

3	200047195-1 - CATETER; KIT COMPOSTO; UM CATETER URETERAL DUPLO J; 6 FR; COM AS DUAS EXTREMIDADES ABERTAS; EM SOFT POLIURETANO; COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 32 CM; AUTO AJUSTAVEL; UM POSICIONADOR EM VINYL DE 50 CM; COM CALIBRE DE 7 FR; UM FIO GUIA EM NITINOL HIDROFILICO; CALIBRE DE 0,035 INCH; POL; COM COMPRIMENTO DE 145CM.	UND	660	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.
4	200037182 - FIO GUIA HIDROFILICO; EM NITINOL; SLIP COAT; COM MEMORIA; CALIBRE DE 0,035 INCH; MEDINDO 145 CM DE COMPRIMENTO; ACOMPANHA UMA MANOPLA PARA CONTROLAR O TORQUE; PARA MANUSEAR O GUIA COM FACILIDADE.	UND	1.201	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.
5	200037167 - FIO GUIA DE ACO; RECOBERTO COM TEFLON; TEFLONADO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 145 CM; DIAMETRO DE 0,035 INCH; NAO HIDROFILICO; EXTREMIDADE FLEXIVEL EM J; COM RAO APROXIMADO DE 3 MM PARA CIRURGIA RENAL PERCUTANEA.	UND	383	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.
6	200038484 - SONDA; BASKET DORMIA; COM CAMISA EM POLIMIDA; CESTA HELICOIDAL DE 3 FIOS EM NITINOL; NIQUEL TITANIO; CALIBRE DE 3,2; FR MEDINDO APROXIMADAMENTE 115 CM COMPRIMENTO; COM GRANDE PRESSAO RADIAL; COM FORCA SUFICIENTE PARA DILATAR O URETER.	UND	66	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.
7	200038485-1 - SONDA; BASKET DORMIA; PARA CIRURGIA PERCUTANEA; COM MANOPLA ERGONOMICA; CANULA EM ACO INOX; REVESTIDA COM TEFLON OU SIMILAR PARA EVITAR FRICCAO NO CANAL DE TRABALHO DO NEFROSCOPIO; COM DIAMETRO DE 12 FRENCH; 38CM DE COMP. APROXIMADO; COM UMA CESTA DE 4 FIOS EM NITINOL SEM PONTA PARA EVITAR SANGRAMENTO.	UND	106	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.

8	200047200 - SONDA; BASKET DORMIA; CALIBRE 3,2 FR; COM 115 CM DE COMPRIMENTO; CESTA DO BASKET DE 4 FIOS; TIPO SEGURA; EM ACO INOX; PARA EXTRACAO DE CALCULOS URETERAIS.	UND	66	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra e pediu desconconsideração da proposta.
9	200047197 - CATETER; URETERAL OPEN END; PONTA ABERTA; PARA PIELOGRAFIA EM POLIVINIL CLORIDO; COM CALIBRE DE 6 FR; RADIOPACO; GRADUADO EM CM; MEDINDO 70 CM DE COMPRIMENTO; COM ADAPTADOR.	UND	79	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra e pediu desconconsideração da proposta.
10	200047199 - CATETER; URETERAL OPEN END; PONTA ABERTA; PARA PIELOGRAFIA EM POLIVINIL CLORIDO; COM CALIBRE DE 10 FR; RADIOPACO; GRADUADO EM CM; MEDINDO 70 CM DE COMPRIMENTO; COM ADAPTADOR.	UND	264	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra e pediu desconconsideração da proposta.
11	200047201 - CATETER; BALAO DE DILATAÇÃO URETERAL; EM POLIURETANO; DIAMETRO DE 7FR; COMPRIMENTO DE 70CM; COM INFLAÇÃO DO BALAO DE 6MM; BALAO C/ COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4CM; ACOMPANHADO DE FIO GUIA METALICO DE APROXIMADAMENTE 145CM DE COMPRIMENTO; DIAMETRO DE 0,038 INCH.	UND	92	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra e pediu desconconsideração da proposta.
12	200047204-1 - EQUIPO PARA IRRIGACAO; EXTENSOR PARA IRRIGACAO DE SOLUCOES; EM 4 VIAS; 1,60CM DE COMP.; DOTADO DE TUBO FLEXIVEL CRISTAL; ATOXICO; GRAU MEDICO; COM BOA FLEXIBILIDADE E 1/4 DE DIAMETRO UNIFORME; PENETRADORES ANATOMICOS PARA ADAPTACAO EM AMPOLAS; BOLSAS PLASTICAS E FRASCOS; PROTETOR DO PENETRADOR ADEQUADO PARA GARANTIR A ESTERILIDADE DO PRODUTO; CORTA-FLUXO TIPO CLAMP DE FACIL MANUSEIO; ESTERILIZADO OXIDO DE ETILENO.	UND	937	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra e pediu desconconsideração da proposta.

13	200037638-1 - CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA; PRODUTO DESCARTAVEL; ESTERIL; MATERIAL: POLIETILENO TRANSPARENTE; MEDINDO 12,5CM DE LARG. X 2,5M DE COMP.; EM FORMA TUBULAR; SENDO A SUA DOBRA TELESCOPIA (ENVELOPADA) E COM A PRIMEIRA EMB. EM ENVELOPE DE POLIETILENO TRANSPARENTE; MED. 15CM X 20CM COM ABERTURA ASEPTICA EM PAPEL DE GRAU CIRURGICO PERSONALIZADO MEDINDO 15CM X 20CM.	UND	2.574	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	DESCCLASSIFICADO Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.
14	200046466-1 - EVACUADOR DE ELLIK; BULBO DE PLASTICO; MATERIAL PARA SUCCAO PERA DE BORRACHA; LIVRE DE LATEX E ERGONOMICA; COM ADAPTADOR PARA CAMISA RESSECTOSCOPICA; CAPACIDADE DO EVACUADOR DE 350 A 450ML; SEU COPO PERMITE ACUMULO DE NO MINIMO 70ML; EMBALAGEM INDIVIDUAL; UTILIZADO PARA FAZER TANTO A IRRIGACAO QUANTO A ASPIRACAO DOS RESIDUOS DE TECIDO DA PROSTATA DURANTE UMA RTU; COM SISTEMA DE TRAVA QUE EVITA QUE HAJA VAZAMENTO E CONSEQUENTEMENTE CONTAMINACAO; POSSUIR INTERNAMENTE UM COPO COLETOR DE RESIDUOS QUE SEJA DE FACIL MANUSEIO PARA RETIRAR; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO; PROCEDENCIA; DATA DE FABRICACAO; PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	UND	66	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	DESCCLASSIFICADO Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.
15	200047208 - ELETRODO; PARA ELETROCIRURGIA; TIPO FACA ANGULADA; DIAMETRO DE 5MM; 24FR; PARA USO COM CAMISAS DE 24/26 FR; E ELEMENTO DE TRABALHO; COM 2 POLOS.	UND	92	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	DESCCLASSIFICADO Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.

16	200047209 - ELETRODO; PARA ELETROCIRURGIA; TIPO BOLA ANGULADA; DIAMETRO DE 5MM; MONOPOLAR; PARA USO COM CAMISAS DE 24/26 FR; COM 2 POLOS.	UND	211	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.
17	200038479 - FACA FRIA; TIPO RETA; DE SACHES PARA URETROTOMIA; MONOPOLAR; 24FR; 2 POLOS.	UND	106	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.
18	200047211-1 - CATETER; KIT PARA CISTOSTOMIA DE 8 FRENCH; COMPOSTO DE UM TROCATER EM ACO INOXIDAVEL; UM CATETER DE SILICONE DE 54 CM DE COMPRIMENTO; UM ADAPTADOR PLASTICO COM PONTA EM ACO INOX PARA DRENAGEM; COM UMA TORNEIRA STOPCOCK; UMA PRESILHA E UM SUPORTE EM SILICONE; PARA MANTER O CATETER PRESO A PELE.	UND	92	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.
19	200037169 - CATETER; BALAO DE DILATAÇÃO URETERAL; EM POLIURETANO; DIAMETRO DE 5FR; COMPRIMENTO DE 70CM; COM INFLAÇÃO DO BALAO DE 6MM; BALAO C/ COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4CM; ACOMPANHADO DE FIO GUIA METALICO DE APROXIMADAMENTE 145CM DE COMPRIMENTO; DIAMETRO DE 0,038 INCH.	UND	92	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.
20	200037990-1 - KIT NEFROSTOMIA PERCUTANEA; CONTENDO: CATETER PARA NEFROSTOMIA EM SILICONE 14FR; 01 FIO GUIA METALICO 0,035 X 90CM; 01 CANULA DE PUNÇÃO 17,5G X 18CM; 03 DILATADORES PERCUTANEOS; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ADEQUADA; SEGURA; COMPATIVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPSIA. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE, REGISTRO NO MS.	KIT	92	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.

21	200047735-1 - KIT NEFROSTOMIA PERCUTANEA; 01 AGULHA TIPO CHIBA DE 22GA X 20CM DE COMPRIMENTO; 01 AGULHA TIPO IP DE 18GA X 20CM DE COMPRIMENTO; 03 DILATADORES FACIAIS RADIOPACOS DE 08; 10 E 12FR; 01 CATETER TIPO RABO DE PORCO 10FR X 20CM RADIOPACO; 01 LAMINA DE BISTURI EM ACO INOXIDAVEL ATSM; CONJUNTO DE NEFROSTOMIA PERCUTANEA; BIOCOMPATIVEL; USO UNICO; ESTERIL E DESCARTAVEL; HIPOALERGICO E RADIOPACO; 01 FIO GUIA TEFLONADO PONTA EM J DE 0,038" X 150 CM; 01 TUBO DE CONEXAO E UM CLAMP DE SILICONE.	UND	92	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.
22	200047227-1 - DILATADORES RENAI; KIT AMPLATZ; SEQUENCIAS; EM TEFLON RADIOPACO; COMPOSTO DE UM CATETER DE 8 FR RADIOPACO TEFLONADO; COM APROXIMADAMENTE 84 CM DE COMPRIMENTO; 3 DILATADORES FACIAIS EM POLIETILENO COM DIAMETROS DE 6; 8 E 10 FR; COM 20 CM APROXIMADAMENTE DE COMPRIMENTO; MAIS 11 DILATADORES TEFLONADOS DE 16 CM DE COMPRIMENTO COM DIAMETROS DE 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28 E 30 FRENCH.	UND	92	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.
23	200038493-1 - KIT DE DILATADORES URETERAIS; CONJUNTO CONTENDO 9 DILATADORES; RADIOPACOS; SEQUENCIAS COM CALIBRES 6; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16 E 18 FRENCH; EM POLIETILENO; COM COMPRIMENTO DE 60 CM APROXIMADAMENTE; ACOMPANHA TAMBEM UM FIO GUIA EM ACO METALICO COM CALIBRE DE 0,038 INCH; MEDINDO APROXIMADAMENTE 145 CM DE COMPRIMENTO; COM A PONTA ATRAUMATICA FLEXÍVEL DE 3CM.	UND	92	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.
24	200047224 - SONDA; BASKET DORMIA; CALIBRE 3,2 FR; COM 90 CM DE COMPRIMENTO; CESTA DO BASKET DE 4 FIOS; TIPO SEGURA; EM ACO INOX; PARA EXTRACAO DE CALCULOS URETERAIS.	UND	264	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	<u>DESCCLASSIFICADO</u> Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.

25	200001455 - AGULHA PARA ANESTESIA, DESCARTÁVEL PARA RAQUI (22 X 2,5).	UND	211	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	DESCCLASSIFICADO Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.
26	200047207 - ELETRODO PARA ELETROCIRURGIA, TIPO ALÇA, TIPO RESSECÇÃO, TIPO BIPOLAR, CALIBRE 26, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO UROLÓGICO.	UND	106	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	DESCCLASSIFICADO Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.
27	200098259 - ELETRODO DE COAGULAÇÃO ESFÉRICO, TIPO ROLER BALL, TIPO BIPOLAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO UROLÓGICO.	UND	106	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	DESCCLASSIFICADO Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.
28	200098259 - ELETRODO DE ENUCLEAÇÃO 24/26FR, SEMIESFÉRICO, PARA USO COM ÓTICA.	UND	106	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	DESCCLASSIFICADO Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.
29	200037219 - KIT SISTEMA SLING TRANSOBTURATÓRIO MÉDIO URETRAL DE USO ÚNICO, PARA CORREÇÃO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA; COMPOSTO POR DUAS AGULHAS HELICOIDAIS, SENDO UMA CURVA E ANGULADA PARA O LADO ESQUERDO E OUTRA CURVA E ANGULADA PARA O LADO DIREITO; PAR DE AGULHAS COM TAMANHOS VARIADOS ENTRE PEQUENA, MÉDIA E GRANDE; FAIXA DE TELA CONFECCIONADA 100% EM MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, MACROPOROSA, BORDAS TRANÇADAS COM ACABAMENTO INTEGRADO A MALHA (SEM REBARBAS), SELADA POR CALOR; FAIXAS COM DIMENSÕES VARIADAS ENTRE 15 A 60 CM DE COMPRIMENTO E 1,2 CM DE LARGURA; EXTREMIDADES PROJETADAS PARA FÁCIL ACOMPLAMENTO E REMOÇÃO ENTRE AS AGULHAS E O MECANISMO DE ENGAJAMENTO DA MALHA. MATERIAL ESTERELIZADO A ÓXIDO DE ETILENO.	KIT	264	CENTRAL MIX COMERCIAL LTDA	DESCCLASSIFICADO Empresa não apresentou amostra e pediu desconsideração da proposta.

LOTE II - SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QTD REGISTRO	EMPRESA FORNECEDORA	PARECER TÉCNICO

30	200047229 - SORBITOL; SOLUCAO ESTERIL; PARA IRRIGACAO EM PROCEDIMENTOS UROLOGICOS; FRASCO COM 3000ML DE SOLUCAO; CONTENDO DADOS DE PROCEDENCIA; LOTE; VALIDADE; REGISTRO NO MS E ATENDER DEMAIS NORMAS VIGENTES E PERTINENTES AO PRODUTO.	UND	3.300	BRAGA & BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, registro ANVISA válido e atende a finalidade proposta.
31	200097415 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA COMPOSTA POR CLORETO DE SÓDIO A 0,9% (9 MG/ML); ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ISOTÔNICA, LÍMPIDA, INCOLOR E ISENTA DE PARTÍCULAS VISÍVEIS; DESTINADA À IRRIGAÇÃO DE TECIDOS E CAVIDADES DURANTE PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS. APRESENTAÇÃO EM BOLSA FLEXÍVEL ("SOFT BAG") DE 1000 ML; CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, TRANSPARENTE, ISENTO DE LÁTEX E DE PVC; SISTEMA DE CONEXÃO DUPLA COM PORTA DE ADIÇÃO E PORTA DE INFUSÃO; EMBALAGEM PRIMÁRIA INDIVIDUAL, COM RÓTULO RESISTENTE À UMIDADE, CONTENDO INFORMAÇÕES LEGÍVEIS SOBRE LOTE, VALIDADE, FABRICANTE E COMPOSIÇÃO; EMBALAGEM SECUNDÁRIA ADEQUADA AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO HOSPITALAR. PRODUTO, EMBALAGEM E RÓTULO CONFORME AS NORMAS E LEGISLAÇÕES SANITÁRIAS VIGENTES. REGISTRO VÁLIDO JUNTO À ANVISA/MS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	BOLSA	5.720	BRAGA & BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	<u>APROVADO</u> O produto apresenta qualidade satisfatória e encontra-se aprovado para uso hospitalar, registro ANVISA válido e atende a finalidade proposta.

Durante a fase de análise das propostas apresentadas para o fornecimento dos insumos destinados às cirurgias urológicas, a empresa Centralmix Comercial LTDA (0022102501), encaminhou comunicação formal, por meio de e-mail, informando a indisponibilidade de fornecimento de alguns dos itens constantes da proposta inicialmente apresentada e solicitando, expressamente, a desconsideração de sua proposta.

Dessa forma, considerando a manifestação formal da própria empresa quanto à impossibilidade de atendimento de alguns dos itens, conclui-se pela desconsideração da proposta apresentada pela referida empresa.

Ademais, informamos que já encontra-se devidamente anexada aos autos do processo a declaração de exequibilidade da proposta da empresa Braga & Braga (0022164475).

Atenciosamente,

Luciano Laurentino de Araújo

Enfermeiro Chefe do Centro Cirúrgico - FUNDHACRE
Portaria Presidência nº 46, de 14 de março de 2025
Matrícula SESACRE nº 9431845-1
COREN-AC-000.346.693-ENF
(Assinado Eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO LAURENTINO DE ARAÚJO, Chefe de Setor**, em 03/08/2026, às 11:12, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0022093932** e o código CRC **012A8110**.

Referência: Processo nº 0039.007188.00318/2025-91

SEI nº 0022093932