



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SESACRE
PARECER TÉCNICO Nº 0000627/2026

Assunto: Análise e Emissão de Parecer Técnicos das Propostas e Exequibilidade - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº226/2026-COMPRASGOV Nº90226/2026.

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao **OFÍCIO Nº 0000527/2026**, referente ao **Pregão Eletrônico SRP nº.226/2026**, cujo objeto é a aquisição de Auto Teste, para uso individual, destinado ao diagnóstico in vitro, por meio de Imunoensaio cromatográfico rápido para detecção qualitativa de Gonadotrofina Coriônica Humana (B-HCG) em amostra de urina, com leitura visual e uso individual, destinado à triagem rápida de gravidez, visando fortalecer a estratégia da assistência humanizada e qualificada no serviço prestado em planejamento sexual e reprodutivo e pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde do Estado do Acre, considerando a demanda oriunda das Unidades nos quantitativos definidos nos ditames e preceitos da Lei de Licitações nº 14.133/2021, para análise e emissão de parecer técnico das propostas e exequibilidade.

A análise foi realizada com base nas especificações técnicas constantes no Termo de Referência, observando-se os princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Foram verificados os seguintes aspectos:

- Conformidade das especificações técnicas dos produtos ofertados com aquelas exigidas no Termo de Referência;
- Atendimento às características mínimas de desempenho, qualidade e aplicabilidade;
- Compatibilidade das marcas, modelos e apresentação ofertadas.

Após a análise técnica das propostas, conclui-se emitir o seguinte parecer:

ECO DIAGNÓSTICA LTDA - CNPJ:14.633.154/0002-06

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME TR	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME PROPOSTA	UNIDADE	NOME COMERCIAL	FABRICANTE/MARCA	REGISTRO	VALOR COTADO	ANÁLISE TÉCNICA
------	----------------------------------	--	---------	----------------	------------------	----------	--------------	-----------------

1	Auto Teste (para uso individual) para diagnóstico In Vitro. Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa do hormônio B-HCG (gonadotrofina coriônica humana) em amostra de urina, com leitura visual em até 10 minutos; sensibilidade mínima de 25 mUI/mL; formato: cassete, tira ou caneta; acondicionado em embalagem individual contendo o dispositivo de teste, instruções de uso em português e, se aplicável, coletor de urina. Produto descartável e de uso único. Armazenamento em temperatura ambiente entre 2°C e 30°C. Possuir	hCG 25mUI ECO Teste Detecção qualitativa coriônica humana (hCG) Sensibilidade: >99% Especificidade: >99% Armazenamento: 2 a 30°C Amostra: soro, plasma e urina Volume de Amostra: 100ul para cassete Tempo do Teste: 5 e 7 minutos (não ler após 7 minutos) Cut-off: 25mUI/mL de gonadotrofina Apresentação: caixa com 100 tiras Registro M.S.: 80954880004 Procedência: NACIONAL Marca: ECO DIAGNÓSTICA Fabricante: ECO DIAGNÓST	TESTE	hCG 25mUI Eco Teste	ECO DIAG./ ECO	80954880004	R\$ 6.448,00	APROVADO
---	---	--	-------	---------------------	----------------	-------------	--------------	-----------------

LABNORTE Cirúrgica e Diagnostica Imp. e Exp. LTDA - CNPJ:03.033.345/0001-30								
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME TR	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME PROPOSTA	UNIDADE	NOME COMERCIAL	FABRICANTE/MARCA	REGISTRO	VALOR COTADO	ANÁLISE TÉCNICA

1	Auto Teste (para uso individual) para diagnóstico In Vitro. Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa do hormônio B-HCG (gonadotrofina coriônica humana) em amostra de urina, com leitura visual em até 10 minutos; sensibilidade mínima de 25 mUI/mL; formato: cassete, tira ou caneta; acondicionado em embalagem individual contendo o dispositivo de teste, instruções de uso em português e, se aplicável, coletor de urina. Produto descartável e de uso único. Armazenamento em temperatura ambiente entre 2°C e 30°C. Possuir	Auto Teste (para uso individual) para diagnóstico In Vitro. Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa do hormônio B-HCG (gonadotrofina coriônica humana) em amostra de urina, com leitura visual em até 10 minutos; sensibilidade mínima de 25 mUI/mL; formato: cassete, tira ou caneta; acondicionado em embalagem individual contendo o dispositivo de teste, instruções de uso em português e, se aplicável, coletor de urina. Produto descartável e de uso único. Armazenamento em temperatura ambiente entre 2°C e 30°C. Possuir	UNIDADE	HCG STRIP	QUIBASA/ BIOCLIN	10269360105	R\$17.472,00	APROVADO
---	--	--	---------	-----------	------------------	-------------	--------------	-----------------

A parecerista que subscreve o presente documento, registra para os devidos fins administrativos e de direito, sua a formação técnica na área de Biomedicina. Assim sendo, a análise realizada diz respeito aos aspectos técnicos-científicos e da legislação pertinente.

Thais Bestene Lins

Chefe da Divisão de Insumos Laboratoriais e Materiais de Radiologia

Portaria SESACRE nº830, de 15 de abril de 2025



Documento assinado eletronicamente por **THAIS BESTENE LINS**, em 27/07/2026, às 10:18, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CP2BF83C 173F4ABC 9E05D97F 70EE6143** e código CRC **C3D701**