ESTADO DO ACRE
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Travessa do Café, Zona A, - Bairro Distrito Industrial, Rio Branco/AC, CEP 69.900-535
(68)3223-0204 - www.cbmac.acre.gov.br

PARECER Nº **76/2026/CBMAC - DSAU**
PROCESSO Nº 0819.012803.00097/2026-26

PARECER TÉCNICO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 131/2026 – COMPRASGOV Nº 131/2026

Interessado: Laboratório de Análises Clínicas do Corpo de Bombeiros – CBLAB
Assunto: Análise técnica dos itens constantes da planilha comparativa de preços, especialmente dos itens classificados como "**ATENDE"** e "**NÃO ATENDE**" relacionados ao analisador bioquímico LABMAX PLENNO 3.
REFERÊNCIA: Memorando-Circular nº 249/2026/CBMAC.

I – DO OBJETO

O presente Parecer Técnico foi elaborado em atendimento à solicitação formalizada por meio do Memorando-Circular nº 249/2026/CBMAC, com a finalidade apresentar esclarecimentos técnicos acerca da classificação dos itens constantes da planilha comparativa de preços do Pregão Eletrônico SRP nº 131/2026, com destaque para os produtos destinados ao uso no analisador bioquímico LABMAX PLENNO 3, da Labtest, utilizado nas atividades laboratoriais do CBLAB.

II – DA ANÁLISE TÉCNICA

Após análise da planilha comparativa, observa-se que os itens identificados como " **ATENDE"** correspondem, conforme a avaliação registrada, a produtos cujas características e especificações estão em conformidade com os requisitos previstos no Termo de Referência e são compatíveis com as necessidades operacionais do Laboratório de Análises Clínicas do Corpo de Bombeiros – CBLAB.

Em relação aos itens classificados como " **NÃO ATENDE",** referentes à solução de limpeza e aos reagentes destinados ao analisador bioquímico LABMAX PLENNO 3, esclarece-se que essa classificação decorre da condição de utilização do equipamento na modalidade de locação do referido equipamento bem como aos protocolos analíticos previamente configurados e incorporados ao sistema operacional do referido analisador bioquímico. Segundo as informações apresentadas, o equipamento está vinculado a um contrato que restringe a utilização de reagentes e insumos de marcas diferentes daquelas previstas contratualmente, não estando, portanto, aberto à utilização indistinta de produtos de outros fabricantes.

Assim, a indicação **"NÃO ATENDE",** nesses casos, deve ser compreendida no contexto da

compatibilidade operacional e das condições contratuais de uso do equipamento, e não como uma afirmação genérica sobre a qualidade ou a eficácia dos produtos ofertados. A utilização de reagentes não autorizados ou não validados para o sistema operacional do analisador bioquímico LABMAX PLENNO 3, da LABTEST, pode comprometer a operação e a confiabilidade dos resultados, razão pela qual devem ser observadas as especificações do fabricante, os procedimentos de validação aplicáveis e as obrigações contratuais vigentes.

TEM	DISCRIMINAÇÃO	EMPRESA VENCEDORA	SITUAÇÃO
1	Seringa descartável estéril de 5 mL, com agulha acoplada, bico Luer Slip, uso único, embalagem individual.	CYN FARMA	ATENDE
2	Seringa descartável estéril de 10 mL, com agulha acoplada, bico Luer Slip, uso único, embalagem individual.	CYN FARMA	ATENDE
3	Seringa descartável estéril de 20 mL, com agulha acoplada, bico Luer Slip, uso único, embalagem individual.	CYN FARMA	ATENDE
4	Solução de limpeza/líquido de sistema para analisador bioquímico, destinada à limpeza de tubulações, mangueiras, cubetas e sistema de fluxo contínuo; frasco de 250 mL. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência	CYN FARMA	NÃO ATENDE
5	Soro reagente anti-A para classificação sanguínea do sistema ABO, frasco de 10 mL.	OBJETIVA PRODUTOS	ATENDE
6	Soro reagente anti-B para classificação sanguínea do sistema ABO, frasco de 10 mL.	OBJETIVA PRODUTOS	ATENDE
7	Soro reagente anti-D para determinação do fator Rh, frasco de 10 Ml	MEDPLUS COMERCIO	ATENDE
8	Kit reagente para determinação quantitativa de triglicerídeos em soro/plasma, método enzimático colorimétrico, próprio para automação em analisador bioquímico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	CYN FARMA	NÃO ATENDE
9	Kit reagente bi-reagente para determinação quantitativa de ácido úrico em soro/plasma/urina, método enzimático colorimétrico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	CYN FARMA	NÃO ATENDE
10	Curativo/adesivo absorvente para punção venosa adulto, caixa com 500 unidades.	OBJETIVA PRODUTOS	ATENDE
11	Curativo/adesivo absorvente para punção venosa infantil, caixa com 500 unidades.	---	---

12	Kit reagente para determinação de alanina aminotransferase - ALT/GPT em soro/plasma, método cinético UV. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade.	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**
13	Algodão hidrófilo em rolo de 500 g, uso hospitalar/laboratorial, embalagem individual.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**ATENDE**
14	Kit reagente para determinação de amilase pelo método CNPG, em soro/plasma/urina. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**
15	Kit reagente para determinação de aspartato aminotransferase - AST/GOT em soro/plasma, método cinético UV. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**
16	Kit reagente para determinação de colesterol HDL em soro/plasma, próprio para automação em analisador bioquímico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**
17	Kit reagente para determinação de colesterol total em soro/plasma, método enzimático colorimétrico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**
18	Coletor universal estéril, capacidade aproximada de 80 mL, sem pá, com tampa rosqueável.	**CYN FARMA**	**ATENDE**
19	Coletor para fezes com conservante, recipiente próprio para coleta e transporte de amostras fecais	**DK DIAGNOSTICA**	**ATENDE**
20	Compressa de gaze não estéril, 7,5 cm x 7,5 cm, 9 fios, pacote com 500 unidades.	**CYN FARMA**	**ATENDE**
21	Conjunto para coloração hematológica rápida tipo panótico, composto por 3 frascos de 500 mL.	**MEDPLUS COMERCIO**	**ATENDE**
22	Kit reagente para determinação de creatinina em soro/plasma/urina, próprio para automação em analisador bioquímico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**NÃO ATENDE**

23	Kit reagente para determinação de gama glutamil transferase - Gama GT em soro/plasma, método cinético. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**
24	Kit reagente para determinação de glicose em soro/plasma/líquor/urina, método enzimático colorimétrico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**
25	Kit para determinação de proteína C reativa - PCR, com controle, capacidade aproximada de 100 testes.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**ATENDE**
26	Kit para determinação de antiestreptolisina O - ASLO, para uso em análises clínicas.	**CYN FARMA**	**ATENDE**
27	Kit para determinação de fator reumatoide pelo método látex, para uso em análises clínicas.	**CYN FARMA**	**ATENDE**
28	Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico, 4 mL, com anticoagulante EDTA K3, pacote/rack com 50 unidades.	**CYN FARMA**	**ATENDE**
29	Tubo para coleta de sangue a vácuo, 4 mL, com fluoreto de sódio, pacote/rack com 50 unidades.	**CYN FARMA**	**ATENDE**
30	Tubo para coleta de sangue a vácuo, plástico, 8 mL, com gel separador, pacote/rack com 50 unidades.	**CYN FARMA**	**ATENDE**
31	Kit reagente para determinação de ureia UV em soro/plasma/urina, método enzimático UV. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**NÃO ATENDE**
32	Kit para teste VDRL com controle, capacidade aproximada de 250 testes.	**CYN FARMA**	**ATENDE**
33	Kit reagente para determinação de cálcio pelo método Arsenazo em soro/plasma/urina. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**
34	Kit reagente para determinação de lipase em soro/plasma, método colorimétrico/cinético. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**
35	Kit reagente para determinação de albumina em soro/plasma, método colorimétrico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**

36	Kit reagente para determinação de creatinoquinase total - CK-NAC em soro/plasma, método cinético UV. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**NÃO ATENDE**
37	Kit reagente para determinação de creatinoquinase MB - CK-MB em soro/plasma, método cinético/imunoinibição. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**NÃO ATENDE**
38	Kit reagente para determinação de proteínas totais em soro/plasma, método colorimétrico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**
39	Kit reagente para determinação de ferro sérico em soro/plasma, método colorimétrico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**NÃO ATENDE**
40	Kit reagente para determinação de bilirrubina total em soro/plasma, método colorimétrico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**
41	Kit reagente para determinação de bilirrubina direta em soro/plasma, método colorimétrico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**
42	Kit reagente para determinação de fósforo UV em soro/plasma/urina. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**
43	Kit reagente para determinação de magnésio em soro/plasma/urina, método colorimétrico. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC, conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**
44	Kit reagente para determinação de fosfatase alcalina em soro/plasma, método cinético. Compatível com analisador bioquímico LABMAX PLENO 3 (Labtest), em uso pela DSAU/CBMAC,conforme nota técnica de compatibilidade em anexo a esse Termo de Referência.	**CYN FARMA**	**NÃO ATENDE**
45	Pipeta descartável para VHS, própria para velocidade de hemossedimentação.	**CYN FARMA**	**ATENDE**
46	Kit/teste imunocromatográfico para detecção de HBsAg em amostras biológicas.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**ATENDE**

47	Kit/teste imunocromatográfico para detecção de HIV 1/2 em amostras biológicas.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**ATENDE**
48	Kit/teste imunocromatográfico para detecção de HCV em amostras biológicas.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**ATENDE**
49	Kit/teste rápido duo para dengue, com detecção de anticorpos e antígeno NS1, para uso em análises clínicas.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**ATENDE**
50	Kit/teste rápido para detecção de HCG em amostras biológicas.	**CYN FARMA**	**ATENDE**
51	Kit/teste rápido para detecção de leptospirose em amostras biológicas.	**FRACASSADO**	**---------**
52	Agulha para coleta de sangue a vácuo, calibre 21G x 1 polegada, estéril, uso único.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**ATENDE**
53	Tiras reagentes para urinálise, para avaliação físico-química de urina, embalagem conforme padrão de mercado.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**ATENDE**
54	Kit/teste para pesquisa de sangue oculto em fezes.	**CYN FARMA**	**ATENDE**
55	Kit/teste rápido para detecção de rotavírus em amostras fecais.	**CYN FARMA**	**ATENDE**
56	Kit/teste rápido para detecção qualitativa de troponina I em amostras biológicas.	**CYN FARMA**	**ATENDE**
57	Kit/teste rápido para detecção de COVID-19 em amostras biológicas, conforme metodologia validada pelo fabricante.	**CYN FARMA**	**ATENDE**
58	Kit reagente para determinação do tempo de protrombina - TAP/TP, para uso em análises clínicas.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**ATENDE**
59	Kit reagente para determinação do tempo de tromboplastina parcial ativada - TTPA, para uso em análises clínicas	**CYN FARMA**	**ATENDE**
60	Coletor para urina de 24 horas, frasco graduado, com tampa, próprio para coleta e armazenamento de amostra.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**ATENDE**
61	Água destilada/deionizada, embalagem de 5 litros, para uso laboratorial.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**ATENDE**
62	Caixa coletora para material perfurocortante, capacidade 13 litros, descartável, resistente e identificada conforme normas sanitárias.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**ATENDE**
63	Proveta graduada de 1.000 mL, material resistente, própria para uso laboratorial.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**ATENDE**
64	Micropipeta graduada/automática com faixa de medição de 100 a 1.000 microlitros, própria para uso laboratorial.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**ATENDE**
65	Micropipeta graduada/automática com faixa de medição de 5 a 100 microlitros, própria para uso laboratorial.	**OBJETIVA PRODUTOS**	**ATENDE**

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, sob o ponto de vista técnico-laboratorial, conclui-se que:

· **Quanto aos itens classificados como "ATENDE"**, verifica-se que, conforme os resultados da

avaliação técnica, os produtos ofertados apresentam conformidade com as especificações e os requisitos estabelecidos no Termo de Referência nº 262/2026/SEJUSP-DIVCL, mostrando-se compatíveis com as necessidades técnicas e operacionais do CBLAB;

· **Quanto aos itens classificados como "NÃO ATENDE"** , especificamente a solução de limpeza e os reagentes destinados ao analisador bioquímico LABMAX PLENNO 3, registra-se que sua utilização está condicionada às características operacionais do equipamento, disponibilizado sob regime de locação, bem como aos protocolos analíticos previamente configurados e incorporados ao sistema operacional do referido analisador bioquímico que não é aberto a outras marcas. Conforme as condições contratuais informadas, a utilização de reagentes e soluções de limpeza de outras marcas está sujeita às restrições decorrentes do contrato de locação e dos requisitos de compatibilidade técnica estabelecidos para o equipamento. Tal circunstância deverá ser considerada na avaliação, mediante análise das disposições contratuais pertinentes e da documentação técnica comprobatória, especialmente quanto à efetiva compatibilidade dos insumos ofertados com o sistema analítico instalado;

· A justificativa da relativa locação deve ser considerada na análise técnica, sem afastar a necessidade de verificar o cumprimento objetivo das exigências editalícias e a documentação comprobatória pertinente.

Este parecer limita-se aos aspectos técnicos e operacionais descritos, não substituindo a análise jurídica nem a decisão administrativa quanto à classificação e aceitação das propostas.

Rio Branco Acre, 14 de outubro de 2026.

CÍCERO VIEIRA MIGUEL – **CAP QOABM**
RG Militar: 120335-6 / Matrícula: 900461-1 / Biomédico – CRBM: 702/AC
Diretor Técnico e Representante Legal do Laboratório CBLAB

Documento assinado eletronicamente por **CÍCERO VIEIRA MIGUEL**, **Capitão**, em 14/10/2026, às 13:33, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **0023286806** e o código CRC **D616EC30**.

Referência: Processo nº 0819.012803.00097/2026-26 SEI nº 0023286806